



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 19.06.2020 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 92/PN/ZP/D/2020 na Dostawa mebli medycznych do Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego (Pakiet 1) oraz Dostawa sprzętów do wyposażenia śluz, pomieszczeń mycia personelu, magazynów w obszarze Bloku Operacyjnego Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego (Pakiet 2) dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi

Zamawiający SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 38 ust. ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. ze zm.) modyfikuje zapisy SIWZ poprzez modyfikację Zestawienia parametrów technicznych, który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).

W Zestawieniu parametrów technicznych, stanowiących Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty w zakresie pakietu 1 dodaje się punkty o treści:

5. Dla mebli malowanych proszkowo Zamawiający wymaga możliwości wyboru z palety RAL po min. 9 kolorów w każdej grupie odcieni:

- RAL 10xx – grupa odcieni żółtych
- RAL 20xx – grupa odcieni pomarańczowych
- RAL 30xx – grupa odcieni czerwonych i różowych
- RAL 40xx – grupa odcieni purpurowych i fioletowych
- RAL 50xx – grupa odcieni niebieskich
- RAL 60xx – grupa odcieni zielonych
- RAL 70xx – grupa odcieni szarych
- RAL 80xx – grupa odcieni brązowych
- RAL 90xx – grupa odcieni białych i czarnych.

6. Dla mebli z płyty Zamawiający wymaga możliwości wyboru z co najmniej 30 kolorów (kolory muszą pochodzić z każdej grupy odcieni).

Uwaga. Zmodyfikowane Zestawienie parametrów technicznych w zakresie pakietu 1 należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW
Anna Pietrzyk
mgr Anna Pietrzyk

www.usk.umed.lodz.pl

ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
BDO:000025243

tel./fax: +48 42 639 36 21
fax: +48 42 639 34 58
e-mail: b.jaworska@skwam.lodz.pl

REGON: 471208164
NIP: 7272392503
KRS: 0000016979

Numer sprawy 92/PN/ZP/D/2020

Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

PARAMETRY TECHNICZNE
Pakiet nr 1

	Parametry techniczne wymagane przez zamawiającego	
	1. Szafki stojące podblatowe (pod umywalki, pod zlewozmywaki), szafki z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:	Należy potwierdzić słowami „tak”
1	Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)	
2	Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm	
3	Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	
4	Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów	
5	Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej	
6	Drzwi pełne, krawędzie gładkie bez nitów, wkrętów itp.	
7	Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwiczki i fronty szuflad wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew	
8	Drzwi i fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”	
9	Zawiasy w drzwiach nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż	
10	Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali lub wykonane ze stali nierdzewnej.	
11	Fronty drzwi i szuflad malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego	
12	Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość	
13	Skrzynie szuflad wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) jednorodnie i gładkie wewnątrz (bez nitów, wkrętów) zespolone z frontami umożliwiające dokładne wymycie i wypięcie z prowadnic. Wypinanie szuflad za pomocą dwóch zatrzasków.	
14	Szuflady w zależności od dodatkowych wskazań zamykane na zamek (szuflady zamykane centralnym zamkiem).	
15	Szafki z drzwiczkami wyposażone w półkę, z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia;	
16	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmocnione dodatkowym profilem trapezowym	
17	Błaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Komory zlewów wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarze 400x400x250 mm (dł. x szer. x wys). Komory umywalk fi 380 mm. Komory wyposażone w otwór pod baterię oraz baterię sztorcową (jeżeli dotyczy). Komory zlewów i umywalk zintegrowane wraz z blatem tworzą jednolitą całość, bez widocznych połączeń na powierzchni	
18	Szafki dostosowane do montażu lodówek w zabudowie meblowej z drzwiczkami frontowymi j.w.	
19	Szafy i szafki na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego	
20	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	
	2. Szafki wiszące. Szafki z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:	
1	Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)	

2	Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm	
3	Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	
4	Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów	
5	Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej	
6	Drzwi pełne, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp.	
7	Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew	
8	Zawiasy nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż	
9	Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”.	
10	Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali lub wykonane ze stali nierdzewnej	
11	Fronty drzwi malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego	
12	Szafki wyposażone w półkę, z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia;	
13	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmocniane dodatkowym profilem trapezowym	
14	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	
	3. Szafy medyczne stojące. Szafy jedno i dwuskrzydłowe (drzwi pełne). W układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:	
1	Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)	
2	Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm	
3	Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów	
4	Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów	
5	Drzwi pełne, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp.	
6	Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew	
7	Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”.	
8	Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali lub wykonane ze stali nierdzewnej	
9	Fronty drzwi malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego	
10	Szafy wyposażone w systemowe kosze, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; kosze wysuwane i uchylne (z ułatwieniem dostępu do zawartości po wysunięciu) na bocznych prowadnicach z możliwością regulacji przestrzeni pomiędzy koszami. Kosze w dwóch rozmiarach głębokości.	
11	Kosze i boczne prowadnice wykonane z tworzywa typu ABS z możliwości dezynfekcji dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi oraz z możliwością mycia w myjniach wysokociśnieniowych w wysokiej temperaturze.	
12	Tyłna ściana szaf wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym wypukłaniu się blachy	
13	Szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego	
14	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	
	4. Stoły, biurka robocze (konsole pielęgniarskie) w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową	
1	Rama (konstrukcje pod blaty, biurka, konsole robocze) stołu wykonana z pełnych profili o wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową	
2	Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów.	
3	Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego (możliwość wypoziomowania)	
4	Fronty i boki biurek, konsoli pielęgniarskich osłonięte blachą o grubości min. 1 mm wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) malowane lakierami proszkowymi w kolorze RAL do ustalenia z Zamawiającym.	

5	Blaty robocze stołów, biurek i konsoli w zależności od wytycznych SIWZ:	
6	Blaty biurek i konsoli jednorodne bezspoinowe wykonane konglomeratów mineralno-akrylowych (kolor do ustalenia z Zamawiającym) z zaślepienymi otworami w blacie na przewody. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę.	
	<p>5. Dla mebli malowanych proszkowo Zamawiający wymaga możliwości wyboru z palety RAL po min. 9 kolorów w każdej grupie odcieni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL 10xx – grupa odcieni żółtych • RAL 20xx – grupa odcieni pomarańczowych • RAL 30xx – grupa odcieni czerwonych i różowych • RAL 40xx – grupa odcieni purpurowych i fioletowych • RAL 50xx – grupa odcieni niebieskich • RAL 60xx – grupa odcieni zielonych • RAL 70xx – grupa odcieni szarych • RAL 80xx – grupa odcieni brązowych • RAL 90xx – grupa odcieni białych i czarnych. 	
	6. Dla mebli z płyty Zamawiający wymaga możliwości wyboru z co najmniej 30 kolorów (kolory muszą pochodzić z każdej grupy odcieni)	

Wartości podane w rubrykach „Parametr / Warunek graniczny” oraz „Wymagania” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane meble, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje na temat oferowanego Towaru (np. foldery, prospekty, instrukcja obsługi) zawierające: nazwę Towaru, nazwę producenta, opis parametrów technicznych, potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych określonych w załączniku nr 1a) do Formularza Oferty (Parametry techniczne), w przypadku, kiedy moja oferta zostanie najwyżej oceniona, złożę Zamawiającemu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie poprzez platformę muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

