

Tarnów, dnia 23.07.2020r.

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.46. 2588 /2020

**Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. ID 356313**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.06.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający w Zakresie zad. nr 20 dopuszcza stent o parametrach:

- możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów
- minimalny wymagany przedział długości 8-38mm
- minimalny wymagany przedział średnicy stentów od 2,25mm do 4,0 mm
- ciśnienie nominalne 11 atm

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Anna Czech