



Szczecin, dnia 12.06.2024 r.

**A-ZP.381.28.2024.KO**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **pompy, detektory, elektronika oraz dodatkowe elementy wchodzące w skład akceleratora lekkich jonów w ramach projektu pt.: „Clean Energy from Hydrogen-Metal Systems - CleanHME”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Horyzontu 2020 o numerze: 951974 oraz dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej PZP przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianą

#### **Pytanie 1**

Chciałem zapytać, czy w części 8 (Centrala do modułów typu NIM ...) dopuszczą Państwo centralę o mocy dostarczanej 600 W (przy pełnym obciążeniu) zamiast zapisanej w SWZ „min. 1000 W”.

Taka centrala (600 W max moc zasilająca urządzenia w niej umieszczone) pobiera sama przy pełnym obciążeniu nieco ponad 1000 W, ale oddaje jedynie max. 600 W.

Czy też, musi to być bardzo zaawansowana centrala (wyposażona także w moduł chłodzenia), która jest w stanie podać przy maksymalnym obciążeniu do 2200 W ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza centralę o mocy dostarczanej 600W

Z poważaniem,