



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 15.04.2024r.

Znak: ZP.26.1.15.2024.2

### ***Sprostowanie do informacji o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ w postępowania przetargowym pn „Dostawa aparatu RTG typ ramię C dla ZZOZ w Wadowicach”***

Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, dokonuje sprostowania do informacji o wpłynięciu pytań i modyfikacji SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa aparatu RTG typ ramię C dla ZZOZ w Wadowicach” opublikowanej w dniu 15.04.2024r. w zakresie Pytania nr 19

W modyfikacji jest:

**Pytanie nr 19:** Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, którego rozdzielczość matrycy detektora wynosi 1536x1496? Różnica jest minimalna.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

winno być:

**Pytanie nr 19:** Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, którego rozdzielczość matrycy detektora wynosi 1536x1496? Różnica jest minimalna.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść informacji pozostaje bez zmian.

*Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

**mgr inż. Tomasz Matera**

**Otrzymują:**

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a