



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 31.07.2020 r.

**NZZ/37/P/20**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego w zakresie Kardiowerterów i urządzeń resynchronizujących.

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2018 r. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji SIWZ

**Pytanie nr 1**

dotyczące załącznika 3D do SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3D do SIWZ poprzez nadanie § 4 ust. 1 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury, w tym kontroli terminu ważności sprzętu medycznego oddanego w depozyt.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Modyfikuje się zapisy załącznika nr 3D do SIWZ – projekt umowy depozytu

**Skreśla się w całości zapis:**

§ 4 ust. 1

„Dwukrotnie w roku kalendarzowym upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury wyrobów medycznych/produktów leczniczych\* oddanych w depozyt. Termin inwentaryzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 14 dni przed planowanym spisem. Spis zostanie dokonany w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego”.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie**

§ 4 ust. 1

„Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury, w tym kontroli terminu ważności wyrobów medycznych/produktów leczniczych oddanych w depozyt. Termin inwentaryzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 14 dni przed planowanym spisem. Spis zostanie dokonany w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego”.

**Pytanie nr 2**

dotyczące załącznika 3D do SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3D do SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 2a o następującej treści: „Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, Zamawiający zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności produktu o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Modyfikuje się zapisy załącznika nr 3D do SIWZ – projekt umowy depozytu

**W §2 po ustępie 2 dodaje się nowy ustęp, który otrzymuje brzmienie:**

§ 2 ust. 2a

Wyroby medyczne/produkty lecznicze\*, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden wyrób medyczny/produkt leczniczy\* danego rodzaju Zamawiający zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności wyrobu medycznego/produktu leczniczego o krótszym terminie ważności.



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pytanie nr 3**

Grupa 1, pozycja 1, parametr 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z amplitudą impulsów programowalną w zakresie 0,1 – 7,5 V w dla obu komór oraz 0,1 – 5,0 V dla prawego przedsionka?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 4**

Grupa 1, pozycja 1, parametr 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez programowalnej powrotnej negatywnej histerezy opóźnienia AV, ale z funkcją VRR rozpoznającą arytmie przedsionkową na podstawie obliczonego interwału stymulacji wskazanego przez VRR na podstawie ważonej sumy długości bieżącego cyklu komorowo-komorowego i poprzednich interwałów stymulacji wskazanych przez VRR, który ma na celu zmniejszenie zmienności długości cyklu komorowo-komorowego w czasie arytmii przedsionkowych z częściowo zachowanym przewodzeniem, poprzez niewielkie zwiększenie częstości stymulacji komorowej?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Grupa 1, pozycja 3, parametr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody wysokonapięciowe endokawitarne dostępne w długościach 59 i 64 cm?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 6**

Grupa 1, pozycja 4, parametr 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody nieskonapięciowe śródnaczyniowe dostępne w długościach 86 cm oraz 95 cm?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 7**

Grupa 1, pozycja 9, parametr 6

Czy Zamawiający dopuści transmitters bez możliwości ich wykorzystania do obsługi kolejnych pacjentów?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

M. Bryk  
Dział Zamówień Publicznych  
i Zakupów  
mgr Marek Bryk