



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 ekoziol@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 18.08.2022r.

SPZOZ . AZ . 2022 .

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę soczewek i materiałów okulistycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 7 zadań częściowych, AZ-P.2022.22, wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ.

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1129 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

A. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:

Zadanie częściowe nr 2:

Pytanie 1, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 wysokooczyszczonego oleju silikonowego o lepkości 5000mPas w ilości 120 sztuk. Prosimy tym samym o rezygnację z wymogu dostarczenia oleju o lepkości 1000 mPas. Prośbę swą motywujemy utrudnioną dostępnością tego rodzaju oleju u producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto zgodnie z treścią pkt 3.4 ust. 2) SWZ w przypadku pozycji aktualnie niedostępnych na rynku (np. brak / wstrzymanie / zakończenie produkcji / wycofanie z obrotu) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty tj. zaznaczyć w czytelny sposób w odpowiednim załączniku nr 2/1 do 2/7 do SWZ; Zamawiający będzie zamawiał te pozycje z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.

Zadanie częściowe nr 3:

Pytanie 1, poz. 1:

a) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 1 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml

b) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 1 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml

Odpowiedź ad a) i b): Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 2 gaz SF6 w pojemniku 75 ml wielokrotnego użytku wraz z zestawem do podaży 1 x filtr 0.20 um, 1 x igła 30G, 1 x strzykawka 60 ml, 1 x opaska dla pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie częściowe nr 6:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej części oferty na jednoogniskową soczewkę wewnątrzgałkową o poniższej specyfikacji:

- jednoczęściowa, **asferyczna** (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl **hydrofilny** (bez zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: 26% w stanie równowagi
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.46;
- współczynnik Abbego: 56;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:
od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano)
od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)
od +31.0 do +34.0D (co 1.0D);
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH);
- angulacja 0°;
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- metoda implantacji: **preloaded** - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie częściowe nr 7:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej części oferty na jednoogniskową soczewkę wewnątrzgałkową o poniższej specyfikacji:

- jednoczęściowa, **toryczna, asferyczna** (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl **hydrofilny** (bez zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: 26% w stanie równowagi
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.46;
- współczynnik Abbego: 56;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:
SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)
Cylindry od +1.0 do +6.0D (co 0.5D)
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła / wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH);

- angulacja 0°;
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- metoda implantacji: **preloaded** - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm?

Jeśli tak, to czy mając na uwadze, że ww. soczewka jest preloadowana Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny, tym samym dostawy, injectorów jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie soczewki torycznej, której:

- współczynnik refrakcji 1,54
- długość całkowitej 13 mm
- zakres dioptrażu 7,0 D do + 30D co 0,5D
- dostępność mocy cylindrycznej: 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D; 4,5D; 5,25D; 6,0D
- wzmocnione trzony części haptycznej zapewniają zwiększoną stabilność soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną
- zmodyfikowany kształt haptyków zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 st. - ostra krawędź.

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Projektowane postanowienia umowy:
--

Pytanie 1:

a) § 6 ust. 1 lit. a): Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu, tak by kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego a zamówionego towaru a nie od wartości wynagrodzenia dla oferowanego zadania.

Taka wartość kar umownych, w pełni odpowiada funkcji kompensacyjno – odszkodowawczej stymulującej wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania i nie odbiega swą wysokością od kwot ogólnie przyjętych w umowach o udzielenie zamówienia publicznego na podobny asortyment.

b) § 6 ust. 1 lit. b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź ad a) i b): Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

B. MODYFIKACJE TREŚCI SWZ:

Zamawiający modyfikuje zapisy w treści SWZ:

1) modyfikuje zapisy w treści SWZ:

- pkt 13.1. przyjmuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23.09.2022 r.**”,

- pkt 15.2. przyjmuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia **25.08.2022r.** do godziny 11:00”,

- pkt 15.3. przyjmuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.08.2021r.** o godz. 11:10”,

2) na podstawie art. 271 ust. 1 oraz 286 ust. 1, 7 oraz 9 Pzp, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koziu

Jarosław Kończuło

.....
Kierownik Zamawiającego

Załącznik:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5/10/22 *mbi...*