

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania**

***Dostawa tonometru***

Znak sprawy: ZP/51/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Zestaw pytań nr 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się dodać do wzoru umowy zapis, mówiący o tym, że w przypadku przedłużającej się naprawy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za przekroczenie terminu naprawy, jeśli Wykonawca na czas przedłużającej się naprawy dostarczy nieodpłatnie sprzęt zastępczy o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SWZ w załączniku nr 3 – wzór umowy w §4 pkt 4 który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapewnia nieodpłatnie sprzęt zastępczy na czas naprawy aparatu, o parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za przekroczenie terminu naprawy”.

**Zestaw pytań nr 2**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie tonometru o nieznacznie zmiennych parametrach technicznych:

- (5) zakres pomiaru 5-60 mmHg
- (6) dokładność pomiarowa 1,00 mmHg dla wyników IOP 5-20 mmHg oraz 1,7 dla wartości 21-60 mmHg
- (10) Dokładność w badaniach laboratoryjnych 95%
- (12) Przycisk wyzwalający badanie / pomiar od strony pacjenta
- (13) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w pionowej pozycji pacjenta (siedzący lub na stojąco) oraz leżącej – na boku oraz pozycjach pośrednich między pionem a poziomem pod kątem 15 stopni
- (15) Menu w języku angielskim

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza tonometr o proponowanych parametrach (pozostałe wymagania zgodne z SWZ), natomiast w (15) zamawiający wymaga menu w języku polskim.

*Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.*

*Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.*

Kierownik Zamawiającego

.....