

Opole, dnia 28.03.2024r.

L.dz. 1067/2024

Nr postępowania: ZP/02/2024

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

**ODPOWIEDZI  
na wnioski i zapytania do treści SWZ**

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzęt jednorazowego użytku”, nr postępowania ZP/02/2024, zgodnie z treścią art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający może zmienić wysokość kar umownych, zawartych we wzorze umowy do wysokości 1%?

Jest:

§7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę :
  - a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, w wysokości 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

Uzasadnienie:

Podana przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wartości brutto opóźnionej dostawy jest wygórowaną karą.

Standardowa wysokość kar umownych stosowana w podobnych postępowaniach przetargowych wynosi średnio 0,5-1,0% wartości brutto opóźnionej dostawy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

**Pytanie 2**

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 2, 3, 4, 5.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 3**

Załącznik nr 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 5:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę :
  - a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy;
  - b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,50 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy

dzień opóźnienia licząc od momentu wyznaczonego terminu do usunięcia wady, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej ceny brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. 2).

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 do SWZ.**

#### Pytanie 4

Pakiet nr 8


Czy Zamawiający może rozważyć możliwość rozszerzenia zakresu dopuszczalnych produktów, które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta? Wprowadzenie takiej zmiany umożliwiłoby składanie ofert przez innych wykonawców na podobne produkty, które są zbliżone lub równoważne pod względem spełnianych funkcji leczniczych.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### Pytanie 5

Pakiet nr 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port w całości wykonany z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), 6F i 8F z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu), 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm, średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa, igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g, igła wprowadzająca 18 G, rozrywalna koszulka, prowadnica



Możliwość podawania kontrastu PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji

- Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć,
- Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla (1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm (45T/m)
- W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Sterylna osłona głowicy z samoprzylepną powierzchnią z żel 15 g. 18x120. Klej eliminuje potrzebę stosowania żelu pod osłonę – eliminuje tworzenie pęcherzyków. Teleskopowe składanie zapewnia sterylną aplikację. Dzięki minimalnej ilości produktów w zestawie przyspiesza i ułatwia pracę personelowi medycznemu. Zalety: brak gumek, brak żelu w głowicy, brak pozostałości kleju, bez lateksu

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### Pytanie 6

Pakiet nr 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port o właściwościach techniczno-użytkowcy takich samych, lecz o niewielkich różnicach technicznych nie mających wpływu na terapię. Port dostępu żylnego niskoprofilowy z silikonową membraną uszczelniającą miejsce wprowadzenia igły, tytanowa komora, cewnik silikonowy oznaczeniem co 1cm i opisem co 5cm, widoczny w RTG, dwa otwory do przysycia portu. Wysokość portu: 10,4mm, średnica membrany 9,7mm, podstawa portu: 25,5mm. Ciężar 4,55g Rozmiar 6,5F i 8,5F, długość cewnika 500mm.

Zestaw wprowadzający

- strzykawka 10 ml
- igła Seldingera (punkcyjna) 18G
- igła prosta 22 G x 30
- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- przewodnik J
- łącznik
- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z przewodnikiem
- tępy tunelizator



Sterylna osłona głowicy z samoprzylepną powierzchnią z żelem 15 g.18x120. Klej eliminuje potrzebę stosowania żelu pod osłonę – eliminuje tworzenie pęcherzyków. Teleskopowe składanie zapewnia sterylną aplikację. Dzięki minimalnej ilości produktów w zestawie przyspiesza i ułatwia pracę personelowi medycznemu. Zalety: brak gumek, brak żelu w głowicy, brak pozostałości kleju, bez lateksu  
**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### Pytanie 7

Pakiet nr 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści: Igłę typu Hubera do portów naczyniowych, zakrzywiona pod kątem 90 st ze zintegrowanym drenem o długości 18cm, ze skrzydełkami, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu. Produkt bez lateksu. Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25, 32, 38mm



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza igły typu Hubera do portów naczyniowych, zakrzywionej pod kątem 90 st ze zintegrowanym drenem o długości 18cm, ze skrzydełkami, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu. Produkt bez lateksu. Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25, 32, 38mm**

#### Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodników typu Amplatz o długości 260 i 300cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 9**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów trójkanałowych z cewnikiem 7.5Fr temperowanym do 5Fr, dł. narzędzi 175 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 10**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, zagiętych sfinkterotomów z bardzo długim stożkiem średnica cewnika 5.1-4Fr, dł. cewnika 180cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 11**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 8, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych w rozmiarach: 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6, 11.4-7Fr, temperowanych na dł.4 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 12**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 12, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy do ekstrakcji złogów, twardych w rozmiarze 1.5x3.5, 2x4, 3x6. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 13**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 14, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników popychających z cewnikiem popychającym w rozmiarze: 5, 7, 8.5, 10, 11 FR. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 19, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężanych do dwunastnicy na kanał roboczy 3.7mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 15**

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie kleszczy pokrytych politetrafluoroetylenem (PTFE), typ zęby szczura o rozwarciu 7 mm, aligator o rozwarciu 8 mm i aligator z zębem szczura o rozwarciu 8 mm, wszystkie wersje obrotowe, średnic a narzędzia 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 16**

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy narzędzia 2,3 mm, średnica końcówki 1,67 mm, długość narzędzia 2150 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 17**

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie przewodników z powłoką hydrofilną o długości 70mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 18**

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie koszyków o stalowym rdzeniu, wymiary 20 mm x 40 mm i 30 mm x 60 mm, w osłonce z PTFE, średnica osłonki 3,4 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 19**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa, że minimalna wartość realizacji przedmiotu umowy wynosi 80%.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

**Pytanie 20**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

**Pytanie 21**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ceny jednostkowe netto, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, nie ulegną wzrostowi przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6 i 10.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

**Pytanie 22**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ceny jednostkowe netto, o których mowa w załączniku do niniejszej umowy, nie ulegną wzrostowi przez okres obowiązywania umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

**Pytanie 23**

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

**Pytanie 24**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

### **Pytanie 25**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

### **Pytanie 26**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,50 % wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia licząc od momentu wyznaczonego terminu do usunięcia wady.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

### **Pytanie 27**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega, że w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia, będzie upoważniony do dokonania zakupu u osoby trzeciej, obciążając Wykonawcę pełną wysokością kwoty poniesioną przez Zamawiającego, w szczególności kwotą zamówionego towaru wraz z kosztami jego dostarczenia oraz wydatkami poniesionymi w związku z koniecznością wyłonienia osoby trzeciej w celu realizacji zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

### **Pytanie 28**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto...”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

### **Pytanie 29**

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego (wynikających z niniejszej umowy) na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić...”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5 i 5a do SWZ.**

### **Pytanie 30**

Dot. pakietu nr 3, poz. 6

Z uwagi na wycofanie z produkcji kleszczy (chwytaków) do wyciągania ciał obcych/protezy WIELORAZOWEGO użytku, prosimy o możliwość zaoferowania kleszczy (chwytaków) typu aligator/zęb szczura JEDNORAZOWEGO użytku (bez możliwości sterylizacji w autoklawie).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy (chwytaków) typu aligator/zęb szczura jednorazowego użytku (bez możliwości sterylizacji w autoklawie).**

### **Pytanie 31**

Dot. pakietu nr 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści nowe, ulepszone protezy samorozprężalne (stenty) do dróg żółciowych o prawie identycznych parametrach tj. również w wersji pokrytej silikonem, z możliwością wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu, z dobrze widocznymi znacznikami, aplikator o dł. 175 cm i śr. Fr. 9,0, możliwość pracy z przewodnikiem 0,035 cala, średnica stentu po

rozprężeniu 10 mm, dł. protezy 60 mm i 80 mm? Dodatkowo stenty charakteryzuje osłonka aplikatora zbrojona wewnątrz co powoduje, że cewnik jest całkowicie odporny na załamania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 32**

Dot. pakietu nr 3, poz. 15

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Spirale do litotrypsji charakteryzujące się opisanymi przez Zamawiającego parametrami mają złącze kompatybilne z litotryptorem typu III (a nie bardzo starej wersji typu II). Prosimy o dopuszczenie spiral ze złączem kompatybilnym z litotryptorem typu III.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym Pakietu nr 3 poz. 15 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 15 otrzymał brzmienie: *Jednorazowa spirala ze stali nierdzewnej do litotrypsji planowanej, śr. zew. 2,6 mm, dł.195 cm, złącze kompatibilne z litotryptorem typu III.* Zmiany zostały naniesione kolorem czerwony. Załącznik nr 2 - PO ZMIANIE został zamieszczony w osobnym pliku.**

#### **Pytanie 33**

dot. załącznika nr 5a do SWZ – wzór umowy §2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby towar zamawiany w sytuacjach ratujących życie dostarczany był w ciągu 48 godzin liczonych w dni robocze?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy - załącznik nr 5a do SWZ.**

#### **Pytanie 34**

dot. załącznika nr 5a do SWZ – wzór umowy §7 ust. 1 pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5a do SWZ**

#### **Pytanie 35**

dot. zał. nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo cenowy dla pakietu nr 1

W celu zwiększenia możliwości terapeutycznych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zaoferowania w pakiecie nr 1, poz. 7 dodatkowej długości protez – 120mm, z zachowaniem pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 36**

dot. zał. nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo cenowy dla pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. 7 wymaga zaoferowania protez samorozprężalnych z otworami w powłoce silikonowej umożliwiającymi odpływ żółci z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 37**

Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu w rozmiarze CH21 zamiast 22? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 38**

Pakiet 10 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu z trokarem aluminiowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### Pytanie 39

Pakiet 10 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer całą transparentną z podwójnym załamaniem krzywizny (kształt jak na zdjęciu) wyłącznie w rozmiarze CH21?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### Pytanie 40

Pakiet 10 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer pakowaną podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz papierowo-foliowe opakowanie zewnętrzne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### Pytanie 41

Pakiet 10 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer całą transparentną z pojedynczym załamaniem krzywizny dla rozmiaru CH20 oraz z podwójnym załamaniem krzywizny dla rozmiaru CH 23?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### Pytanie 42

Pakiet 10 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z przewodnicą posiadający 4 otwory boczne, ze znacznikiem głębokości co 10 cm (na 450mm, 550mm, 750mm od końca dystalnego)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### Pytanie 43

Pakiet 10 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez przewodnicy, posiadający 4 otwory boczne, ze znacznikiem głębokości co 10 cm (na 50cm, 60cm, 70cm od końca dystalnego)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**