




**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
 „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego”

**zadanie nr 1**

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
<b>1.</b>		<p><b>Ciśnieniomierz automatyczny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profesjonalny, automatyczny ciśnieniomierz stacjonarny;</li> <li>- metoda pomiaru oscylometryczna;</li> <li>- duży i czytelny wyświetlacz LCD;</li> <li>- pamięć 2 użytkowników, każdy po 90 pomiarów;</li> <li>- zakres pomiaru: ciśnienie-&gt; 30-280 mmHg; tętno-&gt; 40-199 uderzeń na minutę;</li> <li>- dokładność: ciśnienie <math>\pm 3</math> mmHg, tętno <math>\pm 5\%</math>;</li> <li>- mankiet rozmiar: 28-42 cm;</li> <li>- zasilanie: bateryjne lub sieciowe;</li> <li>- wyrób medyczny</li> </ul>
<b>2.</b>		<p><b>Ciśnieniomierz naramienny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intuicyjny pomiar ciśnienia;</li> <li>- pomiar w trakcie pompowania;</li> <li>- wyświetlacz LCD 60x74;</li> <li>- podświetlany ekran;</li> <li>- automatyczne wyłączenie;</li> <li>- pamięć 60x2;</li> <li>- zasilanie USB/4xbaterie AAA;</li> <li>- zestaw: ciśnieniomierz + mankiet uniwersalny o obwodzie: 22-42 cm;</li> <li>- funkcja wykrywania arytmii;</li> <li>- funkcja uśredniania ostatnich 3 wyników;</li> <li>- wyrób medyczny</li> </ul>

3.		<b>Pulsoksymetr napalcowy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomiar natlenienia krwi (SpO<sub>2</sub>) i tętna;</li> <li>- wykres falowy, słupkowy;</li> <li>- pomiar wskaźnika perfuzji;</li> <li>- wskaźnik wyczerpania baterii;</li> <li>- automatyczne wyłączenie;</li> <li>- sygnał dźwiękowy tętna;</li> <li>- funkcja alarmu po przekroczeniu ustawionych wartości granicznych;</li> <li>- maksymalny czas jednorazowego zapisu do 8 godzin;</li> <li>- linka zabezpieczająca;</li> <li>- 2 baterie AAA 1,5 V w zestawie;</li> <li>- wyrób medyczny</li> </ul>
<b>WARUNKI GWARANCJI I SERWISU</b>		
1.	Pełna <b>24 miesięczna</b> gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	<b>48 godzinny</b> czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej)	
3.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze.	
4.	Gwarancja 10 - letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych	
5.	Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi	
6.	Autoryzowany serwis	
7.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.	
8.	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu	
9.	Interfejs użytkownika w języku polskim	
<b>CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE</b>		
10.	Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE	
11.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu	
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej	

**zadanie nr 2**

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
1.		<p><b>Fotel do pobierania krwi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stanowisko do pobierania krwi poprzez iniekcję na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi;</li> <li>– z przeznaczeniem do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach;</li> <li>– wyrób medyczny, nieinwazyjny, niesterylny;</li> <li>– 2 podłokietniki przestawne;</li> <li>– ściśle zintegrowane oparcie z podłokietnikami;</li> <li>– zagłówek;</li> <li>– wspornik podłokietników;</li> <li>– siedzisko – oparcie;</li> <li>– rama stanowiska;</li> <li>– całkowita szerokość: 80cm;</li> <li>– całkowita długość: 78cm;</li> <li>– szerokość podstawy: 71 cm;</li> <li>– długość podstawy: 73 cm;</li> <li>– całkowita wysokość: 112/128 cm;</li> <li>– dopuszczalne obciążenie: 120 kg</li> </ul>
<b>WARUNKI GWARANCJI I SERWISU</b>		
1.	Pełna <b>24 miesięczna</b> gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	<b>48 godzinny</b> czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej)	
3.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze.	
4.	Gwarancja 10 - letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych	
5.	Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi	
6.	Autoryzowany serwis	
7.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.	
8.	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu	
9.	Interfejs użytkownika w języku polskim	
<b>CERTYFIKATY – WYMAGANIA DODATKOWE</b>		
10.	Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE	
11.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu	


12.	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej
-----	--

### zadanie nr 3

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
<b>1.</b>		<p><b>Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stół składający się z 2 unoszonych kółek i 2 antypoślizgowych stopek;</li> <li>- 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,</li> <li>- wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy dookoła podstawy stołu,</li> <li>- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (zagłówek) za pomocą sprężyn gazowych,</li> <li>- profilowany otwór w zagłówku mieszczący twarz pacjenta, zaślepka w zestawie,</li> <li>- uchwyty służące mocowaniu pasa;</li> <li>- kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego;</li> <li>- relingi do zamocowania pasów oraz 2 otwory na bananki;</li> <li>- otwór na twarz pacjenta ułatwiający oddychanie;</li> <li>- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów;</li> <li>- wąskie łączenia sekcji stołu do masażu;</li> <li>- wyrób medyczny</li> </ul>
<b>WARUNKI GWARANCJI I SERWISU</b>		
1.	Pełna <b>24 miesięczna</b> gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	<b>48 godzinny</b> czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej)	
3.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze.	
4.	Gwarancja 10 - letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych	
5.	Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi	
6.	Autoryzowany serwis	
7.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.	
8.	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu	
9.	Interfejs użytkownika w języku polskim	
<b>CERTYFIKATY – WYMAGANIA DODATKOWE</b>		
10.	Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE	

11.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej

#### zadanie nr 4

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
1.		<p><b>Balkonik chodzik rehabilitacyjny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– balkonik 3 funkcyjny: kroczący (4 nóżki), stały (4 nóżki) lub stały – dwukołowy (2 nóżki z tyłu, i 2 kółka z przodu);</li> <li>– przeznaczenie: do pionizacji, obciążenia kończyn dolnych, nauki chodzenia;</li> <li>– łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej;</li> <li>– składana konstrukcja ramy;</li> <li>– lekka aluminiowa konstrukcja;</li> <li>– regulowana wysokość (skokowo)</li> <li>– wzmocnione połączenie poziome;</li> <li>– nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi;</li> <li>– ergonomiczne uchwyty ręczne;</li> <li>– kółka przednie o średnicy 12 cm;</li> <li>– dopuszczalne obciążenie: 100kg;</li> <li>– wymiary całkowite: dł. 55xszer.60xwys.76-93cm;</li> <li>– wyrób medyczny</li> </ul>
2.		<p><b>Wózek inwalidzki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprzęt pomocniczo – rehabilitacyjny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych;</li> <li>– składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej;</li> <li>– miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią;</li> <li>– uchylne podłokietniki;</li> <li>– uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości;</li> <li>– podnóżki wyposażone w dodatkowe pasy podtrzymujące stopy;</li> <li>– ergonomiczne uchwyty dla opiekuna;</li> <li>– stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik);</li> </ul>



- hamulec dla pacjenta;
- koła przednie bezobsługowe;
- koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku);
- kolor ramy: srebrny metalic;
- maksymalne obciążenie: 120 kg;
- szerokość siedziska do wyboru przez zamawiającego;
- waga całkowita (średnia): 18kg;
- koła przednie: 20x5cm;
- koła tylne: pneumatyczne (pompowanie) lub pełne;
- podłokietniki: uchylne;
- podnóżki: zdejmowane, odchylane z regulacją wysokości;
- wyrób medyczny


#### WARUNKI GWARANCJI I SERWISU


1.	Pełna <b>24 miesięczna</b> gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)
2.	<b>48 godzinny</b> czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej)
3.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze.
4.	Gwarancja 10 - letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
5.	Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi
6.	Autoryzowany serwis
7.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.
8.	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu
9.	Interfejs użytkownika w języku polskim

#### CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE

1.	Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE
2.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej




**zadanie nr 5**

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
1.		<p><b>Aparat do dwukanałowej elektroterapii Multitronic MT – 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uniwersalny dwukanałowy aparat do elektroterapii;</li> <li>- gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń;</li> <li>- indywidualna regulacja parametrów zabiegu;</li> <li>- dwa obwody zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy);</li> <li>- generowane prądy: diadynamiczne; interferencyjne, dynamiczny, impulsowe średniej częstotliwości, tonoliza, TENS, Kotz, faradyczny i neofaradyczny, galwaniczny (w tym jonoforeza);</li> <li>- częstotliwość interferencyjna: 1 – 200 Hz;</li> <li>- natężenie prądu interferencyjnego: RMS 0-60mA;</li> <li>- natężenie prądu galwanicznego 0-50mA;</li> <li>- natężenie prądu diadynamicznego 0-30mA;</li> <li>- prąd średni dla DF 0-30mA;</li> <li>- prąd średni dla MF 0-15mA;</li> <li>- częstotliwość TENS, HV: 1-200Hz;</li> <li>- czas impulsu TENS, HV: 50-250 Js;</li> <li>- czas przerwy 100 – 4000 ms;</li> <li>- czas opóźnienia 5 – 150 ms;</li> <li>- zasilanie 230V/50Hz/70VA;</li> <li>- masa aparatu 3kg;</li> <li>- wyrób medyczny</li> </ul>

2.		<p><b>Inhalator ultradźwiękowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inhalator ultradźwiękowy;</li> <li>- przeznaczenie do nieinwazyjnego wspomagania terapii chorób układu oddechowego;</li> <li>- sprzęt do stosowania specjalistycznego w szpitalach, ambulatoriach, lecznictwie uzdrowiskowym;</li> <li>- wydajność do 5ml/min;</li> <li>- system do podawania ciągłego (nawilżanie);</li> <li>- możliwość stosowania naczyń na lek;</li> <li>- wydajność nawiewu 0-30l/min;</li> <li>- wydajność areozolu 0-30l/min;</li> <li>- pojemność naczynia na lek: max. 30ml;</li> <li>- wyrób medyczny</li> </ul>
<b>WARUNKI GWARANCJI I SERWISU</b>		
1.	Pełna <b>24 miesięczna</b> gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	<b>48 godzinny</b> czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej)	
3.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze.	
4.	Gwarancja 10 - letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych	
5.	Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi	
6.	Autoryzowany serwis	
7.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.	
8.	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu	
9.	Interfejs użytkownika w języku polskim	
<b>CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE</b>		
1.	Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE	
2.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej	



**zadanie nr 6**




Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
1.		<p><b>Makaron do pływania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- makaron piankowy z przeznaczeniem do ćwiczeń w wodzie;</li> <li>- średnica 6 cm;</li> <li>- długość 160 cm;</li> <li>- różne kolory do wyboru przez zamawiającego;</li> <li>- wolny od ftalanów;</li> </ul>
2.		<p><b>Drewniaki zdrowotne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cholewka gładka wykonana ze skóry naturalnej z powłoką odporną na mycie;</li> <li>- podeszwa przeciwpoślizgowa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce;</li> <li>- spód klejony kopolimerem antypoślizgowym;</li> <li>- kłapki profilaktyczne z profilem ortopedycznym;</li> <li>- spód drewniany z profilem ortopedycznym;</li> <li>- dostępność rozmiarów od 36 do 47;</li> <li>- kolor: biały;</li> <li>- certyfikat EN20347</li> </ul>
3.		<p><b>Kule łokciowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny;</li> <li>- wykonanie z lekkiego i wytrzymałego aluminium;</li> <li>- uchwyt o ergonomicznym kształcie zapatrzony w odblask;</li> <li>- wyposażona w nasadkę antypoślizgową;</li> <li>- możliwość regulacji wysokości od 745 – 975mm;</li> <li>- max. waga użytkownika: 130 kg;</li> <li>- waga 0,55kg;</li> </ul>

4.



**Apteczka przemysłowa w walizce:**

- przemysłowa apteczka pierwszej pomocy w walizce z tworzywa ABS;
- skład zgodny z norm: DIN 13157 PLUS;
- rozmiar opakowania: 330x235x125mm;
- apteczka winna zawierać stelaż mocujący do ściany;
- certyfikat CE;
- deklaracja zgodności WE;
- skład apteczki:
  - 1 szt. kompres zimny
  - 2 szt. kompres na oko
  - 3 szt. kompres 10x10 a2
  - 2 szt. opaska elastyczna 4m x 6cm
  - 2 szt. opaska elastyczna 4m x 8cm
  - 1 kpl. plaster 10 x 6 cm (8szt.)
  - 1 kpl. plaster (14szt.)
  - 1 szt. plaster 5m x 2,5 cm
  - 3 szt. opatrunek indywidualny M sterylny
  - 1 szt. opatrunek indywidualny G sterylny
  - 1 szt. opatrunek indywidualny K sterylny
  - 1 szt. chusta opatrunkowa 60 x 80
  - 2 szt. chusta trójkątna
  - 1 kpl. chusta z fliseliny (5 szt.)
  - 1 szt. koc ratunkowy 160 x 210 cm
  - 1 szt. nożyczki 19 cm
  - 4 szt. rękawice latex
  - 6 szt. chusteczka dezynfekująca
  - 1 szt. ustnik do sztucznego oddychania
  - 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

5.		<p><b>Okulary ochronne do laseroterapii wysokoenergetycznej:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okulary ochronne do laseroterapii biostymulacyjnej przeznaczone dla pacjenta i terapeuty podczas laseroterapii;</li> <li>- okulary winny posiadać filtr ochronny TP2 w zakresie promieniowania 600 – 1120nm;</li> <li>- rozstaw nauszników: 150mm;</li> <li>- zauszniki o regulowanej długości;</li> <li>- certyfikat CE;</li> </ul>
6.		<p><b>Piłka do ćwiczeń, rehabilitacyjna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 25 – 27cm;</li> <li>- kolor do uzgodnienia z zamawiającym;</li> <li>- piłka służąca do ćwiczeń wzmacniających mięśnie grzbietu, zwiększających ruchomość w stawach;</li> <li>- do ćwiczeń izometrycznych;</li> <li>- miękka formuła;</li> <li>- możliwość dopasowania stopnia twardości;</li> <li>- odporna na obciążenia;</li> </ul>
7.		<p><b>Taboret łazienkowy dla niepełnosprawnych pod prysznic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt higieniczny;</li> <li>- siedzisko z wycięciem typu U;</li> <li>- materiał: aluminium + plastik;</li> <li>- wysokość regulowana wielostopniowo od 360mm do 530mm, szerokość: 485mm, głębokość: 330mm;</li> <li>- kolor siedziska: biały;</li> <li>- stabilna i lekka konstrukcja;</li> <li>- antypoślizgowe gumowane nakładki na nogach;</li> <li>- ułatwiające odpływ wody otwory w siedzisku;</li> <li>- uchwyty boczne umożliwiające wygodniejsze przenoszenie i siedzenie;</li> <li>- maksymalne obciążenie: 150kg;</li> </ul>
<b>WARUNKI GWARANCJI I CERTYFIKATY</b>		
1.	<b>12 miesięczna</b> gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	Certyfikat CE	


**zadanie nr 7**

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>BRAK</b>	Taca do masy fango dedykowana do urządzenia cieplarki C – 14 (cieplarka fango) model: SN – 0111/2014
<b>WARUNKI GWARANCJI I CERTYFIKATY</b>		
1.	<b>12 miesięczna</b> gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	Certyfikat CE	

**zadanie nr 8**

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>BRAK</b>	Zestaw podstawowy gum tubingowych do systemu Pragma
<b>WARUNKI GWARANCJI I CERTYFIKATY</b>		
1.	<b>12 miesięczna</b> gwarancja na dostarczony sprzęt (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	Certyfikaty CE	

**zadanie nr 9**

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
<b>1.</b>		<p><b>Ochraniacz gruby wodoodporny na materac 90x200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hipoalergiczny, nieprzemakalny, wodoodporny ochraniacz na materac typu molton;</li> <li>- przeznaczony do szpitali oraz innych placówek medycznych;</li> <li>- funkcja pełnej ochrony materaca;</li> <li>- skład 100% poliester;</li> <li>- możliwość prania w temp. do 40°C;</li> <li>- posiadający gumki w czterech rogach dla stabilności ułożenia;</li> <li>- certyfikat Oeko – Tex standard 100;</li> <li>- certyfikat CE.</li> </ul>
<b>WARUNKI GWARANCJI I CERTYFIKATY</b>		
1.	<b>12 miesięczna</b> gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	Certyfikat CE	

**zadanie nr 10**

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>BRAK</b>	<p><b>Fartuch do suchej kąpieli CO<sub>2</sub></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peleryna materiałowa (ortalionowa);</li> <li>- pasujący do komory do suchych kąpieli CO<sub>2</sub>/ozon, typ TOWER MX-1 Nr ser. SN 010/2010</li> </ul>
<b>WARUNKI GWARANCJI I CERTYFIKATY</b>		
1.	<b>12 miesięczna</b> gwarancja na dostarczony sprzęt (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	Certyfikaty CE	