

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy PK/98/2023
	Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę stołu operacyjnego do wykonywania zabiegów okulistycznych	

Elbląg, dnia 18.04.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę stołu operacyjnego do wykonywania zabiegów okulistycznych, Nr sprawy PK/98/2023,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści:

Pytanie 1- dot. Załącznika nr 1.1

Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści Model Genius EYE PRO z regulacją hydrauliczną ruchu stołu góra / dół w zakresie od 595 do 885mm \pm 10mm, prędkość regulacji 9,6-12,1mm/s ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2- dot. Załącznika nr 1.1

Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści Model Genius EYE PRO z zakresem regulacji kąta nachylenia zagłówka od -45° do +25 °, prędkość regulacji 4-6°/s?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3- dot. Załącznika nr 1.1

Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści Model Genius EYE PRO z zakresem regulacji kąta nachylenia tułowia od -22 ° do +80 °, prędkość regulacji 1,7-7,6°/s?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4- dot. Załącznika nr 1.1

Czy zamawiający w punkcie 17 dopuści Model Genius EYE PRO z zakresem regulacji kąta nachylenia podudzia od -9° do +25 °, prędkość regulacji 2,1-8,4°/s?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5- dot. Załącznika nr 1.1

Czy Zamawiający w punkcie 20 dopuści Model Genius EYE PRO z szerokością stołu 590mm? Stół ten posiada segmenty tułowia, podudzia oraz dolnej części nóg wyposażone w listwy umożliwiające montaż dodatkowych akcesoriów. Ponadto stół wyposażony jest w dwa identyczne podłokietniki rozmieszczone po obu stronach stołu, możliwość niesymetrycznego zamontowania podłokietników, regulacja pochylenia podłokietników oparta na mechanizmie przegubów kulowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6- dot. Załącznika nr 1.1

Czy zamawiający w punkcie 48 dopuści fotel bez podłokietników?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7- dot. Załącznika nr 1.1

Czy zamawiający w punkcie 49 dopuści fotel bez podłokietników?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 (-)
 lek. Mirosław Gorbaczewski