

Dreżdenko, dnia 6 października 2023 roku

**Do**  
**Wykonawców,**  
**ubiegających się o zamówienie**

**P3**

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę osprzętu endoskopowego, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/23/2023

## WYJAŚNIENIA

### **Pytanie nr 1**

#### **Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazową dwustronną o średnicy osłonki 1.8mm, długości roboczej 2300mm, średnicy szczotek 6/6mm i długości szczotek 20/20mm ?

#### **Odp. do pytania 1**

Wymaga się złożenia oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym.

### **Pytanie nr 2**

#### **Poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania o długości zestawu 160cm?

#### **Odp. do pytania 2**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 11 na zestaw do opaskowania żyłaków przelyku o długości 160cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.