



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 21.09.2020r.

DZPZ-530-Zp/39/PN-37/20

### Wynik postępowania przetargowego dotyczy pakietów 1, 3

*Dotyczy: „Dostawa angiografu i dodatkowego sprzętu medycznego do wykonywania procedur endowaskularnych, kardiologicznych i obwodowych wraz z montażem urządzenia i adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki, przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego oraz dostawa defibrylatora i respiratora transportowego z wyposażeniem” - Zp/39/PN-37/20.*

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

#### Dla Pakietu nr 1 (Angiograf i dodatkowy sprzęt medyczny wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki oraz przeszkoleniem pracowników):

**Philips Polska Sp. z o.o.** Al. Jerozolimskie 195 B; 02-222 Warszawa: za cenę brutto **4 098 562,38 zł**, Kryterium „jakość”:

- Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy: **TAK – 2 pkt.**
- Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm) Min. 190 cm: **TAK, 280 cm – 2 pkt.**
- Głębokość ramienia C lub G min. 88 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia: **TAK, 105 cm – 5 pkt.**
- Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie: **TAK, po obu stronach statywu – 5 pkt.**
- Ustawianie położenia detektora (wpływ odległości SID oraz SOD na rozmiar obrazu) znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania: **TAK – 3 pkt.**
- System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją: Programowy (softwarowy) / Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) / Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym: **TAK, 3 zabezpieczenia programowe,**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**elektromechaniczne, bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym – 5 pkt.**

- Długość płyty pacjenta, bez elementów przedłużających Min. 270 cm: **TAK, 316 cm – 5 pkt.**
- Pochłanianie blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta  $\leq$  ekwiwalent 1,5 mmAl: **TAK, 0,8 mmAl – 5 pkt.**
- Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu: **TAK – 3 pkt.**
- Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania: **TAK – 2 pkt.**
- Konfigurowalny przycisk nożny włącznika ekspozycji: **TAK – 2 pkt.**
- Lampa min. dwu ogniskowa : **TAK, 2 ogniska : 0,8mm/0,5 mm – 0 pkt.**
- Pojemność cieplna anody [kHU]  $\geq$  3,5 MHU: **TAK, 6400 kHU – 5 pkt.**
- Pojemność cieplna kołpaka [kHU]  $\geq$  5 MHU: **TAK, 9400 kHU – 5 pkt.**
- Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,3 mm Cu: **TAK, odpowiednik 1 mm Cu – 5 pkt.**
- Detektor matrycowy o wymiarach przekątnej nie mniej niż 29 cm i nie większej niż 40cm: **TAK, 29,3 cm – 5 pkt.**
- Rozmiar piksela detektora ( $\mu\text{m}$ )  $\leq$  200  $\mu\text{m}$ : **TAK, 154  $\mu\text{m}$  – 5 pkt.**
- Głębia bitowa detektora Min. 14bit: **TAK, 16 bit – 3 pkt.**
- Ilość pól obrazowych FOV Min 3: **TAK, 5 pól – 5 pkt.**
- Min. 2 monitory obrazowe angiografu (live, ref lub review) typu „flat” (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min 19” : **TAK, 2 monitory obrazowe angiografu w sterowni o przekątnej 24” – 3 pkt.**
- Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania: **TAK – 3 pkt.**
- Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc): **TAK – 3 pkt.**
- Wykonywanie w. w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji: **TAK – 3 pkt.**
- Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu (mapy) tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym: **TAK – 20 pkt.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



- Wyświetlanie na monitorze live angiografu i zapamiętywanie przebiegu EKG synchronicznie z prezentowaną sceną: **TAK – 2 pkt.**
- Sterownik ręczny umożliwiający bieżącą kontrolę i zmianę prędkości przepływu podczas iniekcji środka kontrastowego: **TAK – 2 pkt.**
- Zamontowany na linii czujnik ciśnienia z automatycznym rozdzielaczem: **TAK – 2 pkt.**
- System „otwarty” – zapewnienie możliwości eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku co najmniej dwóch różnych producentów: **NIE – 0 pkt.**

Razem 110 „punktów jakościowych” w kryterium: „jakość”.

**Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium „jakość” – 40 pkt. Razem: 100 pkt.**

**Dla Pakietu nr 3 (Respirator transportowy z wyposażeniem): procedura unieważniona,** Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. unieważnia postępowanie, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

*Uzasadnienie wyboru:*

*Pakiet nr 1 – jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.*

Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu (w zakresie Pakietu 1) zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:  
- rozdzielnik

zatwierdzam

Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



**ROZDZIELNIK**  
**Wykonawcy w postępowaniu:**

- 1) **Philips Polska Sp. z o.o.** Al. Jerozolimskie 195 B; 02-222 Warszawa



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742