

Wykonawcy postępowania

ZP/9/2024

Łódź, dn. 29.01.2024 r.

**Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Dostawę sekwenatora.**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

**Pytania do załącznika nr 4 – Wzór Umowy:**

**Pytanie 1:**

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §1 ust. 2 b)

Zgodnie z OPZ przedmiotem umowy jest dostawa systemu do sekwencjonowania NGS. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy poprzez „montaż wraz ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi” Zamawiający miał na myśli dostawę i montaż sekwenatora wraz z zasilaczem awaryjnym UPS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje zapis na: montaż wraz ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi (jeśli dotyczy).

**Pytanie 2:**

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §1 ust. 3 ppkt. j) oraz §6 ust. 1 ppkt. d)

Zgodnie z § 10 ust. 2 *Gwarancja realizowana będzie w ramach autoryzowanego serwisu*. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje, że przedmiot umowy wskazany w § 1 ust. 1 będzie objęty gwarancją Wykonawcy (posiadającego autoryzację serwisową) na okres wskazany w § 10 ust. 1, a wraz z towarem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu warunki gwarancji/karty gwarancyjne Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

**Pytanie 3:**

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §1 ust. 3 ppkt. k)

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis „ma zapewniony dostęp serwisowy po zakończeniu okresu gwarancji” Zamawiający rozumie, że usługi te będą oferowane odpłatnie?

**Odpowiedź:**

Tak. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

**Pytanie 4:**

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §8

W przypadku oferowanych przez nas urządzeń podstawowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest uwzględniony w cenie urządzenia, natomiast gwarancja na dalszy okres eksploatacji oferowana jest dodatkowo. Urządzenie objęte jest 8% stawką VAT, natomiast dodatkowa gwarancja 23% stawką VAT. Czy Zamawiający zaakceptuje, że powyższe składowe będą objęte różnymi stawkami VAT oraz będą wyszczególnione w oddzielnych pozycjach na fakturze końcowej?

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

**Pytanie 5:**

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §10 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych wad liczony od momentu zgłoszenia wynosił zgodnie z wymaganymi SWZ 48 godzin w dni robocze, jednak uwzględniał zastosowanie zdalnej diagnozy? Dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki. Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie przyspiesza samej naprawy natomiast zwiększa koszt realizacji kontraktu

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

**Pytanie 6:**

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §10 ust. 3

Przedmiotem dostawy jest unikalne urządzenie o bardzo skomplikowanej budowie. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie jest możliwe usunięcie usterek w czasie wskazanym przez Zamawiającego. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje maksymalny czas naprawy niewymagającej sprowadzenia części zamiennych 14 dni roboczych oraz 21 dni robocze w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

**Pytanie 7:**

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §10 ust. 4

Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku oferowanego urządzenia decyzja dotycząca naprawy versus dostarczenia elementu/modułu zastępczego jest podejmowana zależnie od wytycznych producenta dla danego typu usterki określonego elementu/modułu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje naprawę lub dostawę do Zamawiającego wymianę i instalację zastępczego elementu/podzespołu/modułu o parametrach tożsamyh do parametrów elementu wymienianego w terminie do 21 dni roboczych? Przy czym w sytuacji, w której prawdopodobny czas usuwania wad(y) będzie przekraczał 15 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiąże się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie badania na innym urządzeniu tego samego typu w innej lokalizacji niż siedziba Zamawiającego, przy wykorzystaniu odczynników Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

**Pytanie 8:**

dotyczy: Załącznik nr 2, Tabela 1 ,pkt 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia, w którym są zintegrowane moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji, zachodzące przy użyciu jednego kompletnego zestawu odczynników obejmującego następujące elementy: kartridż odczynnikowy, pojemnik z buforem oraz flow cell?

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Z-ca Dyrektora

Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi