

Nasz znak: 14/zp/2023

Odpowiedź nr 4

Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00355763/01
z dnia 2024-06-07

W dniu 10.06.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytania do SWZ

Część 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 45 mm, 60 mm i 90 mm.
Odp. : Tak, Zamawiający dopuści.
2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 30 mm i 40 mm.
Odp. : Nie, Zamawiający nie dopuści.
3. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie ładunków (nóż w ładunku) w rozmiarze 60 mm i 80 mm.
Odp. : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Część 11

4. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych tlenkiem etylenu.
Odp. : Tak, Zamawiający dopuści.
5. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy plecionego drutu 0,33 mm, długość 2400 mm.
Odp. : Tak, Zamawiający dopuści.
6. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsów o kącie rozwarcia 90 stopni, długość ramion klipsa około 8 mm, kartridż fioletowy.
Odp. : Nie, Zamawiający nie dopuści.
7. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 4 mm i 6 mm (do wyboru).
Odp. : Nie, Zamawiający nie dopuści.

PREZES TARZĄDU
Iwona Anarzejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie.