




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70

NIP: 626-25-10-567

KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



DZP – 17/2021

Bytom, dnia 08.09.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę implantów i sprzętu ortopedycznego**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 6 poz. 20, 30, 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 6 pozycji 20,30,31 i wprowadzenie do osobnego pakietu np. 6A?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycjach 1-4 w pakiecie 6 o zamówienie wkrętów z gniazdem hexagonalnym 170 mm.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto



niedostarczonej partii dostawy

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy

1.3. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 18, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty

1.4. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy co do których stwierdzono naruszenia okr w § 3 ust 12-15, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy co do których stwierdzono naruszenia okr w § 3 ust 12-15

1.5. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 5 ust. 3, niezrealizowanej części umowy,

1.6 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 5 ust. 3, niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 1 pkt 1.1 - 1.2 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy,

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie §10 ust. 2 niniejszej umowy”

Pozostałe zapisy ppu bez zmian.

Pytanie nr 4 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z §6 ust. 1 projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 5 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 6 ust. 3 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

„3. *Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych.*”

Pytanie nr 6 – dot. projektowanych postanowień umownych

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania? (dot. § 3 ust 16-17).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust 16-17)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości o składzie β - fosforan trójwapienny, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość 80-90%, zestaw o następującej gramaturze i wymiarach:

- granule 3-4mm, 10g – 15 szt.
- granule 3-4mm, 20g – 15 szt.
- blok kostny 8x8x20mm (x2 szt. pakowane pojedynczo) – 3 szt.
- blok kostny 15x15x20mm (x2 szt. pakowane pojedynczo) – 3 szt.
- blok kostny 15x20x30mm (x2 szt. pakowane pojedynczo) – 3 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający w §3 ust. 17 lit. k) wyrazi zgodę na wydłużenie terminu utworzenia depozytu z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 3 ust. 17 lit k) projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

„k) *Strony zobowiązują się do utworzenia depozytu, w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.*”

Pytanie nr 11 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający zmieni karę umowną określoną w §8 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 z 1% na 0,5%? Zawarta w umowie kara umowna jest w sposób znaczący wygórowana. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę wysokości kary umownej.

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie nr 12 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 1, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

Pytanie nr 13 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 9 ust. 2 z „24 godzin” na „2 dni robocze”?

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca w czasie 2 (dwóch) dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem.”

Pytanie nr 14 – dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 6 lit a), że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 – dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie trzpienia o długości od 130 mm do 170 mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 – dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie trzpienia ze zmiennym offsetem od 35 mm do 37 mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 – dot. pakietu nr 6 poz. 1, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 – dot. pakietu nr 7 poz. 4

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 4 nie zaszła omyłka w zakresie ilości „Śruby kostnej dł. 70-125 mm”, i nie powinno być 50 szt. zamiast 15 szt.?

Odp.: Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 7 poz. 4 nastąpiła omyłka pisarska – powinno być 50 szt. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SWZ w zakresie pakietu nr 7.

Pytanie nr 19 – dot. pakietu nr 7 poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 7 poz. 5 zamawiający wymaga wycenienia dwa razy śruby zaślepiającej?

Odp.: Zamawiający wymaga wyceny śruby zaślepiającej w ilości 5 szt. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SWZ w zakresie pakietu nr 7.

Pytanie nr 20 – dot. pakietu nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźcia o średnicach 10-12 mm oraz długościach 200-440 mm zamiast średnicy 11-13 mm oraz długościach 150-440 mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 – dot. pakietu nr 7 poz. 10

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 10 nie zaszła omyłka w zakresie ilości „Wkrętów blokujących O 4,5 i Ø 5,0 mm”, i nie powinno być 15 szt. zamiast 45 szt.?

Odp.: Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 7 poz. 10 nastąpiła omyłka pisarska – powinno być 15 szt. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SWZ w zakresie pakietu nr 7.

Pytanie nr 22 – dot. pakietu nr 7 poz. 13

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 13 nie zaszła omyłka w zakresie średnicy wkrętu i nie powinno być Ø 6,5 mm zamiast Ø 465 mm?

Odp.: Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 7 poz. 13 nastąpiła omyłka pisarska – powinno być Ø 6,5 mm. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SWZ w zakresie pakietu nr 7.

Pytanie nr 23 – dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 wymaga zaoferowania również śruby szyjkowej o średnicy Ø16mm dla kości osteoporotycznej?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw przeznaczony do pooperacyjnej autotransfuzji składający się z dwóch drenów 16 CH, dren łączący kompatybilny z drenami, mieszek z zastawką przeciwwrotną i worek na krew z filtrem 175 um o pojemności min.

700ml z zastawką przeciwwrotną z aparatem do przetoczeń z trzystopniowym systemem filtracji (175/40/10 um) dostosowanym do zestawów autotranfuzji oraz workiem na drenaż przedłużony o pojemności min. 500 ml z zastawką przeciwwrotną. Sterylny, podwójnie pakowany.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw sterylny do zwrotnego przetaczania krwi. Zestaw do retransfuzji pełnowartościowej krwi po zamknięciu pola operacyjnego bez niszczenia elementów morfotycznych. Zestaw pozwalał na automatyczne przejście aktywnego drenażu na pasywny bez rozłączania systemu i posiada dwa poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka do 175 mikrometrów i drugi kaskadowy w linii do przetaczania krwi 175/40/10 mikrometrów (umożliwiający swobodny pasaż erytrocytów). Zestaw posiada dodatkowo zbiornik na krew do 1000 ml z podziałką, mieszek do 200 ml, obydwą z systemem zastawek antyzwrotnych oraz łącznik typu Y z docinanymi połączeniami drenów. Linia do przetaczania krwi posiada dodatkowo zacisk rolkowy do regulacji przepływu oraz zakończenie kompatybilne z workiem na krew. System pozwala na drenaż krwi z jednego lub dwóch drenów oraz posiada odpowiednie certyfikaty jakościowe + dren z trokarem ze zmienną średnicą otworów w rozmiarach od 12 do 18 CH (do wyboru zgodnie z zamówieniem).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dot. pakietu nr 36 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 2 - trzpień w dwóch płaszczynach posiadający kształt klina, zwiężający się dystalnie, splaszczony, samocentrydujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i higher offset). Długość trzpienia od 130mm do 156mm. Stożek 12/14

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 – dot. pakietu nr 36 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 3 - trzpień prosty CoCr w 5 rozmiarach standardowych ze stożkiem 12/14

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28 – dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści również:

w punkcie 1 –

- syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości (inicjuje tworzenie się nowej tkanki kostnej, uwalniając jony wapniowe i fosforanowe, z czasem porowata struktura zostaje całkowicie przeniknięta i zastąpiona tkanką kostną)
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- w postaci granulek 2-3mm średnicy
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
- opakowanie 10ml;

w punkcie 2 –

- syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- w postaci granulek 2-4mm średnicy
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
- opakowanie 16ml;

w punkcie 3 –

prostopadłościan 5x5x10mm 2szt.

- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%;

w punkcie 4 –

prostopadłościan 5x5x20mm 2szt.

- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%;

w punkcie 5 –

prostopadłościan 5x5x20mm 4szt.

- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 13, w związku z zabiegami artroskopowymi kolana i barku, wyrazi zgodę na dodanie poniższych punktów z implantami?

1. Implant typu endobutton Inline XL: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytką tytanową połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi. pętlami polietylenowymi. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.
2. Trepan do pozyskiwania cylindrycznego fragmentu kości, średnica 7-9 mm.
3. Szydło do prowadzenia przeszczepu
4. Prowadnica nitinolowa do śrub GT 1.5mm.
5. Prowadnica nitinolowa do śrub CompositCP 1.1.mm.
6. Wiertło kaniulowane wielorazowe 4,5mm.
7. System do szycia łąkotec metodą All-inside, składający się z dwóch miękkich implantów, wykonanych z poliestru, połączonych nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa prosta lub zakrzywiona zakończona igłą o śr. 1,6 mm.
8. Miękką kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm.

9. Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową.

W zestawie nic prowadząca implant.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 – dot. pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31 – dot. pakietu nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32 – dot. pakietu nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33 – dot. pakietu nr 7 poz. 4

Czy w Zamawiający wymaga zaoferowania wkręta derotacyjnego 4,0 mm?

Odp.: Zamawiający wymaga wkręt derotacyjnego 4,0 mm. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SWZ w zakresie pakietu nr 7.

Z poważaniem

Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznego - Administracyjnych
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 4 w Bydgoszczy

Marcija Brikis