

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Aparat Densytometr”  
- znak sprawy: 35/PN/2023/ZS

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie numer 1

Dotyczy Załącznika numer 2 do SWZ, Inne funkcje I wymagania, pkt 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputera stacji roboczej z PC z dyskiem SSD o pojemności 1 TB?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie numer 2

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt I.1: Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w przypadku przyznawaniu punktów. Ruchomy blat stołu jest zaletą, a nie wadą. Umożliwia przemieszczanie pacjenta bez konieczności fizycznego przesuwania go na stole. Dodatkowo densytometry z ruchomym blatem zajmują mniej miejsca w gabinecie. Obecny zapis promuje gorsze rozwiązanie z punktu widzenia funkcjonalności densytometru.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ w tym zakresie.

### Pytanie numer 3

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt I.4: Prosimy o usunięcie punktacji. Moc generatora w żaden sposób nie przekłada się na funkcjonalność densytometru i jakość otrzymywanych wyników.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ w tym zakresie.

### Pytanie numer 4

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt II.3 c): Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maksymalnej dawki dla całego ciała na poziomie 0,012mGy

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie numer 5

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt II.4 a): Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maksymalnego czasu skanowania dla standardowego pacjenta dla kręgosłupa AP na poziomie 49s

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie numer 6

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt II.5: Prosimy o usunięcie punktacji w w/w punkcie. Konstrukcja detektora nie ma żadnego wpływu na otrzymywane wyniki. Natomiast pozyskane obrazy (np. kręgosłupa) nie są przeznaczone do celów diagnostycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie numer 7**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt II.6: Prosimy o zwiększenie sumy przyznawanych punktów do 20 za ilość elementów detektora, które świadczą o jakości otrzymywanych wyników. Przyznawanie tylko 5 punktów za jeden z najważniejszych parametrów opisujących klasę densytometru jest niezrozumiałe.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ w tym zakresie.

**Pytanie numer 8**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt II.6

Prosimy o zwiększenie minimalnej ilości wymaganych elementów detektora do 60.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie numer 9**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt II.8: Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w przypadku przyznawaniu punktów. Generator dwuenergetyczny jest zaletą, a nie wadą, ponieważ generuje rzeczywistą energię dwuenergetyczną, a nie generowaną sztucznie przez filtr. Obecny zapis promuje gorsze rozwiązanie z punktu widzenia funkcjonalności densytometru.

**Odpowiedź:** Nie doszło do omyłki pisarskiej.

**Pytanie numer 10**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, kategoria II: Prosimy o wprowadzenie punktacji dla systemu, który posiada największą przestrzeń pomiędzy blatem a detektorami w celu łatwego pozycjonowania osób otyłych. Proponujemy:

	Wolna przestrzeń między blatem stołu, a detektorem min. 45cm	Tak	$\geq 60\text{cm} = 10 \text{ pkt}$ $< 60\text{cm} - 0 \text{ pkt}$	
--	--	-----	--	--

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie numer 11**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, kategoria III: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał opcji wykonywania pomiarów gęstości dla szyjki kości udowej z endoprotezą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie numer 12**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt III.1 1): Prosimy o możliwość zaoferowania kolorowego mapowania kości bez możliwości zmiany granic gęstości.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie numer 13**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt III.8: Prosimy o wyjaśnienie, czy przez Oprogramowanie TBS, Zamawiający rozumie TBS iNsiight™ firmy Medimaps?

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem zawartym w punkt III.8.

#### **Pytanie numer 14**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt IV.2: W oferowanym przez nas densytometrze nie ma konieczności wykonywania dodatkowej kalibracji na Kalibracyjnym fantomie zewnętrznym. W celu uzyskania najwyższej jakości otrzymywanych wyników densytometr posiada auto kalibrację wykonywaną przed każdym badaniem. Nie jest wymagana żadna ingerencja ze strony użytkownika. W związku z powyższym prosimy o uznanie jako równoważną do opisaney technologii z użyciem 3 punktowej kalibracji (którą trzeba wykonywać ręcznie przez osobę obsługującą).

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

#### **Pytanie numer 15**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, punkt IV.11: Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej, Zamawiający w jednym miejscu dopuszcza system Windows 7 natomiast niżej wymaga min. Windows 10. Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga systemu min. Windows 10.

#### **Pytanie numer 16**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 10

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy w tym zakresie.

#### **Pytanie numer 17**

Dotyczy § 5 ust. 11

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat densytometryczny i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu densytometrycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od opisanego wymogu.

#### **Pytanie numer 18**

Dotyczy § 8 ust. 1 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Aparatu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie numer 19**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do naprawy Aparatu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 20**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu naprawionego Aparatu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 21**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 22**

Dotyczy § 6 ust.3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

**D Y R E K T O R**  
Narodowy Instytut Geriatrii,  
Reumatologii i Rehabilitacji  
w Warszawie  
Dr n. med. Marek Tombarkiewicz