



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 15-02-2019 r.

W.Sz.Z:TZ-280-10/19

W/g listy adresowej

dotyczy: postępowania na dostawę preparatów do dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętu medycznego i narzędzi, filtrów do kontenera sterylizacyjnego.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji: 4,6,7 oraz 13 do osobnych pakietów? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców co przełoży się na korzystniejsze warunki zakupu dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji do osobnego zadania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań z uwzględnieniem jego rodzaju i specyfiki. Dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne i nieuzasadnione rozdrobnienie zamówienia.

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 preparatu opisanego poniżej? Preparat umożliwiający stosowanie w postaci piany lub płynu. Preparat wolny od aldehydów, substancje czynne: etanol 140mg/g, propan-2-ol 100mg/g, propan-1-ol 60mg/g, n-alkylaminopropylglycine 5mg/g. Roztwór gotowy do użycia, wykazuje szybkie działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (łącznie z HBV, HIV, HCV) – 30 sekund, preparat przyjazny wobec materiałów wrażliwych jak np. skóra syntetyczna, plexiglas, bez substancji zapachowych i barwiących, nie pozostawia żadnych pozostałości po wyschnięciu. Dostarczany w postaci płynnej w butelce z spryskiwaczem/spieniaczem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 3. Dotyczy zadania nr 1 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 wyrobu o parametrach jak poniżej? Chusteczki w wygodnym opakowaniu 100 sztuk, gwarantującym wygodne pobieranie pojedynczych chusteczek z możliwością wielokrotnego napełniania (dostępne wkłady), wymiar 225mmx 119mm. Nasączone roztworem na bazie alkoholu (substancje aktywne: Propan-1-ol 450 mg/g, propan-2-ol 250 mg/g, etanol 47mg/g). Chusteczki o szybkim i wszechstronnym działaniu, działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chusteczki w opakowaniach po 100 szt. gwarantującym wygodne pobieranie pojedynczych chusteczek z możliwością wielokrotnego napełniania (dostępne wkłady), przy spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie 4. Dotyczy zadania nr 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek nasączonych preparatem bez zawartości alkoholu, na bazie QAV (substancje aktywne: Benzyl-C12-18-alkyldimethylammonium chloride 4mg/g, didecyldimethylammonium chloride 4mg/g). Rozmiar chusteczek: 180mm x 200mm. Chusteczki gotowe do użycia, szybko działające (bakterie, grzyby, wirusy – w tym HBV, HIV, HCV, Rotawirus -30 sekund, Polyomawirus -1 minuta), bez substancji zapachowych oraz barwników, doskonale zwilżają i oczyszczają powierzchnie, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, łącznie z głowicami USG. Chusteczki oferowane w wygodnym opakowaniu typu „Flowpack” – 80szt/op.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczno-użytkowe określone w SIWZ.

Pytanie 5. Dotyczy Zadania nr 2 – pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców co przeloży się na korzystniejsze warunki zakupu dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji do osobnego zadania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań z uwzględnieniem jego rodzaju i specyfiki. Dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne i nieuzasadnione rozdrobnienie zamówienia.

Pytanie 6. Pakiet 1 pozycja 11 – *Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia preparatu skutecznego wobec: B, F(c. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, rota, noro, polyoma) – 1 minuta, Tbc (m. terrae) – 5 minut, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z jednoczesnym wydłużeniem czasu max. działania wobec: B, F(c. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, rota, noro, polyoma) – do 1 minuty; Tbc (m. terrae) – 5 minut, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 7. Pakiet 1 pozycja 13 – *Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek skutecznych wobec: B, F(c. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, rota, noro, polyoma) – 1 minuta, Tbc (m. terrae) – 5 minut, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 8. Dotyczy Zadania nr 2: *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Zadania nr 2 i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu?*

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań z uwzględnieniem jego rodzaju i specyfiki. Dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne i nieuzasadnione rozdrobnienie zamówienia.

Pytanie 9. Dotyczy Zadania nr 2: *Poz. 4 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje preparatu przebadanego zgodnie z obowiązującymi normami z obszaru medycznego na szczepach normatywnych.*

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu i podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.

Pytanie 10. Dotyczy Zadania nr 2: Poz. 4 – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje preparatu działającego na wirusy Polio, Adeno i Noro w czasie 30 sekund.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11. Dotyczy Zadania nr 2: Poz. 4 - Czy na potwierdzenie, że oferowane opakowania preparatu są dostosowane do systemu Sterisol, Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta systemu Sterisol o kompatybilności oferowanych produktów z dozownikami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowego oświadczenia od producenta.

Pytanie 12. Dotyczy Zadania nr 8: Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego w składzie IV rzędowe związki amonowe, konfekcjonowanego w op. 5L, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczno-użytkowe określone w SIWZ. Jednocześnie dopuszcza preparat w opakowaniach 5 litrowych.

Pytanie 13. Dotyczy Zadania nr 8: Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu - spektrum działania B – 5 minut, F ,Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) – 15 minut S (C. Perfringens) – 10 minut S (C.difficile, B. subtilis, B. cereus) w czasie do 15 min., konfekcjonowany w opakowania 5 kg, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczno-użytkowe określone w SIWZ. Jednocześnie dopuszcza preparat w opakowaniach 5 kg.

Pytanie 14. Dotyczy Zadania nr 8: Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu - spektrum działania B – 5 minut, F ,Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) – 15 minut S (C. Perfringens) – 10 minut S (C.difficile, B. subtilis, B. cereus) w czasie do 15 min., konfekcjonowany w opakowania 1 kg, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczno-użytkowe określone w SIWZ. Jednocześnie dopuszcza preparat w opakowaniach 1 kg.

Pytanie 15. Dotyczy Zadania nr 8: Poz. 2 i poz. 3 – Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu z paskami testowymi, jeżeli tak, prosimy o podanie wymaganej ilości pasków testowych w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ „trwałość roztworu 24 h kontrolowana jest przy pomocy pasków”. Liczba wymaganych pasków w poz. 2 i 3 to minimum 50 szt. na każde 200 litrów roztworu roboczego.

Podane minimalne ilości pasków należy uwzględnić w wycenie Zad. Nr 8 w poz. 2 i 3 poprawionego Załącznika Nr 2/8 do SIWZ załączonego do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 16. Dotyczy Zadania nr 8: Poz. 4 – Prosimy o wyrażenie zgodę na zaoferowanie preparatu o neutralnym pH roztworu roboczego 7,25, co nieznacznie odbiega od wymaganego, konfekcjonowanego w opakowania 1L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat o neutralnym pH roztworu roboczego 7,25, konfekcjonowanego w opakowaniach po 1 litrze.

Pytanie 17. Dotyczy Zadania nr 8: Poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 1kg, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach po 1 kg spełniający pozostałe wymagania techniczno-użytkowe SIWZ.

Pytanie 18. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?*

Odpowiedź: Wg treści art. 86 ust. 5 ustawy Pzp i treści rozdziału III pkt. 3c SIWZ.

Pytanie 19. *Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami?*

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 20. *Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie środka do maszynowego mycia i płukania basenów szpitalnych i „kaczek” zawierającego w składzie związku powierzchniowo czynne, inhibitory korozji i kwasy organiczne o właściwościach odkamieniających o pH koncentratu 1,8-3,5 (dla wody DI). Dozowanie 3-5ml dla wody o twardości poniżej 150dH, 5-10ml dla wody o twardości powyżej 150dH.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczno-użytkowe określone w SIWZ w odniesieniu do wskazanych preparatów.

Pytanie 21. *Dotyczy Zadania nr 3 poz. 2- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie enzymatycznego środka do mycia basenów i kaczek o neutralnym pH 7-8 (dla wody DI)?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczno-użytkowe określone w SIWZ w odniesieniu do wskazanych preparatów.

Pytanie 22. *Dotyczy wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 4 punkt 1b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za nieterminową dostawę dla opóźnień powyżej 3 dni do 2%, gdyż kary umowne w wysokości 3% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23. *Dotyczy wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 4 punkt 1b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „(...) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24. *Dotyczy: zadania 4 - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone płyny nie wymagały zmiany nastawień dozowania w posiadanych myjniach ETD?*

Odpowiedź: Płyny w Zadaniu Nr 4 dedykowane są do posiadanych już myjni, których typ określono w SIWZ, a tym samym muszą umożliwiać sprawne ich stosowanie (dozowanie) podczas obsługi tych urządzeń, w tym m.in. brak konieczności zmiany nastawień dozowania w posiadanych myjniach.

W tej sytuacji zapis pod tabelą (Zał. Nr 2/4 do SIWZ) otrzymuje treść:

„Oferowane preparaty muszą umożliwiać podłączenie do posiadanych myjni bez modyfikacji oryginalnego przyłącza oraz bez konieczności zmiany nastawień dozowania w posiadanych myjniach”. Odpowiednio poprawiony Załącznik Nr 2/4 załączamy do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 25. *Dotyczy: zadania 4 poz. 5.*

Czy Zamawiający, ze względu na konfekcjonowanie środków przez producenta w niepodzielne opakowania zawierające 3 kanistry po 5L, dopuści zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 135 litrów lub w górę do 150 litrów? Prosimy o podanie ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymaganą ilość preparatu w Zadaniu nr 4 poz. nr 5 na 135 litrów. Odpowiednio poprawiony druk specyfikacji cenowej do wypełnienia przez Wykonawcę tj. Załącznik Nr 2/4 załączamy do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 26. *Dotyczy pakietu nr 8, poz. 2 i 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie 8 pozycjach nr 2 i 3 dopuści odpowiednio preparaty w pozycji nr 2 w opakowaniu 6 kg, a w pozycji nr 3. w opakowaniu 1,5 kg?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparaty konfekcjonowane we wskazanych wielkościach opakowań.


Pytanie 27. *Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4 - Czy zamawiający wymaga preparatu przebadanego w obszarze medycznym na szczepach normatywnych?*

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu i podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.

Pytanie 28. *Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4 - Czy zamawiający oczekuje spektrum biobójczego wobec wirusów: Polio, Adeno, Noro?*

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w TORUNIU
Marek Bobaczewski

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4

Przedmiot zamówienia: **preparaty do mycia i dezynfekcji maszynowej endoskopów**

Pozycja	Przeznaczenie dezynfekantu	Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać)	Wielkość opakowania	Oferowane opakowania (podać)		Szacunkowa ilość zamawiana	Cena netto za jedno opakowanie	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość brutto pozycji
				Wielkość	Ilość opakowań					
1	Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD PAA.		(max. wielkość 5 l)			120 litrów				
2	Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD PAA:		(max. wielkość 2,8 l)			100,8 litrów				
3	Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego		(max. wielkość 5 l)			120 litrów				
4	Enzymatyczny preparat myjący do maszynowego mycia endoskopów w myjni ETD		(max. wielkość 5 l)			120 litrów				
5	Aldehydowy preparat dezynfekcyjny do myjni ETD		(max. wielkość 5 l)			135 140 litrów				
6	Sól do myjni endoskopowych w postaci kryształów.		(max. wielkość 1,5 kg)			144 kg				
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:										

Uwaga!

- 1) Oferowane preparaty muszą pochodzić od jednego producenta w nast. w pozycjach: od 1 do 3 (myjnia ETD PAA) oraz 4 do 5 (myjnia ETD).
- 2) Oferowane preparaty muszą umożliwiać podłączenie do posiadanych myjni bez modyfikacji oryginalnego przyłącza oraz bez konieczności zmiany nastawień dozowania w posiadanych myjniach.

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczęćka i podpis wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
Przedmiot zamówienia: *preparaty do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego*

Pozycja	Przeznaczenie dezynfekantu	Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać)	Wielkość opakowania	Oferowane opakowania (podać)		Szacunkowa ilość zamawiana	Cena netto za jedno opakowanie	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość brutto pozycji
				Wielkość	Ilość opakowań					
1	Środek do dezynfekcji narzędzi		(max. wielkość 6 l)			92 000 litrów				
2	Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu ± paski do kontrol. roztworu; min. 50 szt. na 200 litrów RR.		(max. wielkość 6 l)			16 500 litrów				
3	Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu ± paski do kontrol. roztworu; min. 50 szt. na 200 litrów RR.		(max. wielkość 1,5 l)			900 litrów				
4	Enzymatyczny preparat do mycia wstępного endoskopów		(max. wielkość 2 l)			87 000 litrów				
5	Preparat do dezynfekcji inkubatorów		(max. wielkość 2 l)			5 000 litrów				
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:										

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy