

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku		

Elbląg dnia 09.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 2

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp., powyżej 215 000 Euro **na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy ZP/53/2023.**

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2 prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605) powyżej 215 000 Euro **na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy ZP/53/2023.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał zaferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu 500 ml w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600 ml (+/- 10ml). Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 15.11.2023 roku w odpowiedzi na pytanie nr 27 dopuścił zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml. W wyjaśnieniach z dnia 13.11.2023 roku w odpowiedzi na pytanie nr 429 dopuścił wodę o pojemności 340 ml oraz w pytaniu nr 432 dopuścił wodę o pojemności 650 ml. W żadnym z tych wyjaśnień nie doprecyzował czego dotyczą w/w pojemności, ilości wody, czy wielkości wypełnienia pojemnika. Wykonawcy składający ofertę na pakiet nr 2 złożyli oferty o różnych parametrach, które zdaniem Zamawiającego są niemożliwe do porównania. Zamawiający nie jest w stanie ocenić, jakie są rzeczywiste pojemności wypełnienia butelek, co ma istotne znaczenie przy wyborze oferty.

W postępowaniu udział wzięli:

Oferta nr 3

Bialmed Sp. z o.o NIP 8490000039 REGON 790003564
ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
Pakiet nr 2
Kwota netto 76 720,00 zł
Kwota brutto 82 857,60 zł

Oferta nr 6

Anmar Sp. z o.o. NIP 6462538085 REGON 277716590
ul. Strefowa 22 43-100 Tychy
Pakiet nr 2
Kwota netto 93 334,50 zł
Kwota brutto 100 801,26 zł

Oferta nr 19

Skamex Sp. a. NIP 5542980836 REGON 384767215
ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź
Pakiet nr 2
Kwota netto 112 708,70 zł
Kwota brutto 121 725,40 zł

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 513-516 uPzp, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski