



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 17 marca 2023 r.

N/znak: FZAP-380-2/3/23

Zmiany treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o jakim stanowi art. 132 ustawy Pzp na zakup odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu bio- i immunochemii wraz z dzierżawą automatycznych systemów analitycznych.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – warunki graniczne

Zamawiający zmienia zapis pkt 5 oraz pkt 45 na „Automatyczne funkcje rozcieńczania próbek po przekroczeniu granicy liniowości, możliwość zlecenia powtórek lub dodatkowych zleceń na każdym etapie procesu analitycznego”.

Zamawiający zwraca się o naniesienie powyższych zmian w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz parametrów technicznych.

Zmiana nr 2:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – warunki graniczne

Zamawiający zmienia zapis pkt 11 i pkt 51 na „Zamawiający wymaga możliwości dokładania na pokład analizatora niezbędnych odczynników do wykonania wszystkich oznaczeń, bez zatrzymywania pracy analizatora, dopuszczając tryb „wstrzymanie pobierania statywów (za wyjątkiem wymiany modułów/elektrod do oznaczania elektrolitów) trwający nie dłużej niż 5 minut.”

Zamawiający zwraca się o naniesienie powyższych zmian w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz parametrów technicznych.

Zmiana nr 3:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – warunki graniczne

Zamawiający zmienia zapis pkt 13 parametrów wymaganych analizatora głównego na „Analizator główny i zastępczy pracujący na tych samych odczynnikach, kalibratorach i materiałach kontrolnych co pozwala na stosowanie ich w obu systemach”.

Zamawiający zwraca się o naniesienie powyższych zmian w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz parametrów technicznych.

Zmiana nr 4:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – warunki graniczne

Zamawiający zmienia zapis pkt 22 i pkt 61 parametrów wymaganych analizatora głównego i zastępczego na „Próbki badane i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych lub innej technologii, umożliwiającej automatyczną identyfikację”.

Zamawiający zwraca się o naniesienie powyższych zmian w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz parametrów technicznych.

Zmiana nr 5:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – warunki graniczne

Zamawiający zmienia zapis pkt 38 i pkt 75 parametrów wymaganych analizatora głównego i zastępczego na „Część immunochemiczna- Wymaga się przebiegu reakcji w jednorazowej kuwecie”.

Zamawiający zwraca się o naniesienie powyższych zmian w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz parametrów technicznych.

Zmiana nr 6:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – warunki graniczne

Zamawiający zmienia zapis pkt 79 warunków granicznych dla odczynników na “Wpływ interferencji w oznaczanie bilirubiny całkowitej ze strony hemoglobiny do stężenia 8 g/L: nie większe niż 10%”.

Zamawiający zwraca się o naniesienie powyższych zmian w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz parametrów technicznych.

Zmiana nr 7:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – parametry oceniane

Zamawiający wykreśla parametr oceniany pkt 91 z SWZ.

W załączniku nr 3 do SWZ zmianie ulega zapis zgodnie z załączoną tabelą (dotyczący punktów od 90 do 96).

Zmiana nr 8:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – parametry oceniane

Zamawiający wykreśla parametr oceniany pkt 96 z SWZ.

W załączniku nr 3 do SWZ zmianie ulega zapis zgodnie z załączoną tabelą (dotyczący punktów od 90 do 96).

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego Im. J.K. Łukowicz
w Chorzowie
Manika Frymark-Effelska

Parametry oceniane

90.	Oznaczenia Anty-HCV, HBsAg, HIV bez tzw. „szarej strefy”, posiadające jednoznaczną interpretację wyniku: reaktywny / niereaktywny.	TAK - 7pkt. NIE - 0pkt.	
91.	Możliwość wykonania testu troponiny w próbkach zhemolizowanych dla stężeń hemoglobiny do 400 mg/dL, potwierdzony brak tej interferencji w ulotce odczynnikowej troponiny.	TAK - 5pkt. NIE - 0pkt.	
92.	W przypadku awarii analizatora głównego możliwość przeniesienia odczynników z jego pokładu (już w użyciu) na pokład analizatora zastępczego i dalsza praca przy ich wykorzystaniu.	TAK - 7pkt. NIE - 0pkt.	
93.	Fabrycznie nowy analizator zastępczy (nie starszy niż 2018 r.).	TAK - 7pkt. NIE - 0pkt.	
94.	Zaoferowanie dwóch identycznych systemów zintegrowanych.	TAK - 7pkt. NIE - 0pkt.	
95.	Oferowany test β hCG stosowany również jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG.	TAK - 7pkt. NIE - 0pkt.	
96.	Testy immunochemiczne charakteryzujące się brakiem wiązania biotylna - streptawidyna.	TAK - 5pkt. NIE - 0pkt.	

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny
Uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy