



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *DE/1510/2021*

Wrocław 08.11.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.68.2021. JK

Przedmiotem zamówienia jest **wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawa sprzętu i aparatury medycznej będącej we władaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich z listy pakietów.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

Pytanie nr 1

dot. Załącznik nr 1 do oferty – formularz cenowy

Wnosimy o podanie numerów seryjnych, np. w formularzu cenowym.

Aby Wykonawca mógł dobrze oszacować wartość oferty i potencjalnie mógł świadczyć usługi, konieczna jest znajomość numerów seryjnych urządzeń z pakietu nr 18.

Odp.

Wykaz z numerami seryjnymi:

Centrala monitorująca	Philips	M 3150	
Kardiomonitor	Philips	MP40	DE 82020081
Kardiomonitor	Philips	MP40	DE 82020117
Kardiomonitor	Philips	MP40	DE 82020128
Kardiomonitor	Philips	MP40	DE 82020164
Kardiomonitor	Philips	MP40	DE 82020165
Kardiomonitor	Philips	MP40	DE 82020174
Kardiomonitor	Philips	MP40	DE 82020184
Kardiomonitor Intellive	Philips	MP40	DE 82020092
Kardiomonitor Intellive	Philips	MP40	DE 82020094
Kardiomonitor Intellive	Philips	MP40	DE 82020102
Kardiomonitor Intellive	Philips	MP40	DE 82020106

Pytanie nr 1.1

dot. Załącznik nr 1 do oferty – formularz cenowy

Wnosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma coś wpisywać w wierszach zatytułowanych „części zamienne do kardiomonitorów/monitora zbiorczego/defibrylatorów”? Dla Wykonawcy nie jest jasne czy ma uwzględniać jakieś części w cenie oferty, czy Zamawiający sam będzie szacował ceny na ewentualną wymianę części zamiennych.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, jeśli do przeglądu nie używa się żadnych części zamiennych, w pozycji „części zamienne” wpisać 0.

Pytanie nr 1.2.

dot. Załącznik nr 1 do oferty – formularz cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podania ceny roboczogodziny netto i brutto dla całego pakietu? Formularz cenowy nie posiada odpowiedniej/precyzyjnej komórki na tę wartość.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wymaga podania ceny roboczogodziny netto i brutto dla całego pakietu. W wypadku pakietu, który zawiera kilka pozycji a tym samym kilka różnych urządzeń, należy podać średnią arytmetyczną ceny jednej roboczogodziny netto i brutto naprawy dla danego pakietu.

Pytanie nr 1.3.

dot. SWZ – VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Czy dla pakietu nr 18 Zamawiający w celu ochrony interesów, a przede wszystkim mając w trosce należyte wykonanie usług, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcą, posiadania:

- aktualnych instrukcji serwisowych w wersji elektronicznej i papierowej
- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia
- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną Wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia.

Odp. Tak. Zamawiający będzie wymagał.

Pytanie nr 1.4.

dot. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA-WZÓR

W celu ochrony interesów Zamawiającego i należytego wykonania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie wzoru umowy następującym zapisem: Zamawiający ma prawo zweryfikować prawidłowość i należyte wykonanie usług poprzez zwrócenie się do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, celem wydania orzeczenia technicznego. Jeśli orzeczenie techniczne potwierdzi wykonanie usług niezgodnie z wymaganiami producenta, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości umowy wraz z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z ubiegania się dodatkowego odszkodowania w celu zadośćuczynienia poniesionej szkody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1.5.

dot. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA-WZÓR

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §...umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1.6.

dot. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA-WZÓR

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1.7.

dot. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA-WZÓR

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1.8.

dot. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA-WZÓR

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (2).

(2) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1.9.

dot. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA-WZÓR

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługę serwisową?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1.10..

dot. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA-WZÓR

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub

importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § wzoru umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1.11.

dot. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA-WZÓR

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że odstąpienie od umowy będzie zasadne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści wzoru umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

Dotyczy pakietu nr 46

Czy Zamawiający w pakiecie 46 poz.2 „Części zamienne do diatermii” miał na myśli części zamienne używane, wymieniane podczas wykonywania przeglądu? Podczas przeglądu diatermii nie używa się żadnych części zamiennych, nie wymienia się też części wewnątrz aparatu, można jedynie stwierdzić niesprawność akcesoriów lub niesprawność samego aparatu.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, jeśli do przeglądu nie używa się żadnych części zamiennych, w pozycji „części zamienne” wpisać 0.

Pytanie nr 3.

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

Odp. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy potwierdzające autoryzację Producenta sprzętu (zał. nr 7 do SWZ).

W przypadku wątpliwości co do złożonego oświadczenia nr 7, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta aparatury medycznej,

Pytanie nr 3.1.

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

Odp. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy potwierdzające autoryzację Producenta sprzętu (zał. nr 7 do SWZ).

W przypadku wątpliwości co do złożonego oświadczenia nr 7, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta aparatury medycznej,

Pytanie nr 3.2.

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

Odp. Zamawiający wymaga sprawdzenia aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji.

Pytanie 3.3.

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

Odp. Zamawiający nie posiada urządzeń wymagających poszerzonego przeglądu

Pytanie 3.4.

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 m-ce (w Bennett 840). Czy Zamawiający wymaga aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

Odp. Zamawiający wymaga, aby ceny czujnika tlenu akumulatora zostały uwzględnione w wycenie.

Pytanie 4 – do formularza cenowego – Pakiet nr 56, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, co miał na myśli, uwzględniając pozycję nr 2 „części zamienne do szaf próżniowych do endoskopów”?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, jeśli do przeglądu nie używa się żadnych części zamiennych, w pozycji „części zamienne” wpisać 0.

Pytanie 4.1. – do formularza cenowego – Pakiet nr 56, poz. 2

Ponieważ wymiana filtrów (części zużywalnych) jest wliczona w cenę usługi przeglądu szafy, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy wykonawca powinien wykreślić tę pozycję podczas przygotowywania oferty przetargowej lub nie wyceniać kosztu wymiany filtrów?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wymiana filtrów (części zużywalnych) ma być wliczona w cenę usługi przeglądu szafy bez wypełnienia pozycji „Części zamienne...”

Pytanie 4.2. – do formularza cenowego – Pakiet nr 56, poz. 2

Czy Zamawiający, określając pozycję „Części zamienne...” ma na myśli koszty części wynikających z usterek urządzenia?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że pozycja „Części zamienne...” dotyczy wyceny kosztów przeglądów lub konserwacji.

Pytanie 5.

do załącznika nr 2.

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wys. kary opisanej w § 7 ust. 1 pkt 2 z 500 zł na 250 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5.1.

do załącznika nr 2.

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wys. kary opisanej w § 7 ust. 1 pkt 3 z 200 zł na 100 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5.2.

do załącznika nr 2.

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wys. kary opisanej w § 7 ust. 1 pkt 4 z 100 zł na 50 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5.3.

do załącznika nr 2.

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wys. kary opisanej w § 7 ust. 1 pkt 5 z 100 zł na 50 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6.

Dotyczy pkt XVIII SWZ:

Czy Zamawiający zmieni kryteria obliczania wartości punktowej dla pakietów 32,34,35,36,52,69, 71,72,106 ?

Prosimy o zmianę kryterium cenowego z: cena przeglądu 20%, cena RG 20%, autoryzacja 60% na kryteria zawarte w punkcie 2, tj: cena przeglądu 60%, cena RG 40%.

Aktualnie Nasz firma nie posiada już autoryzacji na produkty zawarte w powyższych pakietach a posiadamy bardzo duże, 15-letnie doświadczenie ze sprzętem zawartym w tych pakietach i kadrę przeszkolonych inżynierów.

Poprzez kryterium autoryzacja = 60% Nasza oferta mając niejednokrotnie większe doświadczenie od firm aktualnie autoryzowanych i nawet pomimo najniższej ceny może uzyskać maksymalnie 40pkt a oferta firmy posiadającej autoryzację uzyskuje minimum 60pkt. W związku z tym konkurencja w w/w pakietach nie jest uczciwa ze względu na brak możliwości konkurowania doświadczonych firm bez autoryzacji z tymi które autoryzację posiadają.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6.1.

Dotyczy pkt IV, 13:

Czy Zamawiający wydłuży termin naprawy do 30 dni w przypadku konieczności ściągnięcia części zza granicy od producenta?

Ze względu na okres pandemiczny dostawy komponentów od zagranicznych producentów są wydłużone i standardowe czasy dostaw to 21-30 dni.

Odp. Zamawiający wydłuża termin naprawy do 30 dni w przypadku konieczności ściągnięcia części zza granicy od producenta i zmienia odpowiednio zapisy w SWZ i wzorze umowy.

Pytanie 6.2.

Dotyczy pkt IV, 10. SWZ:

Co Zamawiający rozumie przez "przystąpić do naprawy w terminie maksymalnie 72 godziny"? Prosimy o doprecyzowanie:

Przystąpienie do naprawy jest wykonaniem telefonu do bezpośredniego Użytkownika i umówienie terminu wizyty serwisanta czy wizyta serwisu już na miejscu po 72 godzinach od Zgłoszenia?

Odp. Czas fizycznego rozpoczęcia naprawy oznacza czas (od dnia i godziny zgłoszenia) niezbędny do podjęcia interwencji poprzez fizyczne rozpoczęcie naprawy przez inżyniera serwisowego.

Pytanie 6.3.

Dotyczy Formularza Asortymentowo Cenowego:

Czy pozycje "części zamienne" do urządzeń zawartych w formularzu cenowym dotyczą kompletu części koniecznych do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producentów? Jest to mało precyzyjne określenie - prosimy o doprecyzowanie ponieważ zakres postępowania zawiera również naprawy sprzętu.

Odp. Tak, pozycje "części zamienne" do urządzeń zawartych w formularzu cenowym dotyczą kompletu części koniecznych do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producentów a nie dotyczą napraw.

Pytanie 6.4.

Pytanie Dotyczy Formularza Asortymentowo-Cenowego:

Co Zamawiający rozumie przez "Czas Serwisu na Zgłoszenie naprawy ... godz"?

Prosimy o doprecyzowanie sformułowania zawartego w formularzu.

Odp. Czas fizycznego rozpoczęcia naprawy oznacza czas (od dnia i godziny zgłoszenia) niezbędny do podjęcia interwencji poprzez fizyczne rozpoczęcie naprawy przez inżyniera serwisowego.

Pytanie 7.

Dotyczy formularza cenowego .W związku z umieszczeniem w niektórych Pakietach rubryk "Części zamienne do" prosimy o wyjaśnienie o jakie części chodzi.

Odp. Chodzi o części konieczne do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producentów. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, jeśli do przeglądu nie używa się żadnych części zamiennych, w pozycję wpisać 0.

Pytanie 8.

Dot. Pakietu 62 i 63

Prosimy o podanie harmonogramu/terminu przeglądów. Informacja jest na m potrzebna do wyceny.

Odp. Przeglądy należy wykonać w listopadzie 2022 roku.

Pytanie 9.

Dotyczy Umowy § 3 pkt 5 – Pakiet 48

Prosimy o następującą zmianę:

5. W przypadku napraw wymagających wysłania naprawianego wyrobu do zagranicznego serwisu lub napraw wymagających wymiany części sprowadzanych z magazynów producenta mieszczących się za granicą, termin naprawy wynosi do 30 dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

Odp. Zamawiający wydłuża termin naprawy do 30 dni w przypadku konieczności ściągnięcia części zza granicy od producenta i zmienia odpowiednio zapisy w SWZ i wzorze umowy.

Pytanie 10.

Dotyczy formularza cenowego – załącznika nr 1 do oferty: pakiet 11, 12, 13, 14, 83

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem jakie części zamienne Wykonawca ma wycenić w wierszu 2 „Części zamienne do aparatu RTG” w ww. pakietach? Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o zestawy serwisowe wymieniane w czasie przeglądu?

Które numery kolumn w tabeli wykonawca jest zobowiązany wypełnić?

Odp. Chodzi o części konieczne do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producentów. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, jeśli do przeglądu nie używa się żadnych części zamiennych, w pozycję wpisać 0.

Pytanie 11.

Dotyczy pakietu nr 1 i 100

§ 3 ust.4

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

W przypadku napraw, które muszą być wykonane w serwisie, Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w terminie 7 maksymalnie 10 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobu medycznego do serwisu na koszt Wykonawcy, za wyj. sytuacji gdy naprawa wymaga wymiany części zamiennych na nowe oraz wysłania naprawianego wyrobu medycznego do zagranicznego serwisu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11.1.

5. W przypadku napraw wymagających wysłania naprawianego wyrobu do zagranicznego serwisu lub napraw wymagających wymiany części sprowadzanych z magazynów producenta mieszczących się za granicą, termin naprawy wynosi do ~~10~~ 14 dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

Odp. Odp. Zamawiający wydłuża termin naprawy do 30 dni w przypadku konieczności ściągnięcia części z za granicy od producenta i zmienia odpowiednio zapisy w SWZ i wzorze umowy.

Pytanie 11.2.

§ 6 Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści: ?

W przypadku zwłoki w płatności ponad 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych do momentu uregulowania zaległości bądź wykonywać usługi w formie: „za pobraniem”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11.3.

§ 7 ust.5 Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

Maksymalne kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z umową nie mogą przekroczyć 80% 30% całkowitej wartości umowy brutto w danym pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11.4.

§ 7 ust.10 ppkt.2 Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego

2) gdy łączna wartość kar umownych przekroczy 20% 30% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1;

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11.5.

§ 6 Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści: ?

Proces ewentualnego łączenia się placówek zostanie zakomunikowany Wykonawcy przez Zamawiającego z min. 60 dniowym wyprzedzeniem.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12.

Dotyczy § 6 ustęp 6 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie

i wysyłanie przez wykonawcę faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004

o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)? Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Fakturę w formie elektronicznej w formacie PDF należy przysyłać na adres; m.krocak@dcchp.pl

Pytanie 12.1.

Dotyczy § 7 ust. 1 podp-kt 2) umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na 30% wartości brutto niewykonanej usługi? Kara przewyższająca wartość usługi jest zawyżona.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12.2.

Dotyczy § 7 ust. 1 podp-kt 3) i 4) umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na odpowiednio 20% i 10%) wartości brutto niewykonanej usługi?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące SWZ:

1. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 31 pozycji nr 1.
2. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 75 pozycji nr 1.
3. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 89 pozycji nr 1,2.

Odp. 1. Zamawiający wydziela z pakietu nr 31 pozycję nr 1 i tworzy pakiet nr 31a

1. Zamawiający wydziela z pakietu nr 75 pozycję nr 1 i tworzy pakiet nr 75a

1. Zamawiający wydziela z pakietu nr 89 pozycję nr 1 i 2 i tworzy pakiet nr 89a.

Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 15.11.2021 r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Zmienione załączniki do SWZ dostępne są na stronie prowadzonego postępowania.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lidia Malicka

