

Warszawa, 12.10.2023 r.

Numer sprawy: DZ.22.17.2023

Do Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Aparatura pomiarowa: dostawa odbiornika pomiarowego.**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych¹, informuję, że w postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

ASTAT Sp. z o.o.

Dąbrowskiego 441

60-451 Poznań

Cena oferty brutto: 531 667,60 zł

Podstawa prawna: art. 239 ust. 1 ustawy Pzp

Uzasadnienie: Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia² oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.

W poniższej tabeli, Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena 100 pkt	Łączna liczba przyznanych punktów
1	AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 146C 02-305 Warszawa	Oferta odrzucona	
2	Rohde & Schwarz Österreich GesmbH Technologiestraße 10 1120 Wiedeń	Wartość netto z oferty 658 000,00 zł Wartość brutto po doliczeniu kwoty podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp: 809 340,00 zł	66 pkt

¹ Dalej: „ustawa Pzp”

² Dalej: „SWZ”

3	ASTAT Sp. z o.o. Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań	531 667,60 zł	100 pkt

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu odrzucił oferty Wykonawców:

1) AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Zgodnie z wymogami OPZ – załącznik nr 1 do SZWZ (po zmianach z dnia 11.09.2023r) Zamawiający wymagał:

„ (...) Przedwzmacniacz powinien pracować w zakresie co najmniej od 30 MHz do 6 GHz o wzmacnieniu typowym co najmniej +30 dB (+/- 3.0 dB; wzmacnienie minimalne 27 dB)”.

Wykonawca zaoferował w swojej ofercie przedwzmacniacz o wzmacnieniu typowym co najmniej +28 dB (+/- 3.0 dB) (karta katalogowa LNA30dB_BBV9744). Z dostępnej charakterystyki przedwzmacniacza wynika, że nie można uzyskać minimalnego wzmacnienia +27 dB w całym zakresie częstotliwości, a ponadto parametr "amplitude flatness" dochodzący do +/- 3 dB potwierdza, że taki przedwzmacniacz nie może gwarantować minimalnego wzmacnienia na poziomie +27 dB.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k., ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.