



## WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50  
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035  
[www.wspr.bydgoszcz.pl](http://www.wspr.bydgoszcz.pl) e-mail [sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl](mailto:sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl)

Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2022 r.

DOZ.240.7.2022

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*Dotyczy: postępowania przetargowego na „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu diagnostycznego, materiałów opatrunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”*

*Numer ogłoszenia: 2022/S 145-412183; data ogłoszenia: 29.07.2022 r.*

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ w Części 5 - Papier EKG, elektrody wielofunkcyjne do LIFEPAK 15, w niżej wskazanym zakresie:

#### **Pytanie nr 1**

Część nr 5 poz. 1

W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego udzielonych w dniu 12.08.2022 r. na pytanie nr 33 prosimy o wyjaśnienie czy w części nr 5 poz. 1 Zamawiający oczekuje – tak jak podano w opisie przedmiotu zamówienia - oryginalnego, termicznego papieru rejestracyjnego do defibrylatora model Lifepak 15 i Zamawiający wymaga by oferowany papier był zgodny z zaleceniami producenta urządzenia, czy Zamawiający dopuści również papier nieoryginalny, będący zamiennikiem papieru oryginalnego (jednak papier ten nie będzie zgodny z zaleceniami producenta urządzenia). Zamawiający w odp. na pytanie nr 33 w dniu 12.08.22 wyjaśnił, że oczekuje papieru o rozmiarze 106,5 mm x 23 m, podczas gdy oryginalny papier zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ posiada rozmiar 100 mm x 22 m, więc wymagany rozmiar papieru i to że ma być oryginalny wzajemnie się wyklucza.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 2 do SWZ, w Części 5 - Papier EKG, elektrody wielofunkcyjne do LIFEPAK 15, pozycja 1, nowy zapis w brzmieniu: „Termiczny papier rejestracyjny w rolce, z nadrukiem milimetrowym (czerwona milimetrowa kratka), bez marginesów, o wymiarach: 106,5 mm x 23 m, kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 15.”

#### **Pytanie nr 2**

Część nr 5 poz. 1

Jeśli Zamawiający dopuści papier nieoryginalny, prosimy wówczas o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści papier o wymiarach 107 mm x 23 m jeśli jest w pełni kompatybilny z defibrylatorami LIFEPAK 15 oraz spełnia pozostałe warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie nr 3**

Część 1 poz. 3-6, 21, 25-27, 42-46

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia Część 1 - Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku bez zmian.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Pytanie nr 4**

Część 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania w rozmiarze 1,33 mm (CH 4).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5**

Część 1 poz. 28-31

Prosimy o dopuszczenie strzykawek z tłokiem w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6**

Część 1 poz. 32

Prosimy o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

*Sporządził(a): Anna Tomasz*

---



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie