



2/PP/EP/RPOWM/10.3.1/2022

Wyszków, dnia 07.02.2022 r.

**Wykonawcy**

(wszyscy)

### Odpowiedzi na pytania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.: **Dostawa wyposażenia do Pracowni eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki ciepłej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu „Dobre kompetencje-lepszy start.”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1 Dotyczy poz. 24 i 25 Formularza ofertowego**

Wskazane parametry w/w mierników wskazują na producenta firmę ERAGOST z Gostynina, która zakończyła działalność w pod koniec 2015 roku.

Obecnie nie ma rynku producentów tego typu mierników laboratoryjnych ferrodynamicznych o klasie dokładności 0,5 .Jeden z nielicznych producentów Standard Electric Works C.O. , znajduje się poza Europą. Niestety firma ta ma jedynego przedstawiciela w Polsce, który nie jest zainteresowany odsprzedażą mierników. Wnoszę o dopuszczenie do postępowania innych mierników np. elektronicznych, ogólnodostępnych, lub całkowite usunięcie z tego zadania tak aby nie naruszać zasady uczciwej konkurencji ograniczając dostęp do przetargu innym wykonawcom.

**Odpowiedź:** Ze względu na trudności w nabyciu w/w mierników, będących już starszą generacją dopuszcza się w postępowaniu inne modele nowszych generacji watomierzy.

**SPROSTOWANIE** oczywistej omyłki Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie 25 dotyczące poz. 35 formularza ofertowego , udzielonej w dniu 4 lutego 2022 r. godz. 15:20 „Odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ z dn. 04.02.2022 r.”

#### **Pytanie 21 Dotyczy poz. 35**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Światłomierz cyfrowy

Pomiar natężenia oświetlenia w zakresie min. 50klx

dokładność pomiaru max. (4%+2),



osobna głowica pomiarowa,  
pomiar różnych rodzajów światła min. dzienne, żarowe, fluorescencyjne

Dotychczasowa treść odpowiedzi: „OPIS NIEAKCEPTOWALNY – BRAK OSOBNEJ GŁOWICY POMIAROWEJ , ORAZ PRZEŁĄCZNIKA RODZAJU OŚWIETLENIA - DZIENNE, ŻAROWE, FLUORESCENCYJNE”

**Poprawna odpowiedź: OPIS AKCEPTOWALNY**