

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania:
Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego
Symbol sprawy: **ZP/47/ZCO/2024**

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw nr 1

Pytanie 1 – dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ „Formularz parametrów technicznych i użytkowych”, pkt 39

Czy Zamawiający zaakceptuje akcelerator, którego kolimator definiuje pole terapeutyczne 40×40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) w trybie klinicznym.

Wnosimy o zmianę brzmienia parametru na następujący:

Maksymalne pole napromieniania : większe lub równe 40×40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) w trybie klinicznym

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie jako równoważne opisanemu w pkt. 39 ale nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 2 – dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ „Formularz parametrów technicznych i użytkowych”, pkt 62

W tym punkcie Zamawiający określił maksymalną prędkość poruszania się listków kolimatora MLC:

2cm/s. Akceleratory Elekta oferują znacznie lepszą prędkość poruszania się listków co jest korzystne dla Zamawiającego w pracy klinicznej- w szczególności dla technik dynamicznych.

Wnosimy o zmianę brzmienia parametru na następujący:

Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC: ≥ 2 cm/s

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pkt. 62 i nadaje brzmienie opisowi:

„Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC: ≥ 2 cm/s”

Pytanie 3 – dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ „Formularz parametrów technicznych i użytkowych”, pkt 118

Czy Zamawiający zaakceptuje akcelerator, który posiada kolimatory zapobiegające napromienianiu nieaktywnej części detektora bez konieczności ich sterowania?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4 – dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ „Formularz parametrów technicznych i użytkowych”, pkt 120

Odczyt i zapamiętywanie obrazów mogą odbywać się automatycznie w systemach (...). Prosimy o usunięcie tego punktu ponieważ faworyzuje rozwiązania tylko jednej firmy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5

dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ „Formularz parametrów technicznych i użytkowych”, pkt 125

Czy Zamawiający zaakceptuje automatyczne zapisywanie parametrów wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu, dla wszystkich stopni swobody w systemie zarządzania do którego będzie podłączony akcelerator, będący przedmiotem tego postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Kierownik
Zamawiającego