


Września, dnia 27 maja 2024r.

SA-381-12/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę respiratora w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji” ”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy (porty i licencje), umożliwiając tym samym eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?	Zgodnie z SWZ.
2.	Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy respiratora transportowego wyposażonego w kapnografię i tryby ciśnieniowe (opisane w OPZ jako opcja) czy też dopuści urządzenie bez tej funkcjonalności?	Zamawiający oczekuje dostawy respiratora transportowego wyposażonego w kapnografię.
3.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin od daty zgłoszenia?	Zgodnie z SWZ.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji.


Kierownik Działu
Techniczno-Gospodarczego
Marian Janiak