



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa videogastroskopu, analizatora składu ciała, aparatu do kriochirurgii*”

Pytanie nr 1 – Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę analizatora firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści medyczny analizator składu ciała spełniający wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego, w tym najważniejsze dotyczące parametrów analizy składu ciała z wyjątkiem poniższych parametrów:


- Zasilanie: AC100V do 240V/12V, 0.8 ~ 1.5 A
- Pojedynczy wyświetlacz LCD (7-calowy kolorowy ekran dotykowy)
- Przesyłanie danych: 2 x port USB
- Wymiary platformy: 450 (szer.) x 340 (gł.) x 90 (wys.) mm
- Wymiary urządzenia: 580 (gł.) x 450 (szer.) x 1025 (wys.): mm
- Analizator sam dobiera rodzaj sylwetki , brak możliwości wyboru przez użytkownika
- Możliwość pomiaru osób w zakresie od 6 do 85 lat
- Waga całego analizatora wynosi 12 kg
- Czy Zamawiający dopuści zamiast parametru Wiek metaboliczny – równoważny parametr Ocena zdrowia ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga urządzenia medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wraz z legalizacją metrologiczną ?



Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści analizator z innym oprogramowaniem? Zastosowanie nazwy oprogramowania GMON w tabeli wskazuje na konkretnego producenta, a co za tym idzie utrudnia uczciwą konkurencję. Proponowany przez nas analizator nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 2

Czy zamawiający dopuści zasilacz o parametrach: Zasilacz 100 do 240 V AC 0,6-0,4 A, 47-63 Hz, OUTPUT 12V - 2A,

zamiast zasilacza o parametrach:

Zasilanie: 230 V AC (50/60)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 2 zasilacz o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECIALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

