

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

**Pakiet nr 8 poz. 1**

**Przedmiot zamówienia: dostawa wideogastroskopu diagnostyczno-zabiegowego HDTV - 2 szt.**

Typ Producent/Firma: EG29-i10 / Pentax (Hoya)

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy):

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy HDTV	Tak	Tak - Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy HDTV
2	Obrazowanie w standardzie HDTV	Tak	Tak - Obrazowanie w standardzie HDTV
3	Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi serii EPK-i oraz EPK-i5000	Tak	Tak - Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi serii EPK-i oraz EPK-i5000
4	Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu	Tak	Tak - Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu
5	Średnica kanału roboczego min. 3,2 mm	Tak, podać	Tak - Średnica kanału roboczego 3,2 mm
6	Średnica zewnętrzna tuby wzornikowej min. 9,8 mm	Tak, podać	Tak - Średnica zewnętrzna tuby wzornikowej 9,8 mm
7	Długość robocza sondy wzornikowej min. 1050 mm	Tak, podać	Tak - Długość robocza sondy wzornikowej 1050 mm
8	Kąt widzenia min. 140°	Tak, podać	Tak - Kąt widzenia 140°
9	Głębokość ostrości min. 2-100 mm	Tak, podać	Tak - Głębokość ostrości 2-100 mm
10	Zagięcie końcówki sondy wzornikowej: - góra/dół: min. 210°/120° - prawo/lewo: min. 120°/120°	Tak, podać	Tak - Zagięcie końcówki sondy wzornikowej: - góra/dół: 210°/120° - prawo/lewo: 120°/120°
11	Programowalne przyciski sterujące głowicą endoskopową z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora, min. 4 przyciski	Tak, podać	Tak - Programowalne przyciski sterujące głowicą endoskopową z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora, - 4 przyciski
12	Obsługa trybu obrazowania w filtracji optycznej - cyfrowej	Tak	Tak - Obsługa trybu obrazowania w filtracji optycznej - cyfrowej
13	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła - pełna kompatybilność w wszystkich funkcjach procesora wizyjnego wyposażonego w tę funkcję	Tak	Tak - Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła - pełna kompatybilność w wszystkich funkcjach procesora wizyjnego wyposażonego w tę funkcję
14	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System	Tak	Tak - Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System
5	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora	Tak	Tak - Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora
16	Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	Tak	Tak - Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
17	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak	Tak - System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora

18	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów	Tak	Tak - Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
19	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych	Tak	Tak - Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych
20	Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniemi dezynfektorami serii Innova E3 oraz Innova E3s bez konieczności adaptacji przyłączy	Tak	Tak - Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniemi dezynfektorami serii Innova E3 oraz Innova E3s bez konieczności adaptacji przyłączy
21	Elektroniczny tester szczelności kompatybilny z oferowanymi i posiadanymi endoskopami – 1 szt.	Tak	Tak - Elektroniczny tester szczelności kompatybilny z oferowanymi i posiadanymi endoskopami – 1 szt.
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
22	Wideogastroskop fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił: Wideogastroskop fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wyprodukowany w 2023 lub 2024 roku
23	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	Tak - Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
24	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	Tak - Gwarancja 36 miesięcy
25	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	Tak - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
26	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez 8 lat od daty dostaw
27	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	Tak - VARIMED SP Z O.O. SERWIS ul. Usługowa 20; 64-100 Leszno tel.65 529 72 35; fax. 65 529 36 97; e-mail: serwis@varimed.pl
28	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił zapis: Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki bądź dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) 48 godzin w dni robocze.
29	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił zapis: Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego bądź dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) liczony od daty zgłoszenia 5 dni roboczych.”
30	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił zapis: Przy naprawie dłuższej niż 5 dni roboczych i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego.”
31	Przy wysyłce wideogastroskopu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	Tak - Przy wysyłce wideogastroskopu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy
32	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	Tak - Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne

33	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniające do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	Tak - Liczba napraw gwarancyjnych uprawniające do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
34	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku)	Tak, podać	Tak - Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) – 1 raz w roku
35	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	Tak - Przy dostawie Wykonawca dołączy, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB
36	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	Tak - Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

**Pakiet nr 8 poz. 2**

**Przedmiot zamówienia: dostawa wideoduodenoskopu HDTV - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: ED34-i10T / Pentax (Hoya)

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy):

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wideoduodenoskop HDTV	Tak	Tak - Wideoduodenoskop HDTV
2	Obrazowanie w standardzie HDTV	Tak	Tak - Obrazowanie w standardzie HDTV
3	Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi serii EPK-i oraz EPK-i5000	Tak	Tak - Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi serii EPK-i oraz EPK-i5000
4	Średnica kanału roboczego min. 4,2 mm	Tak, podać	Tak - Średnica kanału roboczego 4,2 mm
5	Średnica zewnętrzna wziernika max. 11,6 mm	Tak, podać	Tak - Średnica zewnętrzna wziernika 11,6 mm
6	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 13,2 mm	Tak, podać	Tak - Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 13,2 mm
7	Chip CCD w końcówce endoskopu kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła	Tak	Tak - Chip CCD w końcówce endoskopu kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła
8	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	Tak	Tak - Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
9	Kąt obserwacji min. 100°	Tak, podać	Tak - Kąt obserwacji 100°
10	Kąt obserwacji wstecznej min. 10°	Tak, podać	Tak - Kąt obserwacji wstecznej 10°
11	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer	Tak	Tak - Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
12	Zawór testera szczelności w konektorze	Tak	Tak - Zawór testera szczelności w konektorze
13	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu	Tak	Tak - 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
14	Kąt zagięć końcówki endoskopu: góra/dół 120°/90° oraz prawo/lewo 105°/90°	Tak, podać	Tak - Kąt zagięć końcówki endoskopu: góra/dół 120°/90° oraz prawo/lewo 105°/90°
15	System głębi ostrości min. 4-60mm	Tak, podać	Tak - System głębi ostrości 4-60mm
16	Długość robocza min. 1250mm	Tak, podać	Tak - Długość robocza 1250mm
17	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła - pełna kompatybilność w wszystkich funkcjach procesora wizyjnego wyposażonego w tę funkcję	Tak	Tak - Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła - pełna kompatybilność w wszystkich funkcjach procesora wizyjnego wyposażonego w tę funkcję
18	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak	Tak - System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
19	Obrotowy konektor w zakresie min. 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	Tak	Tak - Obrotowy konektor w zakresie 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu

20	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	Tak	Tak - Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
21	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym lub RFID do systemu rejestracji procesów mycia	Tak	Tak - Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym lub RFID do systemu rejestracji procesów mycia
22	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak	Tak - System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
23	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów	Tak	Tak - Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
24	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych	Tak	Tak - Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych
25	Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniemi dezynfektorami serii Innova E3 oraz Innova E3s bez konieczności adaptacji przyłączy	Tak	Tak - Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniemi dezynfektorami serii Innova E3 oraz Innova E3s bez konieczności adaptacji przyłączy
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
26	Wideoduodenoskop fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił : Wideogastroskop fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wyprodukowany w 2023 lub 2024 roku
27	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	Tak - Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
28	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	Tak - Gwarancja 36 miesięcy
29	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	Tak - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
30	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez 8 lat od daty dostaw
31	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	Tak - VARIMED SP Z O.O. SERWIS ul. Usługowa 20; 64-100 Leszno tel.65 529 72 35; fax. 65 529 36 97; e-mail: serwis@varimed.pl
32	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił zapis: Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki bądź dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) 48 godzin w dni robocze.
33	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił zapis: Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego bądź dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) liczony od daty zgłoszenia 5 dni roboczych.”
34	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 11.03.2024 Zamawiający dopuścił zapis: Przy naprawie dłuższej niż 5 dni roboczych i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego.”

35	Przy wysyłce wideoduodenoskopu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	Tak - Przy wysyłce wideogastroskopu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy
36	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	Tak - Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne
37	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	Tak - Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
38	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku)	Tak, podać	Tak - Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) – 1 raz w roku
39	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	Tak - Przy dostawie Wykonawca dołączy, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB
40	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	Tak - Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

Wrocław, dnia 13-03-2024r.  
(miejscowość i data)

***Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania***  
**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

## **UZUPEŁNIENIE POWYŻSZYCH OPISÓW PAKIETÓW OD 1 DO 9**

**CAŁY ZAOFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W TABELACH DLA PAKIETÓW OD 1 DO 9 MUSI BYĆ DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W OBSZARZE MEDYCZNYM.**

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU OŚWIADCZA RÓWNOCZEŚNIE, IŻ JEST UPRAWNIONY DO SWOBODNEGO ROZPORZĄDZANIA ZAOFEROWANYMI PRODUKTAMI, KTÓRE SĄ WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ, ŻE POSIADA WSZELKIE NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA ORAZ ZGODY, ZEZWOLENIA ODPOWIEDNICH ORGANÓW, URZĘDÓW, WYNIKI BADAŃ, CERTYFIKATY, OŚWIADCZENIA, DEKLARACJE (W TYM WSKAZANE W TABELACH POWYŻEJ) ITP. DO**

**REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ŻE WYKONANIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NIE BĘDZIE NARUSZAĆ JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZEDŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE PRZEZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAOFEROWANY OD WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ZDANIU POPRZEDZAJĄCYM, NA KAŻDE ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O CZYM MOWA W PROJEKCIE UMOWY (ZAŁ. NR 4 DO SWZ), Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ ZAWARTYCH W POWYŻSZYCH TABELACH.**