

PhysioGo.Lite ELECTRO

VER. 2.1

aparat do elektroterapii



ELEKTROTERAPIA

- szeroka gama prądów i metod w elektroterapii
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
- regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
- pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
- test elektrod podczas zabiegu
- sekwencje zabiegowe

PRĄDY I METODY

- interferencyjne izoplanarne
- interferencyjne dynamiczne
- interferencyjne jednokanałowe AMF
- TENS symetryczny
- TENS asymetryczny
- TENS naprzemienny
- TENS burst
- TENS do terapii porażień spastycznych
- Kotz'a (rosyjska stymulacja)
- tonoliza
- stymulacja Hufschmidta
- diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM)
- impulsowe prostokątne
- impulsowe trójkątne
- impulsowe UR wg Traberta (2 - 5)
- impulsowe Leduca (1 - 9)
- impulsowe neofaradyczne (1 - 19)
- unipolarne falujące

- bipolarne falujące
- galwaniczne
- mikroprądy
- prądy średniej częstotliwości MF
- impulsy IG
- prądy EMS
- fale H
- impulsy eksponencjalne

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry elektroterapii

- maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC)
 - unipolarne falujące – 30 mA
 - galwaniczny, IG – 80 mA
 - diadynamiczny – 70 mA
 - bipolarne falujące, Hufschmidta – 100 mA
 - interferencyjne, TENS, SP-TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, fale H, impulsy eksponencjalne – 140 mA
 - mikroprądy – 1000 μ A
- maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) – 140 V
- zegar zabiegowy – 1 – 60 minut

Parametry ogólne

- wymiary aparatu – 25,0 x 27,0 x 16,5 cm
- masa aparatu – max. 3 kg
- typ akumulatora (opcja) – Li-Ion
- pojemność akumulatora (opcja) – 2100 mAh
- zasilanie, pobór mocy – 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A

CZĘŚCI STANDARDOWE

- przewód sieciowy (1 szt.)
- zasilacz impulsowy (1 szt.)
- kable pacjenta (2 szt.)
- elektrody do elektroterapii 6x6 cm (4 szt.)
- elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm (2 szt.)
- pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm (8 szt.)
- pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm (4 szt.)
- pas rzepowy 40x9 cm (2 szt.)
- pas rzepowy 100x9 cm (2 szt.)
- rysik do ekranu LCD (1 szt.)
- ścierka do ekranu LCD (1 szt.)
- bezpieczniki zapasowe (2 szt.)
- nakładki maskujące pełne (2 szt.)
- instrukcja użytkowania (1 szt.)
- protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa (1 szt.)
- paszport techniczny (1 szt.)
- karta gwarancyjna (1 szt.)

CZĘŚCI OPCJONALNE

- elektrody samoprzylepne 5x5 cm, 5x10 cm
- elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
- woreczek z piaskiem 21x14 cm, 21x28 cm
- torba PRO mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem
- stolik Versa/ Versa X
- akumulator