

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 621 25 81  
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.101...<sup>491</sup>.../2024

Tarnów, dnia 06.02.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest -- „dostawa stołu operacyjnego, fotela operatora, myjnio – dezynfektora dla oddziału okulistyki sprawa nr 101/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.02.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące  
Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 11, 12? Oferowane urządzenie zapisuje historię cykli w pamięci operacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące  
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 60÷110°C) wyposażony w filtr powietrza HEPA min. EU13?

Odpowiedź: Tak dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące  
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania?

Odpowiedź: Tak dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące  
Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych?  
Takie czujniki pozwalają wykryć wszystkie nieprawidłowości podczas procesu mycia, mające istotny wpływ na jego jakość np. (blokada obrotu ramion spowodowana wystawianiem elementów ładunku, strata ciśnienia spowodowana np. nadmiernym powstawaniem piany itp.). Dzięki tym czujnikom odchylenia od parametrów programu są natychmiast rozpoznawane i umożliwiają szybką interwencję ze strony użytkownika.

Odpowiedź: Tak dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące  
Czy Zamawiający dla zwiększenia ergonomii pacy wymaga aby zasobnik na sól regeneracyjną o pojemności przynajmniej 2 kg umiejscowiony był w drzwiach? Dzięki takiemu rozwiązaniu uzupełnianie soli nie wymaga nachylania się, ponieważ można je przeprowadzić w pozycji wyprostowanej. Podobnie nie ma potrzeby wyjmowania ciężkich koszy i wózków aby uzyskać dostęp do zbiornika na sól.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskiem wyboru bezpośredniego z panelu sterowania bez potrzeby wchodzenia w menu i listę programów? Urządzenie może być obsługiwane przez różne osoby i ważne jest aby obsługa była intuicyjna i nie dochodziło do pomyłek przy wyborze programów dostępnych z szerokiej listy.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie nr 7 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące

Czy zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychytującym odłamki szkła i mikro-filtrem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące

Czy Zamawiający wymaga, aby myjni była wyposażona w czujnik do pomiaru przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych? Zatrzymanie programu jeśli wymagana przewodność wody nie została osiągnięta (wcześniej przed zatrzymaniem programu liczba serii płukania dodatkowego powtarza się (0-2) do wyboru). Ma to znaczący wpływ na bezpieczeństwo i kontrole poprawności właściwego przygotowania narzędzi do procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie nr 9 – dotyczy zakresu nr 3 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące

Czy Zamawiający dopuści dejonizator o wydajności 40l/h dostosowanej do oferowanej myjni, wyposażony w zbiornik ciśnieniowy o pojemności 80l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Otrzymują: Adresat  
a/a

SPECJALISTA  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie

mgr Katarzyna Strzałba

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie

mgr. Anna Hajnyś

Z-CIA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza  
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz