



Gdynia, dnia 18 grudnia 2023 r.

DZ.283.09.2023.NP
UCMMiT/3101/2023

Zamawiający:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

WYJAŚNIENIA nr 1 do ZO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na **DOSTAWĘ 7 SZTUK REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH EKG WRAZ Z SYSTEMEM MONITOROWANIA I STACJĄ ROBOCZĄ** o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część zapytania ofertowego i staje się wiążąca dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holterowski odporny na wstrząsy i zachłapania jednak bez certyfikatu potwierdzającego odporność na upadek z 1 m?

ODPOWIEDŹ 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator holterowski odporny na wstrząsy i zachłapania, bez certyfikatu potwierdzającego odporność na upadek z 1 m.