

# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 13 czerwca 2023r.

SA-381-8/23

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę wyrobów medycznych i niemedycechnych – powtórka plus nowe pozycje”**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 2</b> wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 2.	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 2</b> pozycji 2 dopuści rurkę tracheostomijną z <b>pojedynczym mankietem</b> o poniższej charakterystyce: Rurka tracheostomijna z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenie rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Sterylna, pakowana w opakowanie typu blister, rozmiary zgodnie z SWZ.	Rurka tracheostomijna znajduje się w pakiecie nr 3 Pakiet 3 poz. 2 Zamawiający dopuszcza.
3.	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 2</b> wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 4.	Zamawiający nie wyraża zgody.
4.	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 2</b> w pozycji 4 (w związku z brakiem dostępności produktu o opisanych parametrach) dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW, silikonowaną, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące. Rurka sterylne. Rozmiary zgodnie z SWZ.	Rurka tracheostomijna znajduje się w pakiecie nr 3 Pakiet 3 poz. 4 Zamawiający dopuszcza.
5.	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 2</b> w pozycji 8 dopuści zestaw (dotychczas stosowany przez Zamawiającego) wyposażony w 1 dren łączący (zestaw wyposażony w 2 dreny łączące posiada inny nr katalogowy i inną wycenę); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.	Zestaw znajduje się w pakiecie nr 3 Pakiet 3 poz. 8 Zamawiający dopuszcza.
6.	<b>Pakiet 1 pozycja 2:</b> Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w rozmiarze uniwersalnym?	Zamawiający wymaga czepek o wymiarach: długość min 47 cm (czepek+troki), wysokość czołowa min 13 cm, denko wymiary min 26x16 cm.






# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

7.	<b>Pakiet 1 pozycja 2:</b> Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w rozmiarze uniwersalnym?	Zamawiający wymaga czepka o wymiarach: długość min 47cm (czepek+troki), wysokość czołowa min 13cm, denko wymiary min 26x16cm.
8.	<b>Pakiet 1 pozycja 3:</b> Czy zamawiający dopuści pokrowce higieniczne, które nie są antypoślizgowe?	Zamawiający dopuszcza.
9.	<b>Pakiet 1 pozycja 3:</b> Czy zamawiający dopuści pokrowce higieniczne wykonane z włókniny?	Zamawiający nie dopuszcza.
10.	<b>Pakiet 1 pozycja 4:</b> Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Zamawiający nie wydzieli.
11.	<b>Pakiet 1 pozycja 4:</b> Czy zamawiający w pozycji 4 miał na myśli ochraniacze na buty •GRAMATURA 55GR/M2 •WYSOKOŚĆ MIN 48 CM •ROZMIAR UNIWERSALNY •WYKONANIE Włóknina PP / Laminat PE •OCHRANIACZE WYKOŃCZONE ELASTYCZNĄ GUMKĄ ORAZ TROKAMI DO ZAWIĄZYWANIA •PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA •DŁUGOŚĆ PODESZWY 31 CM •ZGODNE Z NORMA 14126?	Zamawiający dopuszcza.
12.	<b>Pakiet 1 pozycja 4:</b> Czy zamawiający dopuści wyrób który jest wykonany z włókniny?	Zamawiający dopuszcza.
13.	<b>Pakiet 1, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?	Zamawiający wymaga czepka na gumkę.
14.	<b>Pakiet 1, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m <sup>2</sup> , ściągany lekką, nieuciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm?	Zamawiający dopuszcza.
15.	<b>Pakiet 1, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści czepek męski w formie furażerki bez troków oraz gumek, swobodnie wkładany. W części bocznej składający się z podwójnej warstwy materiału. Wykonany w całości z perforowanej włókniny	Zamawiający nie dopuszcza.





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość 10 cm +/- 1cm. Wymiary denka: 23cm x 19 cm. Szyty techniką owerlok. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim?	
16.	<b>Pakiet 1, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk	Zamawiający nie dopuszcza.
17.	<b>Pakiet 1, pozycja 1, 2, 4</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza.
18.	<b>Pakiet 1, pozycja 2</b> Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?	Zamawiający wymaga czepka wiązanego na troki o wymiarach: długość min 47cm (czepek + troki), wysokość czołowa min 13cm, denko wymiary min 26x16cm.
19.	<b>Pakiet 1, pozycja 2</b> Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonną pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami.	Zamawiający dopuszcza.
20.	<b>Pakiet 1, pozycja 2</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza.
21.	<b>Pakiet 1, pozycja 3</b> Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?	Zamawiający dopuszcza.






# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

22.	<b>Pakiet 1, pozycja 3</b> Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40g/m <sup>2</sup> z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?	Zamawiający nie dopuszcza.
23.	<b>Pakiet 1, pozycja 4</b> Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30g/m <sup>2</sup> , ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?	Zamawiający dopuszcza.
24.	<b>Pakiet 1, pozycja 5</b> Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m <sup>2</sup> , ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski?	Zamawiający dopuszcza.
25.	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	Zamawiający wyraża zgodę na podstawie Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Adres email: <a href="mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl">sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl</a> . Przed zawarciem umowy Wykonawca wskaże swój adres email.
26.	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	Zgodnie z SWZ.
27.	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,05% <b>wartości niezrealizowanej części zamówienia</b> brutto, za każdy dzień zwłoki, <b>jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto</b>	Zamawiający nie wyraża zgody.





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% <b>niezrealizowanej</b> kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 3.	
28.	<b>Pakiet 1, poz. 1-4</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie ilości op. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
29.	<b>Pakiet 1, poz. 1</b> Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m <sup>2</sup> ) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?	Zamawiający nie dopuszcza.
30.	<b>Pakiet 1, poz. 1</b> Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m <sup>2</sup> , w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?	Zamawiający dopuszcza.
31.	<b>Pakiet 1, poz. 2</b> Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m <sup>2</sup> , z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m <sup>2</sup> ) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?	Zamawiający oczekuje czepka związanego na troki z włókniny o wymiarach: długość min 47cm (czepek + troki), wysokość czołowa min 13cm, denko wymiary min 27x17cm.
32.	<b>Pakiet 1, poz. 5</b> Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?	Zamawiający nie wydzieli. Zamawiający dopuszcza ochraniacze z włókniny, zakończone gumką lub wiązane, wymiary: min. 46x38cm.
33.	<b>Załącznik nr 6 – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY</b> <b>§ 4, ust. 1</b> Czy Zamawiający zgodzi się na zapłatę należności w terminie 30 dni?	Zamawiający nie wyraża zgody.

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Przetargowej  
*Przybylska*  
Stefania Przybylska

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

