

Bielsko-Biała dn. 18.09.2023 r.

DZP.271.32.2023 - 26

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.32.2023

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie nr 4

dotyczy zapisów SWZ, Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, pkt. 1.13 dla Pakietu nr 4

Obecnie wymóg posiadania kodów UDI, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczy wyrobów medycznego oraz wyższych poziomów klasy III.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów pkt. 1.13. aby nie wskazywały „na sztywno” pozycji w pakietach tylko dopisek „jeżeli dotyczy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis, w związku z powyższym strona 7 SWZ - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH pkt 1 ppkt 1.13. otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenie potwierdzające, że oferowane materiały z poz. 48, 55-57, 61, 67-84 Pakietu nr 4, poz. 1-5, 14, 16, 18, 33 Pakietu nr 6, poz. 1-10, 12-13 Pakietu nr 16, poz. 12-13 Pakietu nr 18, poz. 5-11 Pakietu nr 25 posiadają kod UDI, zgodnie z przepisami ustawy z 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy) – dotyczy ofert składanych na Pakiet nr 4, 6,16,18,25;”

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie udzielił wyjaśnień w terminie wyznaczonym na ich udzielenie modyfikuje zapisy SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie terminu związania ofertą, wyznaczając nowe terminy:

termin składania ofert na dzień: 27.09.2023r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert na dzień 27.09.2023r. godz. 10:30

termin związania ofertą do dnia 27.11.2023r.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych-Administracyjnych
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. *Grzegorz Kubica*