

SPZOZ-ZP/23D/2023

Kępno, dnia 08.08.2023r.

Otrzymują:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno

Dotyczy:

postępowania przetargowego pn. „Dostawa SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie-powtórzenie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/23D/2023.

Działając na podstawie art.135 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1

Pakiet 2

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 2 pozycji 1-4 oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 2 pozycji 1-4 oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 2 pozycji 5 oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 2 pozycji 6 oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną /podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 7 aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa jednoczęściowa bez PCV, igła biorcza wykonana z ABS , filtr w odpowietrzniku o wyższej skuteczności filtracji bakterii (BFE) - min. 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań wykonanych w niezależnym laboratorium dołączonym do oferty). Kolec i łącznik luer lock nieprzezroczyste , co nie wpływa na kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu .

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 8 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych , komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej. Pozostałe parametry zgodne

z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 10 przyrządu do przetaczania krwi firmy Margomed o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości bisfenolu A (BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły bioczepowej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt,

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania w pakiecie 2 pozycji 12 przedłużacza do pomp infuzyjnych, sterylny, o długości 15, 50, 70, 90, 150, 120, 200 i 300 cm – do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

9. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania w pakiecie 2 pozycji 13 przedłużacza do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych o długości 15, 50, 70, 90, 120, 150, 200 cm i 300 cm – do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

10. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania w pakiecie 2 pozycji 12 i 13 przedłużacza do pomp infuzyjnych z oznaczeniem "VOL". na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 w poz. 14 przyrządu do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu o poniższych parametrach:

Zestaw do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu. Długość zestawu 210 cm. Aparat wyposażony w filtr p/bakteryjny 1 um w odpowietrzniku oraz dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej. Regulator prędkości infuzji połączony na stałe z drenem, gwarantujący stały niezmienny w czasie przepływ płynów, oraz powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu. Regulator przepływu od 0 do 250 ml/h (możliwość precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator (z podziałką w skali co 5 ml/h do 30ml/h). Dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y konektor wbudowany w linię. Zacisk typu Roberts do przerw w infuzji. Zestaw sterylny - bez ftalanów i lateksu

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 16 strzykawki trzyczęściowej, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, wykonana z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym sterylizowane EO, opakowanie papier-folia, opakowanie 85 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE[†]**



*Podpisano: Dyrektor SPZOZ w Kępnie
/-/Beata Andrzejewska*