

Grudziądz, dnia 25.06.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZP-¹⁵⁴⁹...../20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biometru optycznego (znak sprawy: Z/11/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biometru optycznego (znak sprawy: Z/11/PN/20)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy Zadania nr 6 pozycja B–Material wiskoelastyczny:

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

- Hydroksypropylometyloceluloza,
- 2% (HPMC)roztwór hydroksypropylometylocelulozy
- objętość: 2,0ml
- lepkość: 4500–9500mPas
- pH 6.8–7.6
- w zestawie kaniula23G

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o powyżej wymienionych parametrach.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy Zadania nr 6 pozycja C:

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa, asferyczna, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Kwadratowy brzeg 360 stopni. Soczewka z filtrem UV . Zakres dioptrażu od 10,00D do 30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżemprzeznaczona do cięcia2,2mm. Soczewka wraz z dwoma sterylnymi flamastrami do markowania rogówki.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuści produktu o wyżej wymienionych parametrach.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy Zadania nr 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr B i C z pakietu nr 6 co pozwoli większej ilości wykonawców do przystąpienia do niniejszego postępowania

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 4:

Dotyczy Zadania nr 8 pozycja A:

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Soczewka jednoczęściowa, jednoogniskowa, asferyczna, w kształcie litery C. Soczewka fabrycznie załadowana do injectora. Materiał akryl hydrofobowy, soczewka posiadająca filtr UV i filtr światła niebieskiego. Długość całkowita 13 mm, średnica części optycznej 6,0 mm, angulacja 0 stopni. Stała A118,5. Zakres dioptrażu od +5,00D do +30,00D co 0,5D. Indeks refrakcji 1.52. Liczba abbego 47?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 5:

Dotyczy Zadania nr 8 pozycja B:

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Soczewka jednoczęściowa, asferyczna. Materiał akryl hydrofilny. Wymiary części optycznej 6 mm. Długość całkowita soczewki 11mm. Angulacja 0 stopni. 4 punkty fiksacji ostra krawędź C-Edge +5 um. Stała A soczewki: 118,85. Zakres dioptrażu od +5,00D do +32,00D w zakresie od +5,00 do +10,00D co 1,0D od +10,50 do +30,00D co 0,5D i od +31,00D do +32,00D co 1,0D. Moc cylindra 0,75D, 1,0D, 1,5D, 2,25D, 3,0D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6,0D od +0,75D do 6,0D?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 6:

Dotyczy Zadania nr 8 pozycja C:

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Wiskoelastyk kohezyjny. Hialuronian sodu o stężeniu 1,0% w ampułkostrzykawce o objętości 1ml, pH 6.8-7.6, osmolarność: 270-400 mOsmol/kg, Masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da. Rozmiar kaniuli 27G?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o powyżej wymienionych parametrach.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia zmian na formularzu cenowym.

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Bieganskiiego w Górnym Śląsku
Maciej Hoppe

OPERATOR

Alina Kowalewska

SPECJALISTA

mgr Alina Pieniak

Kowalewska