



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL KLINICZNY NR 1  
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO  
Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach**

**Znak sprawy: ZP/45/PN/2021**

**Zabrze, dnia 29.07.2021r.**

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **NA ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)**

**Zatwierdzono w dniu 29.07.2021r.**

**Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy**

**mgr Bożena Mucha-Wójcik**

#### **Dyrektor**

dr n. med.  
Dariusz Budziński  
ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

#### **SEKRETARIAT**

fax: (32) 370 45 22  
sekretariat@szpital.zabrze.pl

#### **BIURO OBSŁUGI PACJENTA**

tel.: (32) 370 45 31  
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl



**Klauzula informacyjna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dla uczestników postępowań o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie złożonej do postępowania przetargowego **znak ZP/45/PN/2021 na „zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”**, jest **Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**, z siedzibą w Zabrze, przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);

- Może Pan / Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: **iod@szpital.zabrze.pl**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego **na „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” znak ZP/45/PN/2021** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**SPECYFIKACJA  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

1. *Specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.*
2. *Ileokroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) (dalej: Pzp).*
3. *W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.*

**SPIS ZAWARTOŚCI SWZ**

- CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ
- CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ
- CZĘŚĆ III- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- CZĘŚĆ IV- WZÓR UMOWY
- CZĘŚĆ V - WZORY FORMULARZY

**CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ**

**1. I. Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego:**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze  
NIP – 648-23-01-274  
Telefon: 32 370 45 07  
Faks: 32 370-45-22  
e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl  
Strona internetowa: <http://www.szpital.zabrze.pl>  
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7<sup>00</sup> – 14<sup>35</sup>

**II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:**

[www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

**2. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 2.1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie **przetargu nieograniczonego**, na podstawie **art. 132**, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
- 2.2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”**, zgodnie z opisem znajdującym się w części IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym *załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiący załącznik 1a do SWZ* oraz załączniku nr 5 do SWZ.

3.2. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgodnie z art. 257 ustawy P.z.p. do unieważnienia niniejszego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.**

3.3. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionej przez wykonawcę – **stanowiącej załącznik nr 1 i 1a do umowy.**

#### 3.4. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne zadania zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.** Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

Przedmiot zamówienia podzielono na 5 zadań tj.:

| L.P. | NUMER ZADANIA   | NAZWA ZADANIA   |
|------|-----------------|---|
| 1    | ZADANIE NUMER 1 | DOSTAWA WIDEOBRONCHOSKOPÓW  |
| 2    | ZADANIE NUMER 2 | DOSTAWA BRONCHOSKOPU SZTYWNEGO Z ZESTAWEM OPTYK (TELESKOPÓW) I NARZĘDZI   |
| 3    | ZADANIE NUMER 3 | DOSTAWA WIDEOBRONCHOSKOPU ULTRASONOGRAFICZNEGO (EBUS)   |
| 4    | ZADANIE NUMER 4 | DOSTAWA SOND RADIALNYCH USG WRAZ Z OSPRZĘTEM DO BIOPSI OBWODOWYCH GUZÓW PŁUCA   |
| 5    | ZADANIE NUMER 5 | DOSTAWA TORU WIZYJNEGO ZAWIERAJĄCEGO ŹRÓDŁO ŚWIATŁA, PROCESOR OBRAZU ENDOSKOPOWEGO, MONITOR(Y) I URZĄDZENIA PERYFERYJNE |

#### 3.5. Rozwiązania równoważne.

Ilekoć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typie lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązanie równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz załącznikach do SWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych,

aprobata, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.

**Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ oraz załącznikach do SWZ.**

**3.6.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III SWZ oraz w treści wzoru umowy.

**3.7. Kod CPV:**

**Główny przedmiot zamówienia:**

**33100000-1 – Urządzenia medyczne**

**33168000-5 – Przynrzędy do endoskopii, endochirurgii**

**3.8. Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji zamówienia: **do 30 dni od daty podpisania umowy.**

#### **4. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, **na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp** wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (**art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp**),

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (**art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp**),

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (**art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp**),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (**art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp**),

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (**art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp**),

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (**art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp**),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (**art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp**),

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (**art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp**)

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (**art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp**);

- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (**art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp**);
- 4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (**art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp**);
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (**art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp**);
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (**art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp**).

## **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 Pzp.:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.,
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

### **5.2. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- 2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej.

### **5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.**

5.3.1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu **dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym** – tj. wykonawca spełni powyższy warunek jeśli będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu **dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**.

5.3.3. Zamawiający nie określa warunku dotyczącego **sytuacji ekonomicznej i finansowej**.

5.3.4. Zamawiający nie określa warunku dotyczącego **zdolności technicznej lub zawodowej**.

#### **5.4. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

- 5.4.1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**, tym samym wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie lub wskazania dostępności w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających jego spełnienie pod określonymi, bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych – **załącznik nr 2 SWZ**.
- 5.4.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu **dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.
- 5.4.3. Zamawiający nie określa warunku dotyczącego **sytuacji ekonomicznej i finansowej**, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.
- 5.4.4. Zamawiający nie określa warunku dotyczącego **zdolności technicznej lub zawodowej**, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

#### **6. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – NIE DOTYCZY**

- 6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
- 6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 6.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
  - a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  - b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  - c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 6.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
- 6.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba, że za niedostępność zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- 6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 6.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

## **7. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.**

- 7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 4 do SWZ**;
  - 2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dotyczący art. 108 pkt. 3, pkt. 6 Pzp.– **załącznik nr 3 do SWZ**.
- 7.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
  - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
  - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
    - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
    - b) zreorganizował personel,
    - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
    - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
    - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebranie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
- 7.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.2 SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których



mowa w pkt.7.2 SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

- 7.4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
  - 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 7.5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia. (art. 128 ust. 1 i 2 Pzp.)
- 7.6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. (art. 128 ust. 4 Pzp.)
- 7.7. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. (art. 128 ust. 5 Pzp.)

## **8. Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych.**

- 8.1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
  - 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków;
  - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- 8.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w **pkt. 5.4, 7 oraz 9.1**, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów

## **9. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.**

- 9.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
- 9.2. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

- 9.3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
- 9.4. Jeżeli wykonawca nie złożył pełnomocnictwa lub złożył pełnomocnictwo wadliwe, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
  - a) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  - b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 9.5. Przepisy pkt. 9.1 – 9.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp. lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
- 9.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

## **10. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

- 10.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw/ usług/ robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
  - 10.1.1 **dokumentów zawierających opis oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne lub broszury lub foldery lub katalogi itp. w języku polskim), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru.** W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
  - 10.1.2 **wypełnionego formularza parametrów wymaganych (załącznik nr 5 do SWZ) będącego potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach o których mowa w pkt 10.1.1 informacje potwierdzające spełnienie wymagań;**
  - 10.1.3 **dokumentów potwierdzających, że zaoferowane w szczegółowym formularzu ofertowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ produkty dopuszczone są do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2020 poz. 186 ze zm.)**
  - 10.1.4 **dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne**
  - 10.1.5 **wykazu, w którym podane będą potwierdzone przez producenta przedmiotu zamówienia adresy znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ich autoryzowanego serwisu.**
- 10.2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- 10.3. Postanowienia pkt. 10.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 10.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 Pzp).
- 10.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych.
- 11. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY.**
- 11.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) – dalej jako **„rozporządzenie”**.
- 11.2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 11.3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp oraz pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
- 11.4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej **„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”**, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 11.5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w formie

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).

- 11.6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 11.7. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 11.8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).
- 11.9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 6 ust. 2 rozporządzenia**).
- 11.10. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:
- 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
  - 2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - 3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- 11.11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (**§ 6 ust. 4 rozporządzenia**).
- 11.12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (**§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
- 11.13. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (**§ 7 ust. 1 rozporządzenia**).
- 11.14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
- 11.15. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
- 1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - 2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - 3) pełnomocnictwa – mocodawca.
- 11.16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (**§ 7 ust. 4 rozporządzenia**).
- 11.17. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (**§ 8 rozporządzenia**).
- 11.18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (**§ 9 ust. 5 rozporządzenia**).

- 11.19. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (**§ 9 ust. 6 rozporządzenia**).
- 11.20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości (**§ 9 ust. 7 rozporządzenia**).
- 11.21. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- 1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
  - 2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
  - 3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
  - 4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
- 11.22. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp. (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 11.23. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

## **12. PODWYKONAWCY, WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

### **12.1. PODWYKONAWCY**

- 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie stanowiącej **załącznik numer 1 do SWZ** część zamówienia, jaką zamierzy powierzyć podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana.
- 3) W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.
- 4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- 5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 7) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

## 12.2. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w **punkcie 5 SWZ** oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w **punkcie 11 SWZ**.

Ponadto ww. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

- 2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
- 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – jeżeli dotyczy.
- 4) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp.) – jeżeli dotyczy.
- 5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz pkt. 18.1.6 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- 7) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 8) Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 9) Oświadczenia składane przez wykonawców przekazywane są w formie elektronicznej osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

**13. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.**

13.1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia / poprawienia / uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- 13.2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
- 13.3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- 13.4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.



U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
  - d) włączona obsługa JavaScript,
  - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  - f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
  - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- 13.5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- a) akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
  - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sLS4t76lZVKPbkyD/view>
- 13.6. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- 13.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

14. **INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP. – NIE DOTYCZY.**

15. **WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

15.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

**pracownicy Działu Zamówień Publicznych – tel. 32 370 42 41**

15.2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, **zgodnie z pkt. 13 SWZ.**

16. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

16.1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert tj. upływa w dniu **01.12.2021 r.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- 16.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
- 16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt.16.2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## **17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 17.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
- 17.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.
- 17.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
- 17.4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
- 17.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SWZ wzorami.
- 17.6. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 17.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:
- 1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub
  - 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza – należy załączyć w ofercie.
- 17.8. Do upływu terminu składania ofert, wykonawca może wycofać ofertę.
- 17.9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
- 17.10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## **18. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

### **18.1. Sposób składania ofert.**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze>
- 2) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 3) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przestanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 4) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 5) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

- 6) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. **Oświadczenie składa się na formularzu JEDZ stanowiący załącznik nr 2 do SWZ**, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r.),
- 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
- 8) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

#### 18.2. Termin składania ofert.

- 1) **Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 03.09.2021 r. do godz. 08:00.**
- 2) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Ofertę złożoną po terminie, zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.
- 3) Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu do składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 4) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

#### 18.3. ZAWARTOŚĆ OFERTY

##### 18.3.1. Dokumenty składane do oferty:

- 1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 1a do SWZ
- 2) przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 10 SWZ
- 3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
- 4) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania – jeżeli dotyczy,
- 5) zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy,

##### 18.3.2. Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie **nie krótszym niż 10 dni** od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:

- 1) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 5.4 SWZ – jeżeli dotyczy,
- 2) podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt.7.1 SWZ – jeżeli dotyczy,
- 3) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 do SWZ

#### 19. TERMIN OTWARCIA OFERT

##### 19.1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2021 r. o godz. 10:00.**

##### **Otwarcie nie jest jawne.**

- 19.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 19.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 19.4. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty”.
- 19.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

- 20.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM        | WAGA  |
|-----|------------------|-------|
| 1.  | Cena             | 60 %  |
| 2.  | Termin gwarancji | 40 %  |
| 3.  | Razem            | 100 % |

Punkty przyznane za podane w pkt. 20.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

| Nazwa kryterium         | Wzór:   |
|-------------------------|---|
| <b>Cena</b>             | <p>Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = <math>(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga</math><br/>                     gdzie:<br/>                     - <math>C_{min}</math> – najniższa cena spośród wszystkich ofert<br/>                     - <math>C_{of}</math> - cena podana w ofercie</p>   |
| <b>Termin gwarancji</b> | <p>Termin gwarancji:<br/>                     Liczba punktów:<br/>                     od 24 do 35 miesięcy włącznie – 0 pkt<br/>                     od 36 miesięcy i więcej – 1 pkt<br/>                     Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = <math>(G_o/G_{max}) * 100 * waga</math><br/>                     Gdzie:<br/> <math>G_o</math> – ilość punktów oferty badanej<br/> <math>G_{max}</math> – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert<br/> <b>UWAGA:</b><br/>                     Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji – 24 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji, lub poda okres gwarancji mniejszy niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie do obliczeń minimalny termin tj. 24 miesiące.</p> |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

**Maksymalna ilość punktów – 100.**

**20.2. Opis sposobu obliczenia ceny.**

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019r., poz. 178 ze zm.).

Cenę oferty w ramach poszczególnych zadań stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz szczegółowego formularza ofertowego, **stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.**

**Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

- 20.3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
- 20.4. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia.
- 20.5. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
- 20.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 20.7. Zgodnie z art. 225 Pzp., jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
- 20.8. Informację w powyższym zakresie, o którym mowa w pkt. 20.8., wykonawca składa **w załączniku nr 1 do SWZ**. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

## **21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **22. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **23. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA – NIE DOTYCZY**

## **24. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.**

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

**25. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.**

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

**26. ODRZUCENIE OFERTY**

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 226 Pzp.

**27. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.**

Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 255 Pzp.

**28. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

28.1. Po wyborze oferty, Wykonawca dostarczy zamawiającemu: **NIE DOTYCZY**

28.2. Umowa może zostać podpisana w siedzibie Zamawiającego lub poprzez korespondencję email po ówczesnym obustronnym podpisaniu umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**29. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.**

29.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

29.2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

29.3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomi Wykonawcę za pomocą [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl)

29.4. Wzór umowy stanowi część IV SWZ.

**30. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

## **CZĘŚĆ II      DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ**

### **1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań. Każde zadanie stanowi odrębną ofertę częściową. Wykonawca składa jedną ofertę w zakresie dowolnie wybranej jednej lub kilku części.

Podział przedmiotu zamówienia na części został opisany w pkt. 3.3 SWZ.

### **2. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

### **3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 P.Z.P.**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 P.z.p.

### **4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### **5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.**

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

### **6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

Nie dotyczy postępowania.

### **7. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

### **8. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW – *NIE DOTYCZY***

**CZĘŚĆ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się **w załączniku nr 5 do SWZ, opisane jako PARAMETR WYMAGANY.**



**CZĘŚĆ IV**  
**WZÓR UMOWY**

(wzór) **UMOWA NR DZP/...../2021**  
**NA ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA**  
z dnia .....

pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,**

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

.....,

który oświadcza co następuje:

1. **nazwa firmy, siedziba i adres: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,**  
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15
2. **Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:**  
Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325  
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

a:

1. **nazwa firmy, siedziba i adres:**
2. Zarejestrowaną w: Sądzie ..... Krajowego Rejestru Sądowego KRS  
.....
3. NIP: ....., REGON: .....  
zwanym dalej Wykonawcą  
reprezentowaną przez:  
.....

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

**Przedmiot umowy**

**§1**

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu medycznego w ramach postępowania **na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”**, zwaną dalej przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
  - a) dostarczenie przedmiotu umowy,
  - b) instalację,
  - c) uruchomienie,
  - d) obsługę serwisową w okresie gwarancji,
  - e) gwarancję,
  - f) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyposażenia i sprzętu medycznego (dalej też Sprzęt), którego rodzaj i parametry techniczne określone zostały w załączniku nr ... do SWZ a ceny w ofercie i formularzu ofertowo- cenowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie SWZ oraz warunkami wynikającymi z treści niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Sprzęt:
  - a) jest fabrycznie nowy, kompletny, zgodny oraz dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - b) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne;
  - c) jest wolny od wad fizycznych i prawnych;
  - d) nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

### **Termin realizacji umowy**

#### **§2**

Umowa będzie zrealizowana **do 30 dni od daty podpisania umowy.**

### **Wynagrodzenie**

#### **§ 3**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe (zadania) kalkulowane jest w oparciu o ceny określone **w załączniku nr .....** do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć kwoty:  
brutto: ..... zł  
(słownie:...../100)  
netto: ..... zł + należny podatek VAT ..... zł
3. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny nie ulegną podwyższeniu.
4. **W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy.**

### **Warunki realizacji umowy**

#### **§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 i 2 oraz dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę.  
Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia zostanie każdorazowo potwierdzony Protokołem Odbioru i Uruchomienia podpisanym przez obie Strony. Sprzęt może być dostarczany sukcesywnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dacie dostawy.
2. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania, i ubezpieczenia Sprzętu do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie oraz przeszkolenia pracowników.
3. Wykonawca będzie dostarczał Sprzęt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu razem ze Sprzętem:
  - a) instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim;
  - b) dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych zalecanych przez producenta – (jeżeli dotyczy);
  - c) dokument gwarancyjny w języku polskim;
  - d) dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu umowy wypełniony paszport techniczny.
5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.
6. Po dostarczeniu Sprzętu Zamawiający będzie wymagał na koszt Wykonawcy przeprowadzenia szkolenia **w dwóch terminach** wskazanego przez niego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym obsługę elementów przedmiotu umowy. Zamawiający wskaże termin za pośrednictwem e-maila określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu.
7. Każdy dostarczany Sprzęt będzie rozpakowany wyłącznie przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu.
8. W przypadku dostaw sukcesywnych dotyczących jednostkowego zamówienia, Zamawiający będzie potwierdzał prawidłowe wykonanie dostawy częściowej protokołami odbioru częściowego.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze dostarczenia Sprzętu niezgodnego z zaoferowanym, nie posiadającego wszystkich zaoferowanych parametrów, uszkodzonego, lub nie dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek czy braków będzie uważał za brak realizacji przedmiotu umowy.
10. Po dostawie całego przedmiotu umowy (całego Sprzętu objętego umową) Strony podpiszą protokół Odbioru i Uruchomienia przedmiotu umowy.
11. Strony ustalają następujących przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu umowy, w tym do uzgadniania terminów dostaw częściowych:

Ze strony Wykonawcy: .....  
tel:.....  
Kom.:.....  
fax:.....  
e-mail: .....  
Ze strony Zamawiającego: .....  
tel:.....  
Kom.:.....  
fax:.....  
e-mail: .....

### **Warunki płatności**

#### **§5**

1. Za prawidłowo zrealizowaną dostawę częściową Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie do **30 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT**.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący skrót **SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM**. W razie podania innych nazw niż wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uważał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną.
3. Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:  
.....
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy fakturę w wersji papierowej lub elektronicznej na adres e-mail [dlibor@szpital.zabrze](mailto:dlibor@szpital.zabrze) w formatach PDF oraz .xml lub .fak.
6. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:
  - a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
  - b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej w ust. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

### **Gwarancja**

#### **§6**

1. Wykonawca udziela ..... **miesięcznej gwarancji** na Sprzęt, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru i Uruchomienia Przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny dostarczony wraz z przedmiotem umowy. W razie rozbieżności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym a postanowieniami umowy, zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy wraz z uszkodzeniami mechanicznymi nie wynikającymi z winy Zamawiającego.  
„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:
  - a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub instrukcją serwisową;
  - b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
  - c) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
  - d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

- e) normalnego zużycia rzeczy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
  4. Obsługa serwisowa w okresie gwarancji będzie wykonywana przez autoryzowane serwisy techniczne, których nazwy oraz adresy podane są **w załączniku nr .... do umowy.**
  5. O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.
  6. Wykonawca gwarantuje usunięcie usterek i wad w terminie do **10 dni roboczych** licząc od dnia zgłoszenia awarii na piśmie, emailem lub faksem a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – **w terminie do 14 dni roboczych.**
  7. Każda awaria powodować będzie przedłużenie okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w niniejszej umowie.
  8. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy **3 (trzy)** naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego).
  9. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył nowy Sprzęt w wyniku zapisów ust. 8 niniejszego paragrafu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część w przedmiocie umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później. W pozostałych przypadkach termin gwarancji wynosi 6 miesięcy od chwili dostarczenia i wymiany podzespołu i modułu, jednak nie krócej niż do końca pierwotnego okresu gwarancji. Strony ustalają, że termin gwarancji rozpoczyna bieg na nowo w każdej z ww. okoliczności jednorazowo.
  10. Zalecane przez producentów przedmiotu umowy przeglądy i czynności konserwacyjne w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie (wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany podczas przeglądu), zgodnie z wymogami producenta przez autoryzowany serwis, przy czym w ostatnim miesiącu gwarancji Wykonawca wykona gruntowny bezpłatny przegląd przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie będzie się odbywać przez Zamawiającego bezpośrednio do autoryzowanego serwisu producenta (podanego przez Wykonawcę). Serwis dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawi protokół sprawności urządzenia oraz przedstawi kartę pracy, która dodatkowo potwierdzi wykonanie czynności.
  11. Koszt transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy, przy naprawach gwarancyjnych, pokrywa Wykonawca.
  12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić części zamienne i materiały eksploatacyjne do urządzenia **przez okres minimum 7 lat od daty dostarczenia przedmiotu umowy** do siedziby Zamawiającego.
  13. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia posiada zainstalowane oprogramowanie, Zamawiający wymaga bezpłatnej jego aktualizacji w trakcie trwania gwarancji.
  14. Jeżeli warunki udzielonej przez producenta gwarancji na materiały i urządzenia są korzystniejsze i przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, stosuje się postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
  15. Uchybienie terminom określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody Sądu – wykonanie zastępcze. Zamawiający obciąży Wykonawcę na podstawie noty księgowej z faktury VAT, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

### **Kary umowne i zakończenie umowy**

#### **§7**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
  - a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto danego zadania, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,
  - b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku określonego w § 4 ust. 6,
  - c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 6 ust. 6 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);
  - d) za niedopełnienie obowiązków o których mowa w § 6 ust. 12 w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;
  - e) za nie wykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów technicznych określonych na podstawie dokumentów o których mowa w § 4 ust 4b i § 6 ust. 10 w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przegląd;
  - f) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto danego zadania, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy na dane zadanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  - g) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, jest uprawniony do dochodzenia kar umownych nawet w przypadku, gdyby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowych w zakresie danego zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którymi są w szczególności:
  - a) niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 7 – 9.
  - b) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 6 ust. 6 w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację,
  - c) nie wywiązanie się z realizacji obowiązku określonego w § 2 w ciągu kolejnych 15 dni po terminie przewidzianym na ich realizację.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie wierzytelności wynikającej z noty księgowej z faktury VAT, o której mowa w § 5 ust 1 aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyżej, Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną **do 21 dni** od daty wystawienia jej przez Zamawiającego.
6. Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody na zasadach ogólnych.
7. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
8. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.
9. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

### **Podwykonawcy**

#### **§8**

Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy, powierzone za zgodą Zamawiającego osobom trzecim, nie będzie miało wpływu na jakość, terminowość i warunki wykonania Umowy.

## **Ochrona danych osobowych**

### **§9**

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jeżeli zachodzić będzie konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych strony zawrą odpowiednią umowę w tym zakresie.

## **Warunki zmiany postanowień zawartej umowy**

### **§10**

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku wystąpienia gwałtownej dekonstrukcji lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.
4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

## **Postanowienia końcowe**

### **§11**

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek formie przewidzianej w prawie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (art. Z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.
2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nastąpić mogą w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych, a także inne przepisy ogólnie obowiązujące.

5. Umowę sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach tj. dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy – dotyczy formy papierowej.
6. W przypadku umowy sporządzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za datę podpisania umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu ostatniej ze Stron.

Załączniki do umowy:

.....

|              |            |
|--------------|------------|
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
|--------------|------------|

|             |  |
|-------------|--|
| SPRAWDZONO: |  |
|             |  |

**CZĘŚĆ VI** WZORY FORMULARZY

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| Załącznik 1  | - | Oferta   |
| Załącznik 1a | - | Szczegółowy formularz ofertowo-cenowy  |
| Załącznik 2  | - | JEDZ   |
| Załącznik 3  | - | Oświadczenie wykonawcy – potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. |
| Załącznik 4  | - | Oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa  |
| Załącznik 5  | - | Potwierdzenie dotyczące spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego  |



.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

.....  
data sporządzenia oferty

**OFERTA**

**Nazwa zamówienia:**

**ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA**

**Znak sprawy: ZP/45/PN/2021**

**Zamawiający:**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

.....  
Podpis Wykonawcy

| <b>OFERTA</b>   |   |
|---|---|
| <b>Nazwa Zamawiającego</b>                              | <b>Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1<br/>Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego<br/>w Katowicach</b> |
| <b>Siedziba Zamawiającego</b>                           | <b>ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze</b>   |
| <b>Nazwa zamówienia</b>                                 | <b>ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA</b>   |
| <b>Nazwa Wykonawcy</b>                                  |   |
| <b>Adres Wykonawcy</b>                                  |   |
| <b>Województwo</b>                                      |   |
| <b>Osoba do kontaktu (imię i nazwisko)</b>              |   |
| <b>Telefon</b>  |   |
| <b>e-mail</b>   |   |
| <b>REGON / NIP/ KRS</b>                                 |   |
| <b>Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy</b> |   |
| <b>Wielkość Przedsiębiorstwa <sup>1</sup></b>           | <input type="checkbox"/> mikro <input type="checkbox"/> małe <input type="checkbox"/> średnie <input type="checkbox"/> duże             |

<sup>1</sup> Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Oferta częściowa – ZADANIE NUMER 1**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1a, za łączną cenę w wysokości:

**cena brutto:** ..... PLN

słownie: .....

VAT ..... %

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin wykonania zamówienia: **30 dni od daty podpisania umowy.**

Oferowany termin gwarancji: .....**(Zamawiający wymaga min. 24 miesięcy gwarancji)**

Termin płatności: **30 dni od wystawienia faktury VAT**

**Oferta częściowa – ZADANIE NUMER 2**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1a, za łączną cenę w wysokości:

**cena brutto:** ..... PLN

słownie: .....

VAT ..... %

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin wykonania zamówienia: **30 dni od daty podpisania umowy.**

Oferowany termin gwarancji: .....**(Zamawiający wymaga min. 24 miesięcy gwarancji)**

Termin płatności: **30 dni od wystawienia faktury VAT**

**Oferta częściowa – ZADANIE NUMER 3**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1a, za łączną cenę w wysokości:

**cena brutto:** ..... PLN

słownie: .....

VAT ..... %

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin wykonania zamówienia: **30 dni od daty podpisania umowy.**

Oferowany termin gwarancji: .....**(Zamawiający wymaga min. 24 miesięcy gwarancji)**

Termin płatności: **30 dni od wystawienia faktury VAT**

**Oferta częściowa – ZADANIE NUMER 4**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1a, za łączną cenę w wysokości:

**cena brutto:** ..... PLN

słownie: .....

VAT ..... %

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin wykonania zamówienia: **30 dni od daty podpisania umowy.**

Oferowany termin gwarancji: .....**(Zamawiający wymaga min. 24 miesięcy gwarancji)**

Termin płatności: **30 dni od wystawienia faktury VAT**

#### **Oferta częściowa – ZADANIE NUMER 5**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1a, za łączną cenę w wysokości:

**cena brutto:** ..... PLN

słownie: .....

VAT ..... %

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin wykonania zamówienia: **30 dni od daty podpisania umowy.**

Oferowany termin gwarancji: .....**(Zamawiający wymaga min. 24 miesięcy gwarancji)**

Termin płatności: **30 dni od wystawienia faktury VAT**

1. Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi\* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

| L.p.  | Nazwa przedmiotu zamówienia, którego wykonanie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego | Wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku |
|-------|--|---|
| 1.    |  |   |
| (...) |  |   |

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.
3. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.
4. Oświadczam, że:
  - zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;
  - jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;
  - zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie;
  - uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia,
  - oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
5. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SWZ.
6. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SWZ.
8. Oświadczam, że:
  - wykonam zadanie siłami własnymi
  - albo\*

- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) \* o ile są znani na etapie składania oferty:

| L.p. | Nazwa i adres Podwykonawcy | Zakres zlecany Podwykonawcy |
|------|----------------------------|-----------------------------|
|      |                            |                             |
|      |                            |                             |

9. Oświadczam, że zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp. (dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

| L.p. | Nazwa i adres wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Zakres dostaw/ usług/ robót budowlanych, które zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
|------|--|---|
|      |  |   |
|      |  |   |

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu na: **ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA\***.

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczętka Wykonawcy

**SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY**

| <b>ZADANIE NR 1 - WIDEBRONCHOSKOPY</b> |                              |              |                         |                      |            |                       |                  |                      |
|--|------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| <b>L.p.</b>                            | <b>Przedmiot zamówienia</b>  | <b>Ilość</b> | <b>Cena jedn. netto</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>VAT</b> | <b>Wartość brutto</b> | <b>Producent</b> | <b>Nr Katalogowy</b> |
| 1                                      | DOSTAWA<br>WIDEBRONCHOSKOPÓW | 2 szt.       |                         |                      |            |                       |                  |                      |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczętka Wykonawcy

**SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY**

| <b>ZADANIE NUMER 2 – BRONCHOSKOP SZTYWNY Z ZESTAWEM OPTYK (TELESKOPÓW) I NARZĘDZI</b> |   |              |                         |                      |            |                       |                  |                      |
|---|---|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| <b>L.p.</b>   | <b>Przedmiot zamówienia</b>   | <b>Ilość</b> | <b>Cena jedn. netto</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>VAT</b> | <b>Wartość brutto</b> | <b>Producent</b> | <b>Nr Katalogowy</b> |
| 1   | Dostawa bronchoskopu sztywnego z zestawem optyk (teleskopów) i narzędzi | 1 szt.       |                         |                      |            |                       |                  |                      |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

**SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY**

| <b>ZADANIE NUMER 3 – WIDEBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EBUS)</b> |   |              |                         |                      |            |                       |                  |                      |
|--|---|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| <b>L.p.</b>  | <b>Przedmiot zamówienia</b>                           | <b>Ilość</b> | <b>Cena jedn. netto</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>VAT</b> | <b>Wartość brutto</b> | <b>Producent</b> | <b>Nr Katalogowy</b> |
| 1  | Dostawa wideobronchoskopu ultrasonograficznego (EBUS) | 1 szt.       |                         |                      |            |                       |                  |                      |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy



**SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY**

| <b>ZADANIE NUMER 4 – SONDY RADIALNE USG WRAZ Z OSPRZĘTEM DO BIOPSI OBWODOWYCH GUZÓW PŁUCA</b> |  |              |                         |                      |            |                       |                  |                      |
|---|--|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| <b>L.p.</b>   | <b>Przedmiot zamówienia</b>  | <b>Ilość</b> | <b>Cena jedn. netto</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>VAT</b> | <b>Wartość brutto</b> | <b>Producent</b> | <b>Nr Katalogowy</b> |
| 1   | Dostawa sond radialnych USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca | 2 szt.       |                         |                      |            |                       |                  |                      |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

**SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY**

| <b>ZADANIE NUMER 5 – TOR WIZYJNY ZAWIERAJĄCY ŹRÓDŁO ŚWIATŁA, PROCESOR OBRAZU ENDOSKOPOWEGO, MONITOR(Y) I URZĄDZENIA PERYFERYJNE</b> |   |              |                         |                      |            |                       |                  |                      |
|---|---|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| <b>L.p.</b>   | <b>Przedmiot zamówienia</b>   | <b>Ilość</b> | <b>Cena jedn. netto</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>VAT</b> | <b>Wartość brutto</b> | <b>Producent</b> | <b>Nr Katalogowy</b> |
| 1   | Dostawa toru wizyjnego zawierającego źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y) i urządzenia peryferyjne | 1 szt.       |                         |                      |            |                       |                  |                      |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczętka Wykonawcy

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....  
.....

*(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego i dotyczący art. 108 pkt. 3, pkt. 6 Pzp., pozostają nadal aktualne.

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis)*

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

**Wykonawca:**

.....  
.....

.....  
*(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  
reprezentowany przez:

.....  
.....

*(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),**

\* Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.,

\* Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Przedkładam dokumenty/ informacje\* potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis)*

\* *niepotrzebne skreślić*

**ZADANIE NUMER 1**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....  
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)

**POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**DOSTAWA WIDEBRONCHOSKOPÓW – 2 SZT.**

|                                       | Informacje podstawowe |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |                       |
| Producent, podać pełną nazwę i adres  |                       |
| Kraj i rok produkcji                  |                       |
| Urządzenie fabrycznie nowe            |                       |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić:   |
|-----|-------------------|-------------------|---|
|     |                   |                   | <p><b>1. parametr oferowany;</b></p> <p><b>2. wskazać nr strony,</b> na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru;</p> <p>Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien <b>wyraźnie wskazać</b> przy opisywanym parametrze <b>nr liczby</b> porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza.</p> <p>W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, <b>Wykonawca winien udokumentować</b></p> |

|                                       |   |     |  |
|---------------------------------------|---|-----|--|
|                                       |   |     | i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego; |
| <b>Wideobronchoskop HDTV – 1 szt.</b> |   |     |  |
| 1                                     | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy  | TAK |  |
| 2                                     | Obrazowanie w systemie HDTV   | TAK |  |
| 3                                     | Kąt obserwacji, min. 120 [°]  | TAK |  |
| 4                                     | Kierunek widzenia 0 [°]   | TAK |  |
| 5                                     | Głębina ostrego widzenia, min. 3 ÷ 100 [mm]   | TAK |  |
| 6                                     | Średnica zewnętrzna sondy, max. 6,2 [mm]  | TAK |  |
| 7                                     | Średnica kanału roboczego, min. 2,9 [mm]  | TAK |  |
| 8                                     | Kąty zagięcia końcówki endoskopu w górę/dół, min. 180/130 [°]   | TAK |  |
| 9                                     | Długość robocza, min. 600 [mm]  | TAK |  |
| 10                                    | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu, min. 4   | TAK |  |
| 11                                    | Dostępna funkcja obrotu sondy prawo/lewo 120 [°]/ 120 [°]   | TAK |  |
| 12                                    | Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem  | TAK |  |
| 13                                    | Oferowany wideobronchoskop w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego procesorem video model EVIS EXERA III CV-190 lub EVIS X1 CV-1500 (producent procesora Olympus) | TAK |  |
| <b>Wideobronchoskop – 1 szt.</b>      |   |     |  |
| 1                                     | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy  | TAK |  |
| 2                                     | Kąt obserwacji, min. 90 [°]   | TAK |  |
| 3                                     | Kierunek widzenia 0 [°]   | TAK |  |
| 4                                     | Głębina ostrego widzenia, min. 2 ÷ 50 [mm]  | TAK |  |
| 5                                     | Średnica zewnętrzna sondy, max. 3,8 [mm]  | TAK |  |
| 6                                     | Średnica kanału roboczego, min. 1,7 [mm]  | TAK |  |
| 7                                     | Kąty zagięcia końcówki endoskopu w górę/dół, min. 210/130 [°]   | TAK |  |
| 8                                     | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu, min. 4   | TAK |  |
| 9                                     | Dostępna funkcja obrotu sondy prawo/lewo 120 [°]/ 120 [°]   | TAK |  |
| 10                                    | Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem  | TAK |  |
| 11                                    | Oferowany wideobronchoskop w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem video model EVIS EXERA III CV-190 lub EVIS X1 CV-1500 (producent procesora Olympus) | TAK |  |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

**ZADANIE NUMER 2**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)*

**POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**DOSTAWA BRONCHOSKOPU SZTYWNEGO Z ZESTAWEM OPTYK (TELESKOPOW) I NARZĘDZI –  
1 SZT.**

|                                       | Informacje podstawowe |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |                       |
| Producent, podać pełną nazwę i adres  |                       |
| Kraj i rok produkcji                  |                       |
| Urządzenie fabrycznie nowe            |                       |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić:<br><br>1. parametr oferowany;<br><br>2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru;<br><br>Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien <b>wyraźnie wskazać</b> przy opisywanym parametrze <b>nr liczby</b> porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza.<br><br>W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, <b>Wykonawca winien udokumentować</b> i wykazać tożsamość nazwy parametru |
|-----|-------------------|-------------------|---|
|     |                   |                   |   |

|   |  |     | producenta z nazwą parametru<br>wymaganego przez Zamawiającego; |
|---|--|-----|---|
| <b>Bronchoskop sztywny z zestawem optyk (teleskopów) i narzędzi</b> |  |     |   |
| 1   | Baza bronchoskopu sztywnego wielorazowego zintegrowana z optyką o wymiarach 4,4mm szerokość, 2mm wysokość, kąt patrzenia 17°, długość 314 mm – 3 szt.  | TAK |   |
| 2   | Rura bronchoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1, średnica wewnętrzna 6mm, zewnętrzna 10mm, długość 305 mm z okienkiem dystalnym – 2 szt.                      | TAK |   |
| 3   | Rura bronchoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1, średnica wewnętrzna 8mm, zewnętrzna 12mm, długość 310 mm z okienkiem dystalnym – 2 szt.                      | TAK |   |
| 4   | Rura bronchoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1, średnica wewnętrzna 8mm, zewnętrzna 12mm, długość 310mm bez okienka dystalnego – 2 szt.                      | TAK |   |
| 5   | Rura bronchoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1, średnica wewnętrzna 10mm, zewnętrzna 14mm, długość 318mm z okienkiem dystalnym – 2 szt.                      | TAK |   |
| 6   | Rura bronchoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1, średnica wewnętrzna 12mm, zewnętrzna 16mm, długość 325mm z okienkiem dystalnym – 2 szt.                      | TAK |   |
| 7   | Rura bronchoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1, średnica wewnętrzna 14mm, zewnętrzna 18mm, długość 330mm z okienkiem dystalnym – 2 szt.                      | TAK |   |
| 8   | Kleszczyki wielorazowe do ciał obcych, aligator długie szczęki, średnica kanału endoskopu od 6 mm, długość narzędzia 450 mm – 1 szt.   | TAK |   |
| 9   | Kleszczyki wielorazowe, uniwersalne, szczęki długie, średnica kanału endoskopu od 6 mm, długość narzędzia 450 mm – 1 szt.  | TAK |   |
| 10  | Kleszczyki wielorazowe biopsyjne, miseczki owalne, długie, ostre, średnica kanału endoskopu od 6 mm, długość narzędzia 450 mm – 1 szt.   | TAK |   |
| 11  | Kleszczyki wielorazowe do usuwania miękkich ciał obcych, miseczki bardzo długie z ząbkami na całej powierzchni i okienkami, średnica kanału endoskopu od 6 mm, długość narzędzia 450 mm – 1 szt. | TAK |   |
| 12  | Prowadnica wielorazowa do lasera, średnica wewnętrzna 0,8 mm, długość narzędzia 450 mm – 1 szt.  | TAK |   |
| 13  | Adapter wielorazowy kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1 do wentylacji JET wejście wentylacji po złączu luer-lock – 2 szt.  | TAK |   |
| 14  | Uniwersalna wielorazowa zatyczka do rur wymiennych bronchoskopowych, kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1 – 2 szt.  | TAK |   |
| 15  | Światłowód wielorazowy kompatybilny z bazą bronchoskopu z pkt. 1, długość 2,3mm, średnica wiązki 2,5mm – 2 szt.  | TAK |   |
| 16  | Pojemnik wielorazowy do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i bronchoskopu sztywnego zintegrowana z optyką, wymiary pojemnika 600x200x60 mm – 2 szt.                          | TAK |   |
| 17  | Aplikator wielorazowy do stentów silikonowych drzewa oskrzelowego, kompatybilny z ww. elementami bronchoskopu, zakres stentów do 15 mm średnicy – 1 szt.   | TAK |   |



SWZ na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca znak: **ZP/45/PN/2021**

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 18 | Aplikator wielorazowy do stentów silikonowych drzewa oskrzelowego, kompatybilny z ww. elementami bronchoskopu, zakres stentów od 15 mm średnicy – 1 szt.   | TAK |  |
| 19 | Rura tracheoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1 średnica wewnętrzna 10 mm, średnica zewnętrzna 14 mm, długość 300mm do aplikatora stentów z pkt. 17,18 – 1 szt.   | TAK |  |
| 20 | Rura tracheoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1 średnica wewnętrzna 12 mm, średnica zewnętrzna 16 mm, długość 300mm do aplikatora stentów z pkt. 17,18 – 1 szt.   | TAK |  |
| 21 | Rura tracheoskopowa wielorazowa wymienna kompatybilna z bazą bronchoskopu z pkt. 1 średnica wewnętrzna 14 mm, średnica zewnętrzna 18 mm, długość 300mm do aplikatora stentów z pkt. 17,18 – 1 szt.   | TAK |  |
| 22 | Kleszczyki wielorazowe chwytające, do chwytania silikonowych i metalowych stentów oraz twardych ciał obcych, regulowane ruchome blansze, śr. zew. 5,2 mm, dł. 483 mm. Kompatybilne z kompatybilny z ww. elementami bronchoskopu – 1 szt.           | TAK |  |
| 23 | Pojemnik wielorazowy do transportu, przechowywania i sterylizacji aplikatorów do stentów i narzędzi 500x200x60 mm – 1 szt.   | TAK |  |
| 24 | Zestaw stentów silikonowych do ćwiczeń stentowania do ww. systemu bronchoskopowego i aplikatorów. Stent Y rozmiar 15mm, Stent prosty tchawiczy 18mm, Stent prosty oskrzelowy 12 mm, Stent podgłośniowy 14 mm, Stent post-intubacyjny 16mm – 1 szt. | TAK |  |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

**ZADANIE NUMER 3**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)*

**POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**DOSTAWA WIDEBRONCHOSKOPU ULTRASONOGRAFICZNEGO (EBUS) – 1 SZT.**

|                                       | Informacje podstawowe |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |                       |
| Producent, podać pełną nazwę i adres  |                       |
| Kraj i rok produkcji                  |                       |
| Urządzenie fabrycznie nowe            |                       |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić:  |
|-----|-------------------|-------------------|--|
|     |                   |                   | <p><b>1. parametr oferowany;</b></p> <p><b>2. wskazać nr strony,</b> na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru;</p> <p>Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien <b>wyraźnie wskazać</b> przy opisywanym parametrze <b>nr liczby</b> porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza.</p> <p>W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, <b>Wykonawca winien udokumentować</b> i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru</p> |

|  |  |     | wymaganego przez Zamawiającego; |
|--|--|-----|---------------------------------|
| <b>Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) – 1 szt.</b> |  |     |                                 |
| 1  | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy   | TAK |                                 |
| 2  | Zakres skanowania USG min. 60 [°]  | TAK |                                 |
| 3  | Kanał roboczy min. 2,2 mm  | TAK |                                 |
| 4  | Długość robocza sondy wzornikowej 600 mm   | TAK |                                 |
| 5  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wzornikowej: góra 160 [°], dół 70 [°]  | TAK |                                 |
| 6  | Średnica zewnętrzna sondy wzornikowej max 6,3 mm   | TAK |                                 |
| 7  | Głębokość ostrości min. 2-50 mm  | TAK |                                 |
| 8  | Minimum 4 dowolnie programowalne przyciski rękojeści endoskopu   | TAK |                                 |
| 9  | Oferowany aparat w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego demontowalnym przewodem do podłączenia z aparatem USG   | TAK |                                 |
| 10   | Oferowany aparat w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem video model EVIS EXERA III CV-190 lub EVIS X1 CV-1500 (producent procesora" Olympus) | TAK |                                 |
| 11   | Oferowany aparat w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem USG   | TAK |                                 |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczętka Wykonawcy

**ZADANIE NUMER 4**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)*

**POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**DOSTAWA SOND RADIALNYCH USG WRAZ Z OSPRZĘTEM DO BIOPSJI OBWODOWYCH GUZÓW  
PŁUCA – 2 SZT.**

|                                       | Informacje podstawowe |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |                       |
| Producent, podać pełną nazwę i adres  |                       |
| Kraj i rok produkcji                  |                       |
| Urządzenie fabrycznie nowe            |                       |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić:   |
|-----|-------------------|-------------------|---|
|     |                   |                   | <p><b>1. parametr oferowany;</b></p> <p><b>2. wskazać nr strony,</b> na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru;</p> <p>Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien <b>wyraźnie wskazać</b> przy opisywanym parametrze <b>nr liczby</b> porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza.</p> <p>W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, <b>Wykonawca winien udokumentować</b> i wykazać tożsamość nazwy parametru</p> |

|   |  |     |   |
|---|--|-----|---|
|   |  |     | producenta z nazwą parametru<br>wymaganego przez Zamawiającego; |
| <b>Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca – 2 szt.</b> |  |     |   |
| 1   | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie<br>powystawowy                              | TAK |   |
| 2   | Skanowanie mechaniczne, radialne<br>częstotliwość skanowania wysokiej rozdzielczości - 20MHz | TAK |   |
| 3   | Zakres skanowania mechanicznego 360 [°]  | TAK |   |
| 4   | Średnica końcówki sondy: 1,4 mm  | TAK |   |
| 5   | Długość robocza: 2150 mm   | TAK |   |
| 6   | Współpraca z endoskopem posiadającym kanał roboczy -<br>1,7 mm                               | TAK |   |
| 7   | Współpraca z posiadaną centralą USG EU-ME 2 oraz<br>napędem mechanicznym minisond            | TAK |   |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczętka Wykonawcy

**ZADANIE NUMER 5**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)*

**POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**DOSTAWA TORU WIZYJNEGO ZAWIERAJĄCEGO ŹRÓDŁO ŚWIATŁA, PROCESOR OBRAZU  
ENDOSKOPOWEGO, MONITOR(Y) I URZĄDZENIA PERYFERYJNE – 1 SZT.**

|                                       | Informacje podstawowe |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |                       |
| Producent, podać pełną nazwę i adres  |                       |
| Kraj i rok produkcji                  |                       |
| Urządzenie fabrycznie nowe            |                       |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić:   |
|-----|-------------------|-------------------|---|
|     |                   |                   | <p><b>1. parametr oferowany;</b></p> <p><b>2. wskazać nr strony,</b> na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru;</p> <p>Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien <b>wyraźnie wskazać</b> przy opisywanym parametrze <b>nr liczby</b> porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza.</p> <p>W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, <b>Wykonawca winien udokumentować</b> i wykazać tożsamość nazwy parametru</p> |

|   |   |     | producenta z nazwą parametru<br>wymaganego przez Zamawiającego; |
|---|---|-----|---|
| <b>PARAMETRY OGÓLNE</b>                 |   |     |   |
| 1                                       | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondujowany, nie powystawowy, rok produkcji 2020 lub nowszy   | TAK |   |
| 2                                       | Deklaracja zgodności i certyfikat CE w klasie min. II b zgodne z aktualnie obowiązującym prawem ( w tym dyrektywy UE)   | TAK |   |
| <b>STEROWNIK KAMERY DO LAPAROSKOPII</b> |   |     |   |
| 3                                       | Sterownik kamery obsługujący rozdzielczość Full HD ( obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080p, WUXGA, SXGA )   | TAK |   |
| 4                                       | Sterownik kamery kompatybilny z zestawem marki Olympus będącym na wyposażeniu bloku operacyjnego  | TAK |   |
| 5                                       | Sterownik kamery zintegrowany ze źródłem światła LED  | TAK |   |
| 6                                       | Sterownik kamery z wbudowanym panelem dotykowym do sterowania urządzeniem   | TAK |   |
| 7                                       | Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu do laparoskopii   | TAK |   |
| 8                                       | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery Full HD   | TAK |   |
| 9                                       | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe HD-SDI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz )   | TAK |   |
| 10                                      | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe wideo DVI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz )  | TAK |   |
| 11                                      | Sterownik kamery wyposażony minimum w jedno 1 wyjście analogowe COMP  | TAK |   |
| 12                                      | Sterownik kamery wyposażony minimum w jedno 1 wyjście analogowe sygnału wideo Y/C   | TAK |   |
| 13                                      | Sterownik kamery posiadający min. jedno gniazdo USB na panelu przednim sterownika kamery do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash  | TAK |   |
| 14                                      | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny  | TAK |   |
| 15                                      | Funkcje zapisu zdjęć w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery   | TAK |   |
| 16                                      | Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG   | TAK |   |
| 17                                      | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 8 poziomów regulacji jasności   | TAK |   |
| 18                                      | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery   | TAK |   |
| 19                                      | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana w menu sterownika kamery   | TAK |   |
| 20                                      | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery   | TAK |   |
| 21                                      | Możliwość zaprogramowania dwóch przycisków głowicy kamery w celu nagrania zdjęć i sekwencji wideo na zewnętrznym systemie archiwizującym  | TAK |   |
| 22                                      | Funkcja obrotu obrazu o 180°  | TAK |   |
| 23                                      | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 3 poziomy regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery  | TAK |   |
| 24                                      | Sterownik kamery wyposażony w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR | TAK |   |
| 25                                      | Funkcja wyświetlania wybranego trybu koloru, trybu obserwacji oraz trybu wzmocnienia obrazu na ekranie  | TAK |   |

|                                     |   |     |  |
|-------------------------------------|---|-----|--|
|                                     | monitora operacyjnego   |     |  |
| 26                                  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:<br>a) indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,<br>b) indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.<br>Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników. | TAK |  |
| 27                                  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive   | TAK |  |
| 28                                  | Stopień ochrony min. CF   | TAK |  |
| <b>PROCESOR VIDEO DO ENDOSKOPII</b> |   |     |  |
| 29                                  | Procesor video kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego gastrofiberoskopami i videobronchoskopami marki Olympus;  | TAK |  |
| 30                                  | Procesor video ze zintegrowanym źródłem światła w technologii 5 LED;  | TAK |  |
| 31                                  | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: UHD 4K, HDTV, SDTV;   | TAK |  |
| 32                                  | Procesor video wyposażony w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej;   | TAK |  |
| 33                                  | Zapisywanie ustawień funkcji do 20 użytkowników;  | TAK |  |
| 34                                  | Procesor video posiadający min. jedno gniazdo USB na panelu przednim sterownika kamery do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash;   | TAK |  |
| 35                                  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem;   | TAK |  |
| 36                                  | Kompatybilność z endoskopami marki Olympus serii 190, 290, 1100, 1500 oraz 165;   | TAK |  |
| 37                                  | Dodatkowy sterownik kamery kompatybilny z oferowanym procesorem umożliwiający używanie endoskopów serii 180 oraz 260; w zestawie przewód do połączenia z procesorem video oraz konwerter.   | TAK |  |
| 38                                  | Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG;  | TAK |  |
| 39                                  | Możliwość rejestracji do 50 zestawów danych pacjenta;   | TAK |  |
| 40                                  | Stopień ochrony min. BF;  | TAK |  |
| <b>MONITOR OPERACYJNY</b>           |   |     |  |
| 41                                  | Monitor 4K  | TAK |  |
| 42                                  | Przekątna ekranu min. 31"   | TAK |  |
| 43                                  | Funkcja Picture in Picture; możliwość rotacji obrazu o 180°;  | TAK |  |
| 44                                  | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli   | TAK |  |
| 45                                  | Mocowanie typu VESA   | TAK |  |
| <b>GŁOWICA KAMERY FULL HD</b>       |   |     |  |
| 46                                  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery - 1 szt.   | TAK |  |
| 47                                  | Głowica kamery kompatybilna z zestawem marki Olympus będącym na wyposażeniu bloku operacyjnego  | TAK |  |
| 48                                  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. Full HD, 16:9, 50/60 Hz  | TAK |  |
| 49                                  | Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery  | TAK |  |
| 50                                  | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)   | TAK |  |
| 51                                  | Waga głowicy kamery poniżej 300 g   | TAK |  |
| 52                                  | Stopień ochrony min. CF   | TAK |  |
| 53                                  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm-4,8 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 2,5 m - 3 m, typ CF - 1 szt, kompatybilny z oferowaną głowicą kamery oraz zestawem marki Olympus dostępnym na bloku operacyjnym.   | TAK |  |



| <b>WÓZEK APARATUROWY</b>                   |   |     |  |
|--|---|-----|--|
| 54   | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach   | TAK |  |
| 55   | Wyposażony w 3 pólki, min. 2 regulowane, min. 12 gniazd do podłączenia urządzeń oraz transformator 220-240 V  | TAK |  |
| 56   | Ramę na monitor o wadze 6-12 kg   | TAK |  |
| 57   | Uchwyt na butlę CO2   | TAK |  |
| 58   | Wieszak min. 4-miejscowy na płyny   | TAK |  |
| 59   | Uchwyt na głowicę kamery HD lub 4K  | TAK |  |
| 60   | Uchwyt na min. 2 pojemniki ssaka  | TAK |  |
| <b>INSUFLATOR CO2</b>                      |   |     |  |
| 61   | System automatycznego oddymiania uruchamiany przy aktywacji kompatybilnej diatermii   | TAK |  |
| 62   | Maksymalny przepływ gazu min. 45 l/min  | TAK |  |
| 63   | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 25 mmHg  | TAK |  |
| 64   | Dostępne trzy tryby przepływu: niski, średni, wysoki w min. dwóch trybach insuflacji:<br>a) normalny 3-25 mmHg<br>b) mały przestrzeni 3-15 mmHg   | TAK |  |
| 65   | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2  | TAK |  |
| 66   | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2   | TAK |  |
| 67   | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta  | TAK |  |
| 68   | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli  | TAK |  |
| 70   | W zestawie: dren do insuflacji z luer lock oraz drenem do filtra CO2, oraz dren do oddymiania.  | TAK |  |
| 71   | Przewód wysokociśnieniowy DIN do podłączenia do źródła CO2 - 1 szt.   | TAK |  |
| 72   | Zestaw drenów do insuflacji, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora. W zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2 - 1 szt.   | TAK |  |
| 73   | Zestaw drenów do oddymiania, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora. W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złącze trójnikowe, krótki dren przedłużający. | TAK |  |
| 74   | Filtr do insuflacji, kompatybilny do oferowanego insuflatora, sterylny, duży, 10 szt./op. - 1 szt.  | TAK |  |
| <b>DODATKOWY MONITOR Z WÓZKIEM JEZDNYM</b> |   |     |  |
| 75   | Przekątna ekranu min. 31";  | TAK |  |
| 76   | Rozdzielczość ekranu 4K UHD ( 3840 x 2160p );   | TAK |  |
| 77   | Mocowanie typu VESA;  | TAK |  |
| 78   | Wózek jezdny do monitora - 1 szt.;  | TAK |  |
| <b>REJESTRATOR CYFROWY</b>                 |   |     |  |
| 79   | Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości 1080p   | TAK |  |
| 80   | Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub ich przesyłanie do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną.   | TAK |  |
| 81   | Możliwość rejestracji sygnałów z 2 kanału jednocześnie  | TAK |  |
| 86   | Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu lub zarządzane zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej  | TAK |  |
| 87   | Monitor dotykowy, rozdzielczość 1920x1080, uchwyt do mocowania na wózku endoskopowym  | TAK |  |
| 88   | Wewnętrzny dysk twardy 1TB  | TAK |  |
| 89   | Format zapisu obrazów: JPG lub BMP  | TAK |  |
| 90   | Format zapisu video: MPEG-4   | TAK |  |

SWZ na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca znak: **ZP/45/PN/2021**

|                       |  |     |  |
|-----------------------|--|-----|--|
| 91                    | Rejestrator wyposażony w 8 gniazd USB, w tym min. 1 gniazdo na panelu przednim urządzenia  | TAK |  |
| 92                    | Możliwość rozbudowy systemu nagrywania sieciowego o kolejne chirurgiczne zestawy endoskopowe   | TAK |  |
| 93                    | Możliwość rozbudowy systemu sieciowej archiwizacji o system komunikacji audio-wideo z dowolnym miejscem poza szpitalem z grupą osób min. 20              | TAK |  |
| 94                    | Rejestrator kompatybilny z dostępnym na bloku operacyjnym zestawem marki Olympus;  | TAK |  |
| 95                    | Możliwość wyświetlania archiwalnych nagrań z sieciowej biblioteki nagrań na monitorze zestawu endoskopowego  | TAK |  |
| <b>INNE WYMAGANIA</b> |  |     |  |
| 96                    | Aktualizacja do najnowszych dostępnych wersji oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji                    | TAK |  |
| 97                    | Komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  |

.....dnia, .....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy