



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-58/24

Tarnów, 2024-07-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę szyny rehabilitacyjnej CPM 2 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5** - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją – po podłączeniu dedykowanego elektrostymulatora), program automatycznie łączący funkcję rozgrzewki, rozciągania prostowania, oscylacji prostowania, rozciągania zgięcia, oscylacji zgięcia i relaksacji (odwróconego programu rozgrzewki) w obrębie jednego zabiegu oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie (w 3 fazach – fazie ruchów w zakresie mniejszym o 5° od nastawionego, fazie rozszerzającym zakres o 1° w każdym cyklu oraz fazie pełnych ruchów do zakończenia terapii)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie szyny rehabilitacyjnej CPM posiadającej programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją – po podłączeniu dedykowanego elektrostymulatora), program automatycznie łączący funkcję rozgrzewki, rozciągania prostowania, oscylacji prostowania, rozciągania zgięcia, oscylacji zgięcia i relaksacji (odwróconego programu rozgrzewki) w obrębie jednego zabiegu oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie (w 3 fazach – fazie ruchów w zakresie mniejszym o 5° od nastawionego, fazie rozszerzającym zakres o 1° w każdym cyklu oraz fazie pełnych ruchów do zakończenia terapii) pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a



Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

