



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 21/01/2024

Chrzanów, 22.01.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu medycznego i materiałów do badań dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 02/2024.

1. Pakiet nr 12

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowa dwustronna szczotka o średnicy z jednej strony 5 mm a z drugiej 10 mm, zakończone kulką do czyszczenia kanałów instrumentów endoskopowych, długości 2300 mm dla średnicy kanałów od 2,8 3,7 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Pakiet nr 19

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowa dwustronna szczotka o średnicy z jednej strony 5 mm a z drugiej 10 mm, zakończone kulką do czyszczenia kanałów instrumentów endoskopowych, długości 2300 mm dla średnicy kanałów od 2,8 3,7 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Pakiet 17

Czy zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nieprostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 17

Czy zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga myjkę zgrzewaną termicznie.

Z poważaniem

