



**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia poniżej progu unijnego
na dostawę gazów medycznych.**

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 do części 1. W związku z możliwością zaoferowania gazu medycznego sprężonego mieszaniny gazów podtlenku azotu 50% i tlenu 50% sprężonego pod ciśnieniem 170 bar op. butla poj.10 -11 litrów o minimalnej zawartości gazu 2,8 m3 prosimy o możliwość właściwego przeliczenia ilości butli w przypadku składania oferty na butlę o pojemności 11 litrów o zawartości gazu 3,23 m3

$$2,8m^3 \times 365 \text{ butli} = 1022 \text{ m}^3$$

$$1022m^3 / 3,23 \text{ m}^3 = 316,4 \text{ butle 11 litrowe}$$

Odp: Tak, potwierdzamy prawidłowe przeliczenie wymaganej w specyfikacji ilości butli z 10L na butle o pojemności 11 L (o zawartości 3,23m3 gazu) w ilości 316,4 szt.

Pytanie 2 do części 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania zaworu oraz ustników z filtrami do podawania mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% różnych producentów, ale kompatybilnych, a zatem bez możliwości powstawania nieszczelności?

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 do części 1. Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu o możliwości podawania ciągłego mieszaniny gazów, podtlenku azotu i tlenu medycznego do 6 h bez konieczności kontrolowania morfologii krwi", dotyczącego gazu medycznego podtlenek azotu medyczny/tlen medyczny 50%/50% v/v. Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że wymóg ten nie ma zastosowania w praktyce. Podczas podawania gazu medycznego podtlenek azotu 50% v/v + tlen 50% v/v przez zawór dozujący wymagany przez Zamawiającego stosuje się dawkowanie z przerwami, a podaż gazu jest indukowana oddechem pacjenta, tym samym nie ma ciągłego podawania. Gaz ten jest z definicji strona 2 z 3 stosowany w „krótkotrwałych bolesnych procedurach medycznych”, w celu zapobieganiu bólowi przy np. nakłuciu lędźwiowym, kaniulacji żył, tym samym stosowany jest krótko. Celem jego zastosowania jest uzyskanie płytkiej analgezji, sedacji bez utraty świadomości, a nie działania anestetycznego. Ponadto zapis ten znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego tylko jednego z zarejestrowanych gazów, a wynika wprost z ryzyka wystąpienia działań niepożądanych „Ciągłe podawanie przez okres dłuższy niż 6 godzin powinno być stosowane z ostrożnością z





powodu potencjalnego ryzyka klinicznych objawów hamującego wpływu na syntezę melatoniny. Przedłużonemu ciągłemu lub powtórnemu stosowaniu powinno towarzyszyć monitorowanie parametrów hematologicznych w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnych działań niepożądanych". Jeszcze raz podkreślamy, iż zapis ten nie ma w danym przypadku uzasadnienia, a jedynie wskazuje na konkretnego Wykonawcę, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Odp: Nie, zamawiający podtrzymuje wymagania jak w SWZ

Pytanie 4 do części 1. Na podstawie art. 16 Ustawy PZP, który mówi o przeprowadzeniu postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego w zakresie zapewnienia bezpiecznej podaży mieszaniny podtlenu azotu z tlenem 50%/50% do rozwiązania określonego w specyfikacji (jednorazowy zawór wydechowy). Proponowany przez Wykonawcę układ uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Z uwagi na stosowany jednorazowy filtr kierunkowy o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999%. układ nie wymaga dezynfekcji przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

Odp: Zamawiający dopuszcza taki układ. Pod warunkiem filtru hepa

Pytanie 5 do części 1. Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający dopuści zaoferowania zaworu dozującego, którego wewnątrz tworzy tzw. strefę bezdotykową, czyli nie wymaga ingerencji w jego strukturę, ale producent przewidział możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym i zawarł takie informacje w instrukcji obsługi, a zawór jest zabezpieczony przed przypadkową ingerencją osób nieuprawnionych poprzez zastosowanie specjalnej plomby?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Dezynfekcja w propozycji wymaga zerwania plomb.

Pytanie 6 do wzoru umowy Prosimy o dodanie do wzoru umowy postanowień, o których mowa w art. 436 pkt 4 p.z.p. (tj. dopuszczających możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia)

Odp: Zamawiający przewidział możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia. Postanowienia zawarte są w § 13 ust. 8 pkt 6 projektu umowy.

Projekt umowy załącznik nr 4

1. § 2 pkt. 3 Prosimy o wydłużenie dostawy w trybie awaryjnym z 1 do 2 dni, gdyż gazy medyczne nie są lekami ratującymi życie.

Odp: wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu dostawy w trybie awaryjnym do 2 dni.





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

2. § 2 pkt. 4 Prosimy o zmianę zapisu: Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę ~~dowód dostawy~~ zawierający nazwę handlową produktu, ilość, cenę, ilość w opakowaniu, rodzaj opakowania, nazwę producenta, serię i datę ważności produktu, nr referencyjny produktu, kod EAN, który doręczy tego samego dnia Zamawiającemu. Faktura zostanie wystawiona na podstawie dowodu dostawy i będzie zawierać również numer umowy, na podstawie której realizowana jest dostawa. W przypadku braku możliwości umieszczenia powyższych informacji na fakturze Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamieścił je w odrębnym dokumencie dołączonym do faktury.

Odp: Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę zapisu w umowie.

3. § 9 pkt. 1a Prosimy o zmniejszenie kary umownej w wysokości 1% zamiast 2% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp: Zapisy pozostają bez zmian.

4. § 9 pkt 1 i 2 Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego wysokości kar umownych: ~~w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.~~ Na zapis: 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp: Zapisy pozostają bez zmian.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 294
e-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl

