



Gdynia, dnia 6 maja 2024 r.

DZ.282.10.2024.TP-fn
UC/1436/2024

WYJAŚNIENIA SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „ZAKUP URZĄDZENIA DO PRZEZSKÓRNEGO POMIARU TLENU ORAZ DWUTLENKU WĘGLA”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2024 r. pod nr 2024/BZP 00306311/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia do przezskórnego pomiaru tlenu oraz dwutlenku węgla składającego się z jednostki głównej urządzenia wyposażonej w 2 moduły pomiarowe tcpO2/tcpCO2 Unit oraz podwójnego panelu do pomiaru tcpO2 do montażu w komorze hiperbarycznej kompatybilnego z systemem Periflux 6000 – PF 6480-2 TC Remote Panel 2 Channels?

ODPOWIEDŹ 1

Tak.