

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/11-ZO/2024 z dnia 26.07.2024 r. na „Dostawę odczynników chemicznych oraz szkła i sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Tarnowskiej”.

Część 2 – szkło laboratoryjne:

Pytanie nr 1: poz. 9 - proszę o wyjaśnienie czy chodzi o rurki do spalań czy probówki (Durhama) do spalań?

Odpowiedź Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza rurki do spalań lub probówki Durhama do spalań jeśli spełniają podane wymiary (dł. 50 mm, śred. wewn. 6 mm, śred. zewn. 8 mm).

Wobec powyższego, Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy.

Część 5 – szkło laboratoryjne na potrzeby realizacji projektu:

Pytanie nr 2: poz. 4 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na lejek o średnicy 75 mm?

Odpowiedź Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza lejek o średnicy 80 mm lub 75 mm.

Wobec powyższego Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy.

Pytanie nr 3: poz. 17 - czy można zaproponować kuwetę o wymiarze brzegów (zewnątrznym) 380 x 490 mm?

Odpowiedź Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów.

Pytanie nr 4: poz. 17-18 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na kuwety w kolorze białym?

Odpowiedź Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru na biały.

Pytanie nr 5: poz. 25 - bardzo proszę o przesłanie przykładowego linka do produktu?

Odpowiedź Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający prezentuje poniżej poglądowe zdjęcie miski z uchwytem.



Pytanie nr 6: poz. 29 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki ze ścianką 1,2 mm lub proszę o link do próbek ze ścianką 1,8 mm?

Odpowiedź Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza grubości ścianki 1,8 mm lub 1,2 mm.

Wobec powyższego Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy.

Pytanie nr 7: poz. 30 - szalki o fi 150 mm posiadają katalogowy wysokość 25 mm - czy Zamawiający wyrazi zgodę na h-25 mm?

Odpowiedź Akademii Tarnowskiej:

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający w poz. 30 wymaga szalki Petriego szklanej 150 x 25 mm.

Rektor Akademii Tarnowskiej
dr hab. Małgorzata Kołpa – prof. Uczelni

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa