



Poznań, dnia 17/04/2019 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 8/19

Dz.Z.P.8/...../19

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiot obejmuje dostawę sprzętu medycznego – stoły operacyjne, lampy operacyjne dla Oddziału operacyjnego w ramach projektu pt.: „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno – położniczym w Polsce” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.2. Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – konkurs wielozakresowy (regiony słabiej rozwinięte). Nr identyfikacyjny projektu **POIS.09.02.00-00-0117/17**

Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zmian.) niniejszym informuję, że:

Cześć nr 1 – stoły operacyjne 4 szt.

Oferta Wykonawcy **Getinge Polska Sp. z o.o.** została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **91,63 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożyli Wykonawcy:

- Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania i uzyskała **75,55 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)
- TMS Medical Sp. z o. o. Sp. k., ul. Św. Marcin 29/8 61-806 Poznań. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania i uzyskała **75,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Getinge Polska Sp. z o.o.	PUNKTY	Medicom Sp. z o.o	PUNKTY	TMS Medical Sp. z o. o. Sp. k.	PUNKTY
	cena	618 624,00	41,63	598 320,00	43,05	515 116,80	50
Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym	TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.	TAK Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym	5	TAK	5	NIE	0
Cztery podwójne koła	Koła nie wystające poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu – 5 pkt., koła wystające poza podstawę stołu – 0 pkt.	TAK Cztery podwójne koła Koła nie wystające poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu	5	NIE – koła wystające poza podstawę stołu	0	NIE	0
Akumulatory zapewniające pracę stołu przez min. 50h wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu lub na pilocie	Praca na akum. ≤50h – 0 pkt., Praca na akum. >50h – 5 pkt.	TAK Praca na akum. 56 h. Ładowarka wewnętrzna Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu i na	5	TAK Praca na akum. 72 h	5	Praca na akum. >50h	5



zdalnego sterowania.		<p>pilocie zdalnego sterowania</p> <p>TAK</p> <p>Funkcje regulowane pilotem sterującym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość blatu bez materacy w zakresie 600-1050 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) • Pozycja Trendelburga/anty-Trendelburga w zakresie 25°/35° • Przechyły boczne w zakresie 20° • Pozycja płyty plecowej w zakresie -40° do +70° • Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie -90° do +80°. • Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. • Blokowanie i odblokowanie stołu • Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu • Przesuw wzdłużny blatu w zakresie 310 mm • Możliwość zapamiętania 10 pozycji stołu zaprogram. przez użytkownika • Funkcja flex/reflex w zakresie 220°/140° <p>Regul. poz. płyty plecowej w zakresie od-400 do +70 °</p>	<p>2,5</p> <p>2,5</p>	<p>TAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość blatu bez materacy w zakresie 680-1180 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) • Pozycja Trendelburga/anty-Trendelburga w zakresie -30°/+30° • Przechyły boczne w zakresie 20° • Regulacja pozycji płyty plecowej w zakresie od -40 do +70 ° • Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie -90° do +70°. • Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. • Możliwość włączenia i wyłączenia pilota zdalnego sterowania • Przesuw wzdłużny blatu w zakresie 300 mm • Funkcja flex/reflex w zakresie -220°/110° <p>Możliwość zapamiętania 8 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika</p>	<p>2,5</p> <p>2,5</p>	<p>Regul. poz. płyty plecowej w zakresie od -40 do +80 °</p> <p>Możliwość zapamiętania 0 pozycji stołu zaprogram. przez użytkownika</p> <p>0</p>	<p>2,5</p> <p>0</p>
Udźwig stołu: Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: nie mniej niż 400 kg	<p>≥ 450kg -2,5 pkt. 400-449kg - 0 pkt.</p>	<p>TAK</p> <p>Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu 454 kg</p>	2,5	<p>Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu 454 kg</p>	2,5	<p>TAK</p> <p>Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu 450kg</p>	2,5
Stół w pozycji zablokowanej nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach	<p>TAK – 2,5 pkt., stół w pozycji zablokowanej opierający się na wysuwanych stopkach lub kołach – 0 pkt</p>	<p>TAK</p> <p>Stół w pozycji zablokowanej nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach</p>	2,5	<p>NIE – stół w pozycji zablokowanej opiera się na kołach</p>	0	NIE	0
Okres gwarancji min. 36 miesięcy*	<p>36 miesięcy – 0 pkt. 48 miesięcy – 5</p>	60 miesięcy	15	60 miesięcy	15	60 miesięcy	15



	pkt. 60 miesięcy – 15 pkt.						
Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]. Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej.	zużycie prądu \geq 0,1 kW/h pracy – 0 pkt., wartość najniższa z pośród złożonych ofert – 10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10	0,0038kW/h	10	460 W 0,46 kW/h	0	450W 0,45 kW/h	0
razem		Jakość	25		17,5		10
		gwarancja	15		15		15
		środowisko	10		0		0
		Cena	41,63		43,05		50
		punkty	91,63		75,55		75

Dyrektor Szpitala
[Podpis]
[Imię]
[Nazwisko]

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego