

DOZP.240.4.2020

Bydgoszcz, dnia 14 maja 2020 r.

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY  
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – cz. 2, 4**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego na: „Sukcesywnie dostawy sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Numer ogłoszenia: 2020/S 040-094335; data zamieszczenia: 26.02.2020 r.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy informuje, iż na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 odrzuca ofertę nr 1, złożoną przez Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice, w części 2 oraz 4.

**Uzasadnienie faktyczne:**

W dniu 09.04.2020 r. Wykonawca Sinmed Sp. z o.o. został wezwany zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do złożenia w terminie do 21.04.2020 r. dokumentów wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cz. VI., pkt 6.3., o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie wraz z informacją o stwierdzeniu niezgodności asortymentu zaoferowanego w części 2, poz. 22-30 z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał, aby rurki intubacyjne były wykonane z mieszaniny PCV i silikonu, natomiast zaoferowany asortyment wykonany jest wyłącznie z PCV.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż zaoferowany produkt w części 2, poz. 44 również jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymagał czarnej folii do zwłok o wymiarach 210 cm x 160 cm, natomiast Wykonawca zaoferował worek na zwłoki o wymiarach 220 cm x 90 cm.

Ponadto asortyment w części 4, poz. 3 (nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze) nie spełnia warunków wymaganych przez Zamawiającego, gdyż charakteryzuje się wiązaniami, a Zamawiający wymagał, aby prześcieradło zakończone było gumkami ściągającymi.

W związku z powyższym Zamawiający ustalił, że oferta Wykonawcy Sinmed Sp. z o.o. w części 2 i 4 nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, a w konsekwencji podlega ona odrzuceniu na podstawie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla części 2 oraz 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.

**Uzasadnienie faktyczne:**

W niniejszym postępowaniu dla wyżej wymienionych części wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice, która podlega odrzuceniu.

Sporządził/a: Anna Mroziak-Gliszczyńska