



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 2

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2260 / 1279 /24

Data: 24.06.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup diagnostycznego sprzętu medycznego na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy 2171/2024 w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.**

**W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:**

#### **PYTANIE nr 1**

Pytania dotyczą: Załącznik nr 3 do SWZ

Pakiet 1 - Histeroskop

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie histeroskopu – równoważnego funkcjonalnie do obecnie opisanego w formularzu asortymentowo cenowym – o parametrach technicznych równoważnych t.j.:

- światłowód o średnicy wiązki włókien 2.5 mm, długości 3 m i średnicy zewn. maks. 7.6 mm
- teleskop (optyka) 30° i średnica 2.7 mm, optyka autoklawowalna o długości 310 mm, w zestawie dedykowany kosz do sterylizacji wyposażony w uchwyty ochronne zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem
- płaszcz rozmiar 5.5 mm z kanałem 5 Fr., z ciągłym przepływem z kranikami rozbieralnymi, łączenie z optyką poprzez zatrask „click”
- 2x kleszcze chwytające, półgiętkie, rozm. 5 Fr., bransze miseczkowe typu „aligator”, uchwyt z mechanizmem antyprzeciążeniowym (zabezpieczającym przed zerwaniem)
- 2x nożyczki, półgiętkie, rozm. 5 Fr., jedna bransza ruchoma, uchwyt z mechanizmem antyprzeciążeniowym (zabezpieczającym przed zerwaniem)

- pojemnik do sterylizacji wszystkich elementów oferowanego zestawu histeroskopowego o wymiarach zewn. maks. 566x77x186mm
- kosz do sterylizacji oferowanej optyki z silikonowymi uchwytami podtrzymującymi i zabezpieczającymi optykę o wym. zewn. maks. 481x54x59 mm

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

