



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



Września, dn. 19.08.2021r.

SA-381-9/21

Dotyczy postępowania: „zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycechnych”

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, ma prawo zakupić niedostarczony towar (...).”	Zamawiający nie wyraża zgody
2	Dotyczy zapisów umowy Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”.	Zamawiający nie wyraża zgody
3	Dotyczy zapisów umowy § 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz z 5% na 2,5%?	Zamawiający nie wyraża zgody
4	Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 5 Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.	Zgodnie z SWZ
5	Pakiet 64, poz.4 Prosimy o dopuszczenie zestawu szczotek do mycia endoskopów, zawierającego: szczotka długość robocza 230cm, śr. 1,8mm + szczotka do zaworów długość 15cm, średnica 5/11 mm.	Zgodnie z SWZ
6	Pakiet 64, poz.5 Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków z pokrytych osłonką PE, bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów.	Zamawiający dopuszcza
7	Pakiet 64, poz.6 Prosimy o dopuszczenie standardowej, jednorazowej pętli owalnej, z drutu plecionego, o średnicy cewnika 2,4mm, średnicy pętli 25mm, rękojeść skalowana co 0,5mm.	Zamawiający dopuszcza
8	Pakiet 64, poz.7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pułapek na polipy 5-komorowych, wszystkie komory wyciągane z pułapki łącznie, jako	Zgodnie z SWZ

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

	jeden element, pozostałe parametry zgodne z SWZ.	
9	Pakiet 64, poz.8 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga klipsownic rotacyjnych 360st., w obu kierunkach, z możliwością wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem.	Zamawiający dopuszcza
10	Pakiet 64, poz.9 Prosimy o dopuszczenie równoważnych igieł o średnicy osłonki 2,4, pozostałe parametry zgodne z SWZ	Zamawiający dopuszcza
11	dotyczy pakietu 40 poz. 1b, 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników do podawania tlenu przez nos dla dzieci i noworodków ze uniwersalnym połączeniem z aparaturą tlenową w kształcie walca, pasującym do każdego źródła tlenu?	Zamawiający dopuszcza
12	dotyczy pakietu 40 poz. 2a, 2b, 2c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do nebulizacji z drenem z zakończeniem uniwersalnym pasującym do każdego źródła tlenu?	Zamawiający dopuszcza
13	dotyczy pakietu 40 poz. 3a, 3b, 3c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski tlenowej dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze? Maską zawiera elastomerowy, bezciśnieniowy mankiet uszczelniający, który zapewnia szczelne dopasowanie do twarzy małej, średniej i dużej dorosłego?	Zgodnie z SWZ
14	dotyczy pakietu 40 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski tlenowej dla dzieci z elastomerowym bezciśnieniowym mankiem uszczelniającym twarz małego dziecka?	Zgodnie z SWZ
15	dotyczy pakietu 40 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika tlenowego z zagiętą końcówką i drenem o długości 2,1m?	Zgodnie z SWZ
16	dotyczy pakietu 48 poz. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra oddechowego przeciwbakteryjnego do krótkotrwałej wentylacji dla dorosłych o minimalnej objętości oddechowej >100ml, spełniające pozostałe wymogi SWZ?	Zamawiający dopuszcza
17	dotyczy pakietu 48 poz. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny z przestrzenią martwą 60ml, z portem do pomiaru stężenia CO ₂ , masa 29g, z minimalną objętością oddechową >200ml, z wyraźnym oznaczeniem i różniący się od pozycji A?	Zamawiający dopuszcza
18	dotyczy pakietu 44 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości przetworniki amerykańskiej firmy ICU o następujących parametrach: Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy/podwójny – Zestaw j.uż. do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią, zawierający system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek. Budowa kompletnej linii	Zgodnie z SWZ

	dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linie ciśnieniowe - grubościennie bezbarwnych pasków długości: min: 120cm+ 30cm; dwa kraniki trójdrożne. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe, i zgodzi się na dostarczenie odpowiednich kabli (z odpowiednim połączeniem przetwornik – kabel) na czas trwania umowy ?	
19	dotyczy pakietu 45 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości przetworniki amerykańskiej firmy ICU o następujących parametrach: Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy/podwójny - Zestaw j.uż. do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią, zawierający system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linie ciśnieniowe - grubościennie bezbarwnych pasków długości: min: 120cm+ 30cm; dwa kraniki trójdrożne. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe, i zgodzi się na dostarczenie odpowiednich kabli (z odpowiednim połączeniem przetwornik – kabel) na czas trwania umowy ?	Zgodnie z SWZ
20	pakiet 28 – fartuch endoskopowy Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej fartuch chirurgiczny (endoskopowy)XXL wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej ; Szerokość w klatce piersiowej: 74,5cm; Szerokość na dole: 168cm; Długość rękawa: 60,5cm; Długość całkowita: 145cm; Długość mankietu: 9cm. ?	Zamawiający dopuszcza
21	Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z opisanym w SWZ, ale bez serwety na stół z instrumentarium, której rolę pełni serweta 80 x 100 cm, w którą owinięty jest oferowany zestaw?	Zgodnie z SWZ
22	Pakiet 12 poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety do znieczulenia zewnątrzoponowego o wymiarach 55 x 90 cm, z otworem 10x15 umieszczonym decentralnie? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zamawiający dopuszcza
23	Pakiet 12 poz. 14 Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety jałowej 60 x 50 cm, z otworem 6 cm, okrągłym umieszczonym centralnie? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zamawiający dopuszcza
24	Pakiet 12 poz. 17 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o odporności na przenikanie cieczy 33 (+/-1) cm H ₂ O? Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną z torba na płyny 230 x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne,	Zamawiający dopuszcza

	z otworem na krocze 10 x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem, całkowita gramatura laminatu podstawowego iłaty chłonnej 109 (+/-1) g/m2.	
25	Pakiet 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego w górnej części (powyżej piersi) z hydrofobowej, paroprzepuszczalnej włókniny spunlace, rękawy z nieprzemakalnego, chłonnego laminatu dwuwarstwowego, pozostałe części fartucha wykonane z nieprzemakalnej folii PE bez PCV? Fartuch dostępny w rozmiarze XL (150 cm), szerokość (mierzona od pachy do pachy) min. 140 cm, mankiet 8 cm.	Zamawiający nie dopuszcza
26	Pakiet 23 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki z ładowarką kontaktową, spełniającą pozostałe wymagania opisu.	Zgodnie z SWZ
27	Pakiet 23 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie ostrza o szerokości 36 mm.	Zgodnie z SWZ

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.


 Prezes Zarządu
 „Szpitala Powiatowego we Wrześni”
 Sp. z o.o. w restrukturyzacji
 Zbigniew Hupała

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
 Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
 centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;