



Numer sprawy: ZO 09/22

Grajewo, dnia 03 sierpnia 2022 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: w postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego oraz mikrobiologicznego w z wyposażeniem”

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

1. Dotyczy: Załącznik nr 3 Przedmiary robót.

W załączniku nr 3 –Przedmiary robót Zamawiający w Dziale 2.6 Posadzki. CPV 45431000-7 w pkt. 47, 48, 49, 50 określił poziom warstw wyrównawczych i wygładzających o grubości od 1 do 2 mm. Czy Zamawiający potwierdza, że po usunięciu istniejących ścianek działowych nierówności w poziomie posadzek nie będą stanowiły większej różnicy w poziomach między przebudowywanymi pomieszczeniami niż zostało to określone w załączniku nr 3 i czy nie będą one dochodziły nawet do 40 mm czy 50 mm? Precyzyjne określenie powstałych różnic w poziomach posadzki istotnie wpływa na realne oszacowanie kosztów inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z opinią architekta poziom posadzki należy skuć zgodnie z informacją na rzucie parteru, aby finalnie otrzymać wysokość pomieszczeń netto 3m.

Z up. DYREKTORA
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
p.o. KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Konrad Skiepmo