



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS.ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, [www.wszz.torun.pl](http://www.wszz.torun.pl)

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 20-02-2024 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-15/24**

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i dzierżawę sprzętu.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1, dotyczy Zadania Nr 3:**

*Zal. nr 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie jedynie informacji dotyczących pakietu, do którego składana jest oferta?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 2, dotyczy wzoru umowy dostawy:**

*§3 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?*

Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 3, dotyczy wzoru umowy dostawy:**

*§3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności oferowanych odczynników wynosił 6 miesięcy?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w §3 ust. 6 wzoru umowy dostawy nastąpiła omyłka pisarska. Zgodnie z zapisem w Rozdziale V pkt 4 „Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia w przypadku *Zadań od Nr 1 do Nr 3* – min. 6 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.”

W związku z powyższym zapis w §3 ust. 6 wzoru umowy dostawy otrzymuje następujące brzmienie: „6. Wykonawca zapewnia termin ważności na dostarczany sukcesywnie przedmiot umowy przez okres minimum 6 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.”

**Pytanie Nr 4, dotyczy wzoru umowy dostawy:**

*§4 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Pytanie Nr 5, dotyczy wzoru umowy dostawy:**

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację ww. postanowienia umownego.

**Pytanie Nr 6, dotyczy wzoru umowy dostawy:**

§ 4 ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie i wyliczenie przykładowych okoliczności wchodzących w zakres „nienależytego wykonania umowy” w kontekście brzmienia umowy z uwagi na bardzo wysoką karę umowną określoną w przedmiotowym postanowieniu.

**Odpowiedź:**

Nienależyte wykonanie umowy następuje gdy Wykonawca nie zrealizuje w sposób zgodny z zawartą umową i złożoną w postępowaniu ofertą np.

- wykonał zamówienie po terminie
- dostarczył wadliwy towar
- wykonał zamówienie w niewłaściwym miejscu

Ponadto musi być spełniony warunek, że Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkody i jej dobrowolnie nie naprawił.

**Pytanie Nr 7, dotyczy Zadania Nr 4:**

Czy Zamawiający zaakceptuje Wytrząsarkę mikroplytek 96-dołkowych o promieniu wytrząsania 2 mm?

**Odpowiedź:**

TAK.

*Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.*

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych  
z up. Dyrektora Wojewódzkiego  
Szpitala Zespołowego w Toruniu

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska