

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 08.01.2021r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów i akcesoriów laboratoryjnych (o ile dotyczy) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Nr sprawy 43/PN/20

Zamawiający poprawia odpowiedź na pytanie drugie Wykonawcy trzeciego w wyjaśnieniach z dnia 07.01.2021r.

Pytanie Wykonawcy :

Ma być:

2. Dotyczy Rozdziału VII, pkt. 2d) SIWZ: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu CE dla asortymentu oferowanego w Części nr 6, ponieważ w poz. 1-13 oraz poz. 15 jest on oznaczony jako IVD, więc posiada jedynie deklarację zgodności. Ponadto, w związku z tym, że nie wszystkie oferowane odczynniki i podłoża posiadają deklaracje zgodności, ponieważ są oznaczone jako „Lab use only” i nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dot. dokumentów wymaganych na wezwanie Zamawiającego na następujący: „posiadanie deklaracji zgodności – jeśli dotyczy

Odpowiedź: Zamawiający zmienia pkt. VII SIWZ 2 d . który otrzymuje brzmienie:

1	<p><u>Minimalny okres ważności:</u> Okres ważności podłoży na płytkach minimum 4 tygodnie – część nr 1. Minimalny okres ważności testów identyfikujących i do lekkowrażliwości – część nr 1. Okres ważności testów minimum 4 miesiące – część nr 2. Data ważności dla krążków i pasków diagnostycznych minimum 12 miesięcy – część nr 4. Termin ważności testów lateksowych i chromatograficznych powyżej 6 miesięcy – część nr 8. Data ważności krążków z antybiotykami minimum 12 miesięcy – część nr 8. Termin ważności testów powyżej 6 miesięcy – część nr 9 Ważność podłoży w butelkach 6-12 miesięcy – część nr 10 Ważność podłoży na płytkach z krwią i antybiotykiem 30 dni, bez krwi 60 dni – część nr 10 Termin ważności testów powyżej 6 miesięcy – część nr 11 Termin ważności testów powyżej 6 miesięcy – część nr 12 Wymagania dla części nr: 1, 4, 6 i 9 – certyfikat jakości.</p>
---	--

<p>Posiadanie certyfikatu ISO 9001: Część nr 1 i 10</p> <p>Posiadanie certyfikatu CE (jeżeli dotyczy): część nr 6, 7, 8, 10,11 i 12</p> <p>Dostarczenie próbek: część 8 poz. 7 – 14 po 2 fiołki, część nr 10 poz. 34-2 szt , część: 11 poz. 3 i 4 - po 2 szt .</p> <p>Zadanie nr 13: karta techniczna, potwierdzająca parametry odczynników i przeznaczenie do testowania pod kątem „anty-sars-COV-2”</p>
--

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Nowy termin składania

Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice nie później niż do dnia 26.01.2021 r. do godziny 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział Zamówień Publicznych i Umów), dnia 26.01.2021 r. o godzinie 13.10.

Podpis.....

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Myslenicach
Adam Styczeń

zamieszczono na stronie internetowej

.....