

Jelenia Góra, dnia 3 grudnia 2019 r.

L.dz.NZ/1058/2019

DO WYKONAWCÓW

dot: Dostawa różnych wyrobów medycznych (66 pakietów). Nr referencyjny: ZP/PN/42/10/2019. Numer ogłoszenia 2019/S 216-529426 z dnia 08.11.2019 r.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw 1:

Dotyczy pakietu nr 58

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby filtry przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe zabezpieczające układ oddechowy w respiratorze podczas podawania leków przy nebulizacji nie traciły swojej skuteczności do 48 godzin bez konieczności wymiany.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby filtr był pakowany każdy z osobna w foliowe opakowanie?

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wymaga aby zarówno na obudowie filtra oraz na opakowaniu znajdowała się data przydatności ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 57

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Servo – i firmy Maquet w skład którego wchodzi: - dren wdychowy podgrzewany o dł. 1,2 m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilzacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 30 cm, średnicy zew. 13 mm. - dren ciśnieniowy, - część Y obrotowa - posiadający wejście do podawania surfaktantu - przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza powyżej 4l/min lub poniżej 4l/min. - komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów - odcinek od nawilzacza do aparatu o dł. 0,6 m z jednej strony zakończony 22F z drugiej 15F. - podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów. - komorę nawilzacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilzaczem typu F&P MR 850.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 2:

Pytanie 1, PAKIET NR 57

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie układu o poniższych parametrach’;

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilzaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 3:

Pytanie nr 1- Pakiet 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów neurochirurgicznych z nitką z kontrastem RTG w rozmiarze w poz. 1.1 - 12 x 75mm.

Pozostałe cechy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Zestaw 4:

Pytanie 1

Pakiet 56

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny oddechowy „rura w rurze” bez pionowej membrany? Rozwiązanie typu „rura w rurze pozwala” wydychanemu powietrzu ocieplać w pełni powietrze na wdechu przez co nie dochodzi do zbyt dużych różnic temperatur oraz zbędnego skraplania się wody w układzie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 48

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obok istniejących zapisów sprzętu o następujących parametrach : stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21mm, 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; w średnicach 21mm, 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem ; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed zamknięciem ; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy XL. Zamawiający określi długość, średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obok istniejących zapisów sprzętu pakowanego po 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Nie.

Zestaw 5:

Pytanie 1

Pakiet nr 22

1) Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do PTCA z Y-konektorem (zaworem) typu „klik” (z trzema ustawieniami zastawki: zamknięta, częściowo otwarta, otwarta) z drenem zakończonym kranikiem trójdrożnym, torquerem i igłą wprowadzającą (wg. rys. nr 1)?



Rys. 1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2) Uprzejmie prosimy Zamawiającego o usunięcie wymogu z punktu nr 1.7 „Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób” lub dopuszczenie zaoferowania wyrobu bez samoprzylepnych etykiet. Zgoda na naszą prośbę pozwoli na przystąpienie do pakietu nr 22 szerszemu gronu oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne, a Zamawiającemu uzyskania najbardziej korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 6:

Pakiet nr 48

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów zakrzywionych w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34, zszywki tytanowe w rozmiarze 4,5-5,0mm, regulacja wysokości zespolenia pokrętłem (zakres 1,0-2,5mm), dostępne w jednej standardowej długości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 54

Poz.1

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękojeści staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją o długości ramienia 31,8cm, 37cm, 46,8cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz.2

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków 60mm do staplera endoskopowego z pozycji ze zszywkami do wyboru zamykającymi się do 0,75mm, 1,0mm, 1,5mm, 1,75mm, 2,0mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 7:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 48 dopuści jako alternatywny jednorazowy stapler okrężny wygięty pokryty powłoką antyrefleksyjną; Rozmiary staplera: 21 , 25 ,28 i 32 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia; Stapler dostępny również w wersji długiej - endoskopowej, długość ramienia roboczego 520 mm, Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 dostępne również w wersji krótkiej prostej o długości max. 350 mm; Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,2 mm, dla pozostałych rozmiarów 5,00 mm; Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną

wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,0 mm; Zszywki wykonane ze stopu tytanu CP Ti Gr1 zapewniającego większą odporność na wyginanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 54 dopuści stapler artykulacyjny: rękojeść staplera endoskopowego przeznaczonego do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 60 mm; Stapler tnąco-szyjący; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni o długości 70 mm, 160 mm i 250 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia; ładunek do staplera z pozycji 2.0. w pełni kompatybilny ze staplerem; jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni; Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5mm, 1.7mm i 2.0mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 8:

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 32 opatrunek do zabezpieczenia cewnika

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 32 opatrunku do zabezpieczenia cewnika o wymiarach 6cm x 16cm; kieszeń z materiału o wysokiej chłonności od wewnątrz, zabezpieczonego powłoką przepuszczającą powietrze, nieklejąca się na zewnątrz ani wewnątrz, przepuszczalna dla gazów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 9:

Dot. pakietu 48

Czy Zamawiający dopuści wyrób bez naklejek, ale posiadający jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.

Zestaw 10:

Pakiet nr 47

Czy Zamawiający dopuści wchłaniający, jałowy hemostatyczny z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, osiągający hemostazę w ciągu 3-6 minut, upłynniający się w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięciu w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji użytkownika potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 11:

Pakiet 17

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaproponowania balonów OTW spełniających wszystkie wymagania poza podpunktem 1.13. Dwie sztywności shaftu posiadamy jedynie w średnicach 1.2 mm oraz 1.5 mm – shaft typu „push”.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza jak w pytaniu.

Zestaw 12:

Pakiet nr 55

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem epiduralnym 20G dla zestawu 16G oraz 18G, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 13:

Zapytanie dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 pkt. 1.6, 1.7

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dożołądkowy / dojelitowy PUR z końcówką z czterema otworami bocznymi i końcówką zaokrągloną (zamkniętą) ułatwiającą założenie zgłębnika, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 pkt. 1.13

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 110 w rozmiarze Ch 6 ?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie dotyczy pakietu nr 23 poz. 4 pkt. 4.12

Czy Zamawiający dopuści do pompy Flocare niezawierający koszyka do zawieszenia butelki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Zestaw 14:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 : „ Cewniki prowadzący przedłużający ” dopuści cewniki 6F, 7F?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 : „ Introducery dotętnicze ” dopuści introducery 10cm?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak.

Zestaw 15:

1. Czy Zamawiający w zadaniu 16 zgodzi się na zaoferowanie cewnika prowadzącego przedłużającego o średnicach: 6F-0,070” ; 7F- 0,078” ; 8F- 0,088”, pokrytego silikonem z konstrukcją halfpipe ułatwiającą wprowadzenie produktów, z pełnym popychaczem zamiast końcówki hypotube, o długości kanału roboczego 25 cm dla wszystkich rozmiarów. Dostępny cewnik w rozmiarze 5,5F?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy zamawiający w zadaniu 19 zgodzi się na zaoferowanie mikrocewnika o średnicy w najgrubszym punkcie roboczym 2,5F?

Odpowiedź: Nie.

Zestaw 16:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Tak.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 3, 4 wzoru umowy:
3. W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości **brutto** nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż **50 zł** dziennie, nie więcej jednak niż **10 %** wartości **brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.**

Odpowiedź: Nie.

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5% wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.

Odpowiedź: Nie.

Zestaw 17:

Pakiet nr 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczeniem opatrunków w opakowaniach a`10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 5 op. a `10szt. tj. 50 sztuk opatrunków

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczeniem opatrunków w opakowaniach a`10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 5 op. a `10szt. tj. 50 sztuk opatrunków.

Odpowiedź: Tak.

Do Umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści paragrafu 6 pkt. 3 zgodnie z poniższą treścią:
W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy

Odpowiedź: Nie.

Zestaw 18:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 15 poz. 7 - 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 w poz. 7-18 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Uzasadnienie : pozycje od nr 7 do 18 stanowią produkty wchodzące w skład systemów rewizyjnych protezy, oraz występują w bardzo małej ilości sztuk wskazanych w formularzu cenowym,

Odpowiedź: Tak.

Zestaw 19:

Dotyczy Pakietu nr 55:

Pyt. 1: Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 55** dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z cewnikiem zawierający: Iglę zewnątrzoponową, cewnik, łącznik do cewnika, filtr 0,2 mikrometra, system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta, strzykawkę niskooporową.

Igła - zewnątrzoponowa Tuohy kodowaną kolorem, rozmiar 16 i 18 G do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”;

Cewnik – miękki, z atraumatyczną końcówką, średnica zewnętrzna cewnika 0,9 mm (dla zestawu z igłą 18G) i 1,1 mm (dla zestawu z igłą 16 G), długość cewnika 900 mm, cewnik z bocznymi otworami, niebieskie oznaczenie końcówki dystalnej pomagające w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika oraz niebieskie znaczniki co 1 cm (między 5 – 15 cm oraz na 20 cm cewnika).

Filtr – płaski, 0,2 mikrometra, złącza Luer Lock (obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem)

Strzykawka niskooporowa – pojemność 10 ml;

System mocowania cewnika do skóry pacjenta – zatrzaskowy, z przezroczystą (umożliwiającą obserwację miejsca wkłucia), sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, niskoprofilowy (wysokość do 5 mm). System skutecznie zabezpiecza przed niekontrolowanym przemieszczaniem się cewnika.

Całość zapakowana w jedno opakowanie, wyrób medyczny sterylny, jednorazowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.

Pyt. 2: Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 55** dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z cewnikiem zawierający: Iglę zewnątrzoponową, cewnik, łącznik do cewnika, filtr 0,2 mikrometra, strzykawkę niskooporową;

Igła - zewnątrzoponowa Tuohy kodowaną kolorem, rozmiar 16 i 18 G do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”;

Cewnik – miękki, z atraumatyczną końcówką, średnica zewnętrzna cewnika 0,9 mm (dla zestawu z igłą 18G) i 1,1 mm (dla zestawu z igłą 16 G), długość cewnika 900 mm, cewnik z bocznymi otworami, niebieskie oznaczenie końcówki dystalnej pomagające w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika oraz niebieskie znaczniki co 1 cm (między 5 – 15 cm oraz na 20 cm cewnika).

Filtr – płaski, 0,2 mikrometra, złącza Luer Lock (obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem)

Strzykawka niskooporowa – pojemność 10 ml;

Całość zapakowana w jedno opakowanie, wyrób medyczny sterylny, jednorazowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 20:

Pakiet 56

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego, jednorurowego, dwuświatłowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, z dodatkową rurą rozciągliwą do 1,9m i rurą wydechową do podłączenia do aparatu nierozciągliwą, długości 40cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego, jednorurowego, dwuświatłowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, dla którego wydajność ogrzania powietrza wdychanego wynosi 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu bez akcesoriów max 170 g.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 21:

Dotyczy pakiet nr 48:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego wygiętego o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm, 33,5mm. Rozmiar (wysokość) otwartych zszywek 5 mm. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego.

Stapler wyposażony jest w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu. Stapler posiada unikatowy **system obrotowego ostrza**, który minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia. Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) umieszczone w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera z opcją podwójnej prędkości. Jałowy wyrób medyczny jednorazowego użytku. Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - 4 sztuki. Minimalne opakowanie zbiorcze 1 sztuka. Proponowany stapler był z powodzeniem stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 51.

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kapiuchownicy o poniższych parametrach:

Długość rączki: 310 mm

Długość szwu: **47 mm**

Długość załadowanej niewchłanialnej nici: 690 mm

Liczba zszywek: 18

oraz

Długość rączki: 256 mm

Długość szwu: **67 mm**

Długość załadowanej niewchłanialnej nici: 730 mm

Liczba zszywek: 28

Urządzenie posiada blokadę przez przypadkowym zaciśnięciem, tzn. między szczękami pierwotnie umieszczona gąbka. Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii, numerze ref, nazwie i producencie 4 sztuki. Opakowanie bezpośrednio: sztywne typu Tyvec z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania z łatwym do oceny położeniem narzędzia w opakowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.

Zestaw 22:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 40

1. **Poz. nr 1.0, 2.0 i 3.0** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku złożonego hydrożelowo-piankowego o następującej charakterystyce:
 - 1.2: od strony rany warstwa hydrożelu zapewniająca wilgotne środowisko oraz możliwość bezbolesnego usunięcia
 - 1.5.: **Zastosowanie:**
 - 1.6.: opatrunek może być stosowany na rany płaskie w fazie ziarninowania i epitelizacji

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Poz. nr 1.0** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku złożonego hydrożelowo-piankowego, samoprzylepnego w rozmiarze 12,5 cm x 12,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 43

3. **Poz. nr 1.0** – czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny jednostkowej netto za opakowanie(tubkę) z przeliczeniem zamawianych ilości?
Nasza prośba wynika z faktu, iż tubka 15g jest najmniejszą jednostką handlową.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

WZÓR UMOWY / Załącznik 3 do SIWZ

4. **§ 6 pkt. 3.** – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 pkt. 3. wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunki hydrokoloidowe samoprzylepne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 23:

Pakiet 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunki hydrokoloidowe samoprzylepne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1, 3, 4 i 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia”, „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki”, „zwłoka”?

Uzasadnione jest aby sankcja w postaci kary umownej lub odstąpienia od umowy była stosowana tylko w przypadku zwłoki (czyli opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku wszelkich opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź: Nie.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy (tak jak w przypadku opisanym w § 6 ust. 2 wzoru umowy). Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Nie.

Zestaw 24:

Pakiet 60

Stabilizacja lędźwiowo-piersiowa transpedikularna krótkoodcinkowa o podwyższonej sztywności

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 60 „Stabilizacja lędźwiowo – piersiowa transpedikularna krótkoodcinkowa o podwyższonej sztywności” komplet jednorazowych zestawów implantów oraz narzędzi posiadających trwałe oznaczenia zgodne z wymogami jednostek certyfikujących Medical Device Regulation 2020, który zawiera śruby transpedikularne, samonastawne względem pręta (90°) dedykowane do operacji urazowych kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego pozwalające również na płynną redukcję kręgozmyku „in situ”, z możliwością jednoczesnej korekcji i usztywnienia, do stosowania w operacjach wykonywanych „na otwarto” oraz przezskórnie (z cementem lub bez). Na zakup kompletu składają się: 16 śrub kanałowanych o średnicach od 4,5-7,5 i długościach od 25 – 55 mm, wstępnie zainstalowanych na podajniku; 8 prętów pakowanych podwójnie, na sterylno o średnicy 5.5mm i długości 35-380mm oraz 4 szt sterylnych jednorazowych zestawów narzędzi zapewniających bezpieczeństwo i komfort użycia w przypadku pacjentów urazowych, narażonych na infekcje, gotowych 24h do użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 25:

Dotyczy pakiet nr 56 Obwody oddechowe

Czy Zamawiający, w celu zminimalizowania osadzania się skroplin, oczekuje zaoferowania układów z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych? Pozostałe zgodnie z siwz. Czy oferowany układy mają mieć możliwość użycia u noworodków, dzieci, dorosłych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakiet nr 55 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w miejsce wymaganych parametrów: zestawów najwyższej jakości/światowego lidera, o następującej charakterystyce: igła Touhy ze skrzydełkami o niewielkiej średnicy zewnętrznej, dająca mniejszy uraz opony 18G/8cm, cewnik 19Ga/90cm i średnicy wewnętrznej odpowiadającej cewnikom 16Ga, a więc dającej mniejszy opór przepływu, koniec cewnika miękkiego atraumatyczny, z bocznymi otworami, adapter TouhyBorst, płaski filtr 0,22, strzykawka niskooporowa 10ml. Całość zapakowana razem. Wyrób medyczny sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 26:

Dotyczy Zadania 48

Czy Zamawiający w zadaniu **48** potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony o wielkości zszywek otwartych 5 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania 54

Czy Zamawiający w zadaniu **54** potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych jednorazowa rękojeść staplera **endoskopowego** z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości **61,3 mm**, posiadająca **dwie dźwignie** zamykającą i spustową. Długość ramienia **25 cm**, długość kowadełka **90,3 cm**, długość całkowita **54 cm**. **lub** jednorazowa rękojeść staplera **Endoskopowego** z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości **61,3 mm**, posiadająca **dwie dźwignie** zamykającą i spustową. Długość ramienia **25 cm**, długość kowadełka **90,3 cm**, długość całkowita **64 cm**. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.

Ładunek liniowy do staplera, w pełni kompatybilne z zaoferowanymi staplerami, wysokość zszywki zamkniętej od 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 27:

Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 49, Pozycji nr 1 siatkę prostokątną w rozmiarze 15x 15cm i/lub 15x20cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.

Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 49, Pozycji nr 2 siatkę prostokątną w rozmiarze 15x20cm lub/i 20x20cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.

Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 49, Pozycji nr 3 siatkę w rozmiarze 20x30cm lub/i 25x30cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.



Zestaw 28:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pakiecie 28 wymaga opatrunku o rozmiarze 10x10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 40 dopuści opatrupek o rozmiarze 10 x 10 cm lub 12,5x12,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem
z up. Dyrektora WCSKJ
Kierownik Działu Umów,
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
inż. Jerzy Świątkowski