



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*



ZPZ - 2375 - 3584 /23

Olsztyn, dnia 24.07.2023 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

ZPZ-33/06/23

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa łóżek szpitalnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klinicznego oddziału hematologii z ośrodkiem transplantacji szpiku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury wraz z wyposażeniem”.

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dostawę łóżek szpitalnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klinicznego oddziału hematologii z ośrodkiem transplantacji szpiku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury wraz z wyposażeniem, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 1. Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

ad pkt. 1.7, 1.28,

Prosimy o doprecyzowanie kwestii pełnej zgodności wymagań dotyczących spełniania normy IEC 60601-2-52, ponieważ norma określa wymogi jakie muszą spełniać wszystkie nowo zakupione w Polsce elektryczne łóżka medyczne od 1.04.2013 r., z zakresu bezpieczeństwa, obciążenia oraz standardów IP. Norma nie może być zastąpiona rozwiązaniem równoważnym w związku z czym prosimy o inf. czy Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał jej spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z przepisami prawa zastosował w SWZ zapisy odnośnie rozwiązań równoważnych, w związku powyższym podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2:

Zadanie nr 1. Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

ad pkt 1.9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji długości na 3 poziomach (pozycjach) 224,235,247cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 1. Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

ad pkt 1.27

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczną funkcję CPR (działającą zgodnie z wymogiem Zamawiającego) dostępną z jednego przycisku zlokalizowanego tylko na głównym panelu sterującym (po obu stronach łóżka) z uwagi względy bezpieczeństwa. Obecnie zapis wymaga aby przycisk CPR był również na panelach dedykowanych dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 4:

Zadanie nr 1. Łóżko do intensywnej terapii z matercem przeciwodleżynowym – 3 szt.

ad pkt. 1.44

Czy Zamawiający dopuści materac piankowy przeciwodleżynowy z zastosowaniem w profilaktyce przeciwodleżynowej bez określania zakresu (stopnia) natomiast skonstruowany w taki sposób aby maksymalnie redukować ryzyko powstania odleżyny dzięki systemowi redystrybucji sił nacisku osiąganemu poprzez nacięcia o różnej głębokości tworzących pięć stref ochronny dla pacjenta (pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie materaca jak w pytaniu.

Pytanie nr 5:

Zadanie nr 1. Łóżko do intensywnej terapii z matercem przeciwodleżynowym – 3 szt.

ad pkt 1.47

Czy Zamawiający dopuści materac który można stosować u pacjentów o wadze do 250 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca jak w pytaniu.

Pytanie nr 6:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z matercem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt 2.7,2.30,

Prosimy o doprecyzowanie kwestii pełnej zgodności wymagań dotyczących spełniania normy IEC 60601-2-52, ponieważ norma określa wymogi jakie muszą spełniać wszystkie nowo zakupione w Polsce elektryczne łóżka medyczne od 1.04.2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, obciążenia oraz standardów IP. Norma nie może być zastąpiona rozwiązaniem równoważnym w związku z czym prosimy o inf. czy Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał jej spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z przepisami prawa zastosował w SWZ zapisy odnośnie rozwiązań równoważnych, w związku powyższym podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z matercem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt 2.9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji długości na 3 poziomach (pozycjach) 229,240,251cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 8:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z matercem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt 2.12

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji szerokości leża w zakresie 86-122 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 9:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z matercem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt 2.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bariatrycznego bez piątego koła z uwagi na to, iż w jego miejscu montowany jest napęd wymagany w pkt. 2.18?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 10:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z matercem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt 2.29

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczną funkcję CPR (działającą zgodnie z wymogiem Zamawiającego) dostępną z jednego przycisku zlokalizowanego tylko na głównym panelu sterującym (po obu stronach łóżka) z uwagi względy bezpieczeństwa. Obecnie zapis wymaga aby przycisk CPR był również na panelach dedykowanych dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 11:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z materacem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt. 2.35

Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający oczekuje łóżka dla pacjentów bariatrycznych których waga może znacząco przekraczać standardowe wartości, Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko nie tylko posiadało bezpieczne obciążenie na poziomie min. 270 ale również umożliwiałoby korzystanie przez pacjenta o maksymalnej wadze min. 270 kg. Termin obciążenie robocze u większości producentów nie jest równoznaczny z dopuszczalną wagą pacjenta, ponieważ uwzględnia on wagę elementów dodatkowych takich jak materace, pompy, monitory itp. Wartość obciążenia roboczego od maks. wagi pacjenta może znacząco się różnić, nawet do 20%, co może się przełożyć na niepełne zabezpieczenie oddziału pod kątem opieki nad pacjentem bariatrycznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga łóżka jak w pytaniu wyżej.

Pytanie nr 12:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z materacem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt. 2.43

Czy Zamawiający dopuści materac piankowy przeciwodleżynowy z zastosowaniem w profilaktyce przeciwodleżynowej bez określania zakresu (stopnia) natomiast skonstruowany w taki sposób aby maksymalnie zredukować ryzyko powstania odleżyny dzięki systemowi redystrybucji sił nacisku osiąganemu poprzez nacięcia o różnej głębokości tworzących pięć stref ochronny dla pacjenta (pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie materaca jak w pytaniu.

Pytanie nr 13:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z materacem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt 2.46

Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki który można stosować u pacjentów o wadze do 250 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 13:

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne bariatryczne z materacem przeciwodleżynowym - 2 szt.

ad pkt 2.44

Zamawiający oczekują aby materac był dopasowany do wymiarów leża w związku z czy prosimy od doprecyzowanie czy z uwagi na wymaganą regulację szerokości leża zamawiający będzie również oczekiwał aby oprócz materaca piankowego wymagane było dostarczenie rozwiązania w postaci materaca powietrznego, przeciwodleżynowego, zmiennociśnieniowego, który umożliwi zmianę szerokości materaca poprzez napompowanie dodatkowych komór powietrznych wzdłuż boków materaca przez co może on być dopasowany do maksymalnej szerokości leża? Rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie oddziału w przypadku pojawienia się pacjenta bariatrycznego którego bardzo często charakteryzuje nie tylko zwiększona masa ale również ponadprzeciętna szerokość ciała. Ponadto materac zmiennociśnieniowy znacznie zmniejsza ryzyko powstania odleżyn u pacjentów z ograniczoną mobilnością.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania rozwiązania jak w zapytaniu.

Pytanie nr 14:

Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

ad pkt 3.7

Prosimy o doprecyzowanie kwestii pełnej zgodności wymagań dotyczących spełniania normy IEC 60601-2-52, ponieważ norma określa wymogi jakie muszą spełniać wszystkie nowo zakupione w Polsce elektryczne łóżka medyczne od 1.04.2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, obciążenia oraz standardów IP. Norma nie może być zastąpiona rozwiązaniem równoważnym w związku z czym prosimy o inf. czy Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał jej spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z przepisami prawa zastosował w SWZ zapisy odnośnie rozwiązań równoważnych, w związku powyższym podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 15:

Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

ad pkt 3.9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji długości na 3 poziomach (pozycjach) 224,235,247cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 16:

Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

ad 3.26

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczną funkcję CPR (działającą zgodnie z wymogiem Zamawiającego) dostępną z jednego przycisku zlokalizowanego tylko na głównym panelu sterującym (po obu stronach łóżka) z uwagi względy bezpieczeństwa. Obecnie zapis wymaga aby przycisk CPR był również na panelach dedykowanych dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 17:

Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

ad 3.38

Czy Zamawiający dopuści materac piankowy przeciwoleżynowy z zastosowaniem w profilaktyce przeciwoleżynowej bez określania zakresu (stopnia) natomiast skonstruowany w taki sposób aby maksymalnie zredukować ryzyko powstania odleżyny dzięki systemowi redystrybucji sił nacisku osiąganemu poprzez nacięcia o różnej głębokości tworzących pięć stref ochronny dla pacjenta (pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 18:

Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

ad „3 Opis przedmiotu zamówienia”

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w zakresie leża łóżka. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby leże były wypełnione panelami tworzywowymi z możliwością wyjęcia w celu łatwiejszego utrzymania czystości oraz dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 19:

Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

ad „3 Opis przedmiotu zamówienia”

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w zakresie funkcji łóżka. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko było wyposażone w funkcję autocontour tzn. jednoczesne

podniesienie sekcji pleców oraz ud co zapobiega zsuwaniu się pacjenta, uruchamianą automatycznie podczas podnoszenia oraz obniżania segmentu oparcia pleców?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 20:

Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

ad „3 Opis przedmiotu zamówienia”

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w zakresie funkcji łóżka. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko było wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰, polegającym na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 21:

Zadanie nr 4 - Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoodleżynowym – 5 szt.

ad 4.7, 4.28

Prosimy o doprecyzowanie kwestii pełnej zgodności wymagań dotyczących spełniania normy IEC 60601-2-52, ponieważ norma określa wymogi jakie muszą spełniać wszystkie nowo zakupione w Polsce elektryczne łóżka medyczne od 1.04.2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, obciążenia oraz standardów IP. Norma nie może być zastąpiona rozwiązaniem równoważnym w związku z czym prosimy o inf. czy Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał jej spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z przepisami prawa zastosował w SWZ zapisy odnośnie rozwiązań równoważnych, w związku powyższym podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 22:

Zadanie nr 4 - Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoodleżynowym – 5 szt.

ad 4.9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji długości na 3 poziomach (pozycjach) 224,235,247cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 23:

Zadanie nr 4 - Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoodleżynowym – 5 szt.

ad pkt 4.27

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczną funkcję CPR (działającą zgodnie z wymogiem Zamawiającego) dostępną z jednego przycisku zlokalizowanego tylko na głównym panelu sterującym (po obu stronach łóżka) z uwagi względy bezpieczeństwa. Obecnie zapis wymaga aby przycisk CPR był również na panelach dedykowanych dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 24:

Zadanie nr 4 - Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoodleżynowym – 5 szt.

ad pkt. 4.46

Czy Zamawiający dopuści materac piankowy przeciwoodleżynowy z zastosowaniem w profilaktyce przeciwoodleżynowej bez określania zakresu (stopnia) natomiast skonstruowany w taki sposób aby maksymalnie zredukować ryzyko powstania odleżyny dzięki systemowi redystrybucji sił nacisku osiąganemu poprzez nacięcia o różnej głębokości tworzących pięć stref ochronny dla pacjenta (pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 25:

Zadanie nr 4 - Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

ad pkt 4.49

Czy Zamawiający dopuści materac który można stosować u pacjentów o wadze do 250 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca jak w pytaniu.

Pytanie nr 26:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu przy cyklu pracy akumulatora: 2 min. pracy i 18 min. spoczynku z zachowaniem 10% naładowania akumulatora. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie dla baterii/akumulatorów wykorzystywane w łóżkach szpitalnych. Panele sterujące dla personelu medycznego umożliwiające sterowanie łóżkiem z różnych lokalizacji dla funkcji elektronicznej RKO, ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga lub pozycji do badania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 27:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, w przypadku wyższych pacjentów można skorzystać z elementu wydłużającego łóżko, który pozwala zyskać dodatkowe 31 cm długości, ergonomiczna konstrukcja zapewnia korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 28:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, szerokość zewnętrzna 990mm(± 10 mm), ergonomiczna konstrukcja zapewnia korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 29:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem zapewniając pacjentowi lepszą widoczność podczas opuszczania łóżka w nocy, poprawiając bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 30:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, regulacja elektryczna wysokości leża, wysokość max. 755 mm (± 10 mm), umożliwiając personelowi medycznemu łatwe dostosowanie pozycji łóżka.

Zamawiający w punkcie 3.18. opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji warunków zamówienia opisał: "Regulacja elektryczna części segmentu uda i podudzia w zakresie nie mniej niż 0 – 35°" oraz w pkt. 3.19. opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji warunków zamówienia opisał: "Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie nie mniej niż 0 – 20°". Czy Zamawiający wymaga dwóch parametrów technicznych w oferowanym łóżku szpitalnym, czy też doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający zrezygnuje z jednego parametru opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu. Jednocześnie informuje iż wymaga dwóch parametrów technicznych w oferowanym łóżku szpitalnym w punkcie 3.18. opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 31:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.18. Czy Zamawiający oczekuje, aby regulacja elektryczna części segmentu uda i podudzia wynosiła łącznie w zakresie nie mniej niż $0 - 35^0$ dla powyższych dwóch parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 32:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, segment pleców wyposażony mechaniczną funkcję CPR umożliwiającą natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, funkcja dostępna z obu stron wezłowania łóżka, zapewniając szybkie podjęcie działań RKO. Funkcja łatwo dostępna bez względu na pozycję barierki bocznych (opuszczone czy podniesione).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 33:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej.

Aktywowanie ustawienia do RKO powoduje ustawienie łóżka w pozycji 0^0 , co jest niezbędne do prowadzenia skutecznej RKO.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 34:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierki zabezpieczających przy wezłowaniu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu, poza funkcjami ratującymi życie. Panele sterujące na poręczach bocznych oraz głównym panelu sterowania skierowane w stronę personelu medycznego pozwalające korzystać z funkcji elektronicznej RKO w sytuacjach nagłych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 35:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.37. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych, łóżko wyposażone w uchwyt z co najmniej 2 haczykami na worki urologiczne, umiejscowiony z obu stron leża, bezpieczne obciążenie robocze każdego haczyka min 2kg.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie i przyzna punkty.

Pytanie nr 36:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Zamawiający w punkcie 3.38 opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji warunków zamówienia opisał: "Łóżka wyposażone w materac przeciwoodleżynowy, z zastosowaniem w profilaktyce przeciwoodleżynowej w zakresie I – IV, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 lub równoważną, o grubości min. 12 cm⁰". Czy w związku z takim zapisem, Zamawiający będzie wymagał dołączenia certyfikatu, wystawionego przez niezależny podmiot dla materaca, spełniającego normy EN597-1 i EN597-2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia certyfikatu, wystawionego przez niezależny podmiot dla materaca, spełniającego normy EN597-1 i EN597-2.

Pytanie nr 37:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Zamawiający w punkcie 3.26. specyfikacji warunków zamówienia opisał :”Elektryczna funkcja CPR ...”. Czy w związku z takim zapisem Zamawiający wymaga, aby elektryczna funkcja CPR prowadzona była przy pomocy jednego przycisku jednocześnie oraz bez kombinacji z innymi przyciskami funkcyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 38:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.42,3.43,3.45,3.47. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości materac przeciwoleżynowy jako wsparcie przy zapobieganiu i leczeniu odleżyn we wszystkich stadiach (w tym stadium I, II, III, IV, stadium nieokreślone), materac tego samego producenta co oferowane łóżko szpitalne.

Materac wykonany z pianki viscoelastycznej, dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, równomiernie rozkładając jego ciężar bez względu na sposób ułożenia, co zwiększa komfort pacjenta i pozwala na odpowiedni rozkład nacisku.

Materac z pokrowcem nie przepuszczającym płynów z barierą wodoszczelną i zamkiem otwieranym z boków materaca, z krawędziami zszywanymi, rozciągliwym w min.2 kierunkach, wysokość materaca 12 cm., przezierny dla promieni RTG.

Pokrowiec materaca bez lateksu, materac z barierą ognioodporną. Instrukcja w zakresie bezpiecznego używania lub konserwacji niniejszego produktu jako integralna część produktu.

Oferowany materac w ocenie klinicznej pomaga w zapobieganiu powstawaniu oraz w leczeniu wszystkich odleżyn i urazów uciskowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 39:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Zamawiający w punkcie 3.51. opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji warunków zamówienia opisał: ”Instrukcja stanowiskowa BHP wraz ze szkoleniem z zasad obsługi oraz zasad BHP dla przeprowadzanych zabiegów. Szkolenie na koszt Wykonawcy potwierdzone protokołem”. Czy w związku z takim zapisem Zamawiający dopuszcza szkolenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia dla przeprowadzonych zabiegów/funkcji, potwierdzone certyfikatem/protokołem, szkolenie prowadzone na koszt wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt: 1,57; 2,55; 3,51; 4,59; 5,48 – formularza parametrów technicznych, które otrzymują brzmienie: *”Szkolenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia dla przeprowadzonych funkcji, potwierdzone protokołem, szkolenie prowadzone na koszt wykonawcy”*.

Pytanie nr 40:

Zadanie nr 3. Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Ad 3.3.Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne elektryczne, fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie rekondukcjonowane, którego rok prod. wynosi co najmniej 2022.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 41:

Dot. Zadanie 1

Dot. pkt. 1.6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w akumulator gwarantujący wykonanie około 100 ruchów CPR gwarantujący bezpieczeństwo pacjenta. Łóżko będące na sali chorych powinno być na stałe podłączone do sieci a jego akumulator powinien gwarantować pracę łóżka podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu. Oferowane rozwiązanie jest użytkowo tożsame z oczekiwanym przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie oferowanego rozwiązania w myśl zapisów pkt 1.6.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 42:

Dot. Zadanie 1

Dot. pyt. 1.14 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dźwignie hamulca centralnego, z kolorystycznymi wskaźnikami stanu blokady, umieszczone w narożnikach jedynie od strony nóg pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 43:

Dot. Zadanie 1

Dot. pyt. 1.16 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący umiejscowiony w barierce bocznej przy głowie pacjenta, wyposażony w przyciski membranowe, zabezpieczone przed wnikaniem cieczy i wyświetlacz LCD informujący o wadze pacjenta, przeciążeniu łóżka i kątach nachylenia segmentu pleców i leża?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 44:

Dot. Zadanie 1

Dot. pyt. 1.18 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie od 41 do 79 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 45:

Dot. Zadanie 1

Dot. pyt. 1.20 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu uda $0-25^{\circ}$ oraz segmentu łydki (podudzia) $0-20^{\circ}$

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 46:

Dot. Zadanie 1

Dot. pyt. 1.30 Czy Zamawiający dopuści barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia? Dodatkowo barierka górna wyposażona w elektroniczny wskaźnik kąta nachylenia oparcia pleców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 47:

Dot. Zadanie 1

Dot. pyt. 1.37 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system wykrywania ruchów pacjenta z możliwością regulacji głośności systemu, ale bez możliwości regulacji czułości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 48:

Dot. Zadanie 1

Dot. pyt. 1.41 Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w system anti – zgniecienny? Łóżko wyposażone w czujniki antykolizyjne w zakresie regulacji segmentów, tak aby przy wybraniu dowolnej funkcji łóżko nie uderzyło segmentem o ziemię.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 49:

Dot. Zadanie 3

Dot. pyt. 3.6 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator gwarantujący wykonanie około 100 ruchów CPR gwarantujący bezpieczeństwo pacjenta. Łóżko będące na sali chorych powinno być na stałe podłączone do sieci a jego akumulator powinien gwarantować pracę łóżka podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu. Oferowane rozwiązanie jest użytkowo tożsame z oczekiwanym przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie oferowanego rozwiązania w myśl zapisów pkt 3.6.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 50:

Dot. Zadanie 3

Dot. pyt. 3.12 Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające podświetlenia nocnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 51:

Dot. Zadanie 3

Dot. pyt. 3.13 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dźwignie hamulca centralnego, z kolorystycznymi wskaźnikami stanu blokady, umieszczone w narożnikach jedynie od strony nóg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 52:

Dot. Zadanie 3

Dot. pyt. 3.16 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 37- 73,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 53:

Dot. Zadanie 4

Dot. pyt. 4.6 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator gwarantujący wykonanie około 100 ruchów CPR gwarantujący bezpieczeństwo pacjenta. Łóżko będące na sali chorych powinno być na stałe podłączone do sieci a jego akumulator powinien gwarantować pracę łóżka podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu. Oferowane rozwiązanie jest użytkowo tożsame z oczekiwanym przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie oferowanego rozwiązania w myśl zapisów pkt 4.6.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 54:

Dot. Zadanie 4

Dot. pyt. 4.14 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dźwignie hamulca centralnego, z kolorystycznymi wskaźnikami stanu blokady, umieszczone w narożnikach jedynie od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 55:

Dot. Zadanie 4

Dot. pyt. 4.16 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący umiejscowiony w barierce bocznej przy głowie pacjenta, wyposażony w przyciski membranowe, zabezpieczone przed wnikaniem cieczy i wyświetlacz LCD informujący o wadze pacjenta, przeciążeniu łóżka i kątach nachylenia segmentu pleców i leża?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 56:

Dot. Zadanie 4

Dot. pyt. 4.18 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie od 41 do 79 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 57:

Dot. Zadanie 4

Dot. pyt. 4.20 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu uda 0-25⁰ oraz segmentu łydki (podudzia) 0-20⁰

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 58:

Dot. Zadanie 4

Dot. pyt. 4.30 Czy Zamawiający dopuści barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia? Dodatkowo barierka górna wyposażona w elektroniczny wskaźnik kąta nachylenia oparcia pleców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 59:

Dot. Zadanie 4

Dot. pyt 4.37 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system wykrywania ruchów pacjenta z możliwością regulacji głośności systemu, ale bez możliwości regulacji czułości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 60:

Dot. Zadanie 4

Dot. pyt. 4.41 Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w system anty – zgnieceniowy? Łóżko wyposażone w czujniki antykolizyjne w zakresie regulacji segmentów, tak aby przy wybraniu dowolnej funkcji łóżko nie uderzyło segmentem o ziemię.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 61:

Zadanie nr 5 Dotyczy pozycji 5.47

Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie gwarancji na okres 24 msc.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gwarancji na okres 24 msc. Patrz: zmodyfikowany formularz parametrów technicznych.

Pytanie nr 62:

Zadanie nr 5 Dotyczy pozycji 5.19 1. Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 32-39.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie regulacji temperatury w zakresie 32-39.

Pytanie nr 63:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.6.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM wyposażonego w akumulator bez wydzielonej dedykowanej pojemności dla elektrycznej funkcji CPR posiadającego możliwość manualnego uruchomienia funkcji CPR w przypadku braku zasilania elektrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 64:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt. 1.7.: Czy w trosce o długoletnie, bezawaryjne użytkowanie, proste serwisowanie, łatwość utrzymania czystości oraz podparcie leża gwarantujące stabilność w każdych warunkach Zamawiający będzie wymagał, aby leże posadowione było na systemie ramion wznoszących?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga rozwiązania jak w pytaniu wyżej.

Pytanie nr 65:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.9.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM z możliwością regulacji długości łóżka o 200 mm co jest wartością typową i wystarczającą na Oddziałach Intensywnej Terapii w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 66:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.11.: Czy w związku z możliwą koniecznością pokonywania łóżkiem na terenie Szpitala ościeżnic różnych wymiarów, oraz mając na uwadze, że typowa ościeżnica ma szerokość 1000 mm Zamawiający uzna za wymagane, aby łóżko posiadało szerokość z podniesionymi barierkami bocznymi poniżej 1000 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 67:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.13.: Czy Zamawiający uzna za istotne, a co za tym idzie wymagane, aby dla bezpieczeństwa pacjenta oraz komfortu personelu kolor podświetlenia zmieniał się, gdy łóżko znajduje się w najniższym możliwym położeniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 68:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.14.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM wyposażonego w centralny hamulec umieszczony pod szczytem dolnym pozwalający na zablokowanie i odblokowanie kół z trzech stron łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 69:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.15.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM w którym nie ma konieczności stosowania panelu uzupełniającego leże, a jedynie odpowiednio usztywnioną poduszkę przedłużającą materaca.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 70:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt. 1.16.: Czy Zamawiający będzie oczekiwał kolorowego, dotykowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego odpowiedzialnego za obsługę funkcji pomiaru masy ciała pacjenta oraz sygnalizacji alarmów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga rozwiązania jak w pytaniu wyżej.

Pytanie nr 71:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.18.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM w którym przy podwójnych kołach 150mm zakres regulacji wysokości wynosi 431 – 800 mm co gwarantuje zarówno bezpieczeństwo i wygodę pacjenta jak i personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 72:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.20, 1.21.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM wyposażonego w elektryczną funkcję regulacji segmentu uda w zakresie 0°-28° oraz manualną regulację segmentu podudzia w zakresie od -3° do -22°

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 73:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt. 1.22.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko OIOM wyposażone w funkcję autoregresji segmentu oparcia oraz funkcję automatycznego autokonturu uruchamiającego podnoszenie segmentu uda z 5cio sekundowym opóźnieniem w stosunku do ruchu wznoszącego segmentu oparcia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 74:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt. 1.23.: Czy w trosce o właściwe prowadzenie terapii ułożeniowych Zamawiający będzie wymagał możliwości ustawienia leża w pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga pod kątem 17°.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 75:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.27.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM w którym użycie elektrycznej funkcji CPR powoduje wypoziomowanie wszystkich segmentów leża oraz wypuszczenie powietrza z materaca jeśli wyposażone jest w zintegrowany materac powietrzny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 76:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.30.: Czy Zamawiający uzna za klinicznie uzasadnione, a co za tym idzie pożądane, aby barierki łóżka były również wyposażone w zintegrowane pozycjonery ułatwiające właściwe pozycjonowanie pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 77:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.32.: Czy Zamawiający zgodzi się, że istotą bezpiecznego oraz intuicyjnego sterowania łóżkiem jest wygodne dla personelu rozmieszczenie jak najmniejszej ilości paneli sterujących wyposażonych w czytelne i właściwie oznaczone przyciski funkcyjne i w związku z tym dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko OIOM wyposażone w 2 panele sterujące dla personelu po każdej stronie umieszczone tak aby móc wygodnie sterować każdą funkcją łóżka pozostając w zasięgu pacjenta oraz zrezygnuje z dodatkowej punktacji promującej dużą ilość paneli sterujących?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 78:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.37.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko nie wyposażone w system wykrywania ruchów pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 79:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.41.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM, nie wyposażonego w system anty-zgniecienny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 80:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.43.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM pozbawionego możliwości ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 81:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.44. i 1.46.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania przeciwodleżynowego materaca piankowego o grubości 14 cm wraz z dodatkową powietrzną nakładką przeciwodleżynową w zakresie I-IV stopnia o grubości 10 cm co pozwoli na dopasowanie leża dla każdego typu pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 82:

Zadanie nr 1: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 3 szt.

dot. pkt 1.48.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania oddzielnego przeciwodleżynowego materaca piankowego o gęstości co najmniej 40 [kg/m³] wraz z przeciwodleżynową nakładką powietrzną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 83:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.6.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM wyposażonego w akumulator bez wydzielonej dedykowanej pojemności dla elektrycznej funkcji CPR posiadającego możliwość manualnego uruchomienia funkcji CPR w przypadku braku zasilania elektrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 84:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt. 4.7.: Czy w trosce o długoletnie, bezawaryjne użytkowanie, proste serwisowanie, łatwość utrzymania czystości oraz podparcie leża gwarantujące stabilność w każdych warunkach Zamawiający będzie wymagał, aby leże posadowione było na systemie ramion wznoszących?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 85:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.9.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM z możliwością regulacji długości łóżka o 200 mm co jest wartością typową i wystarczającą na Oddziałach Intensywnej Terapii w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 86:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.11.: Czy w związku z możliwą koniecznością pokonywania łóżkiem na terenie Szpitala ościeżnic różnych wymiarów, oraz mając na uwadze, że typowa ościeżnica ma szerokość 1000 mm Zamawiający uzna za wymagane, aby łóżko posiadało szerokość z podniesionymi barierkami bocznymi poniżej 1000 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 87:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.13.: Czy Zamawiający uzna za istotne, a co za tym idzie wymagane, aby dla bezpieczeństwa pacjenta oraz komfortu personelu kolor podświetlenia zmieniał się, gdy łóżko znajduje się w najniższym możliwym położeniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 88:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.14.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM wyposażonego w centralny hamulec umieszczony pod szczytem dolnym pozwalający na zablokowanie i odblokowanie kół z trzech stron łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 89:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.15.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM w którym nie ma konieczności stosowania panelu uzupełniającego leże, a jedynie odpowiednio usztywnioną poduszkę przedłużającą materaca.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 90:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt. 4.16.: Czy Zamawiający będzie oczekiwał kolorowego, dotykowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego odpowiedzialnego za obsługę funkcji pomiaru masy ciała pacjenta oraz sygnalizacji alarmów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania jak w pytaniu wyżej.

Pytanie nr 91:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.18.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM w którym przy podwójnych kołach 150mm zakres regulacji wysokości wynosi 431 – 800 mm co gwarantuje zarówno bezpieczeństwo i wygodę pacjenta jak i personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 92:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.20., 4.21.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM wyposażonego w elektryczną funkcję regulacji segmentu uda w zakresie 0°-28° oraz manualną regulację segmentu podudzia w zakresie od -3° do -22°

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 93:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

dot. pkt. 4.22.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko OIOM wyposażone w funkcję autoregresji segmentu oparcia oraz funkcję automatycznego autokonturu uruchamiającego podnoszenie segmentu uda z 5cio sekundowym opóźnieniem w stosunku do ruchu wznoszącego segmentu oparcia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 94:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt. 4.23.: Czy w trosce o właściwe prowadzenie terapii ułożeniowych Zamawiający będzie wymagał możliwości ustawienia leża w pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga pod kątem 17°.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 95:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.27.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM w którym użycie elektrycznej funkcji CPR powoduje wypoziomowanie wszystkich segmentów leża oraz wypuszczenie powietrza z materaca jeśli wyposażone jest w zintegrowany materac powietrzny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 96:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.30.: Czy Zamawiający uzna za klinicznie uzasadnione, a co za tym idzie pożądane, aby barierki łóżka były również wyposażone w zintegrowane pozycjonery ułatwiające właściwe pozycjonowanie pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 97:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.32.: Czy Zamawiający zgodzi się, że istotą bezpiecznego oraz intuicyjnego sterowania łóżkiem jest wygodne dla personelu rozmieszczenie jak najmniejszej ilości paneli sterujących wyposażonych w czytelne i właściwie oznaczone przyciski funkcyjne i w związku z tym dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko OIOM wyposażone w 2 panele sterujące dla personelu po każdej stronie umieszczone tak aby móc wygodnie sterować każdą funkcją łóżka pozostając w zasięgu pacjenta oraz zrezygnuje z dodatkowej punktacji promującej dużą ilość paneli sterujących?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jak w pytaniu.

Pytanie nr 98:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.37.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko nie wyposażone w system wykrywania ruchów pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 99:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.41.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM, nie wyposażonego w system anty-zgnieceniowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 100:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.43.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM pozbawionego możliwości ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 101:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt. 4.45.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko OIOM wyposażone w obustronne listwy z haczykami na worki drenażowe/urologiczne co jest standardem na oddziałach intensywnej terapii?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 102:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.44. i 4.46.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania przeciwodrażynowego materaca piankowego o grubości 14 cm wraz z dodatkową powietrzną nakładką przeciwodrażynową w zakresie I-IV stopnia o grubości 10 cm co pozwoli na dopasowanie leża dla każdego typu pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 103:

Zadanie 4 Łóżko do wielofunkcyjne z materacem przeciwodrażynowym – 5 szt.

dot. pkt 4.48.: Prosimy o dopuszczenie do postępowania oddzielnego przeciwodrażynowego materaca piankowego o gęstości co najmniej 40 [kg/m³] wraz z przeciwodrażynową nakładką powietrzną

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 104:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodrażynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka przeznaczonego na oddział intensywnej opieki medycznej wraz z wbudowaną wagą pacjenta klasy III, bez certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

W przypadku łóżek posiadających zintegrowany system ważenia nie ma wymogu, aby były one certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ wbudowana waga jest pomocniczym przyrządem pomiarowym ułatwiającym określenie wagi pacjenta. Oferowany model łóżka spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa, posiada Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta potwierdzającą, że łóżko wyposażone w wagę jest zgodne z m.in. normą EN 45501 dotyczącą metrologicznych aspektów nieautomatycznych przyrządów ważenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 105:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodrażynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V, 50-60Hz? Oferowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 106:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodrażynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu bez dedykowanej pojemności 10% dla elektrycznej funkcji CPR?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 107:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodrażynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość wydłużenia leża o 30 cm? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 108:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodrażynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego centralny hamulec umożliwiający zablokowanie i odblokowanie kół za pomocą dźwigni dostępnej od strony nóg na całej szerokości podstawy (jak na zdjęciu poniżej)? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 109:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac uzupełniająco leże po jego wydłużeniu? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 110:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża (mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża), wysokość minimalna 42,5 cm (+/- 1 cm), wysokość maksymalna 84 cm (+/- 1 cm)? Oferowana wysokość minimalna jest bardzo zbliżona do wskazanej przez Zamawiającego natomiast wysokość maksymalna jest lepsza, niż wskazana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 111:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża (mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża), wysokość minimalna 41,5 cm (+/- 1 cm), wysokość maksymalna 83 cm (+/- 1 cm)? Oferowana wysokość minimalna jest bardzo zbliżona do wskazanej przez Zamawiającego natomiast wysokość maksymalna jest lepsza, niż wskazana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 112:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części segmentu uda w zakresie 0-45° (+/- 2°) i regulację segmentu podudzia manualną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-18° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 113:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną funkcję CPR, łóżko wykonuje sekwencję ruchów, tj. poziomuje wszystkie segmenty leża oraz w razie potrzeby obniża je, funkcja działa niezależnie od blokad, dostępna jest z jednego przycisku na panelu sterującym wbudowanym w barierki boczne od strony zewnętrznej przeznaczonej dla personelu oraz panelu centralnego dostępnego w szczycie łóżka od strony nóg? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 114:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się w części oparcia pleców wraz z tym segmentem, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52)? Oferowane rozwiązanie ochroni pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 115:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia wbudowane są w barierki boczne? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 116:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej

przeznaczonej dla pacjenta - po obu stronach łóżka oraz sterowanie elektryczne wszystkich funkcji za pomocą paneli wbudowanych w bariery boczne od strony zewnętrznej przeznaczonej dla personelu - po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 117:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoodleżynowym – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego systemu wykrywania ruchów pacjenta opisanego w pkt. 1.37?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 118:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoodleżynowym – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego systemu antyzgnienieniowego opisanego w pkt. 1.41?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 119:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoodleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.44) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac przeciwoodleżynowy z zastosowaniem w profilaktyce przeciwoodleżynowej, przeznaczonego do zastosowań klinicznych dla pacjentów z przewlekłym bólem z bardzo wysokim ryzykiem powstawania odleżyn jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn do minimum III stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy bardzo wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)? Parametry te określają wartości kliniczne wyższe niż samo określenie skali stopnia odleżyn.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 120:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoodleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.44) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego w technologii niepalnej zgodnie z normą UNE – EN 1021-1 "Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu tłący papieros" oraz normą UNE – EN 1021-2 "Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu odpowiada ekwiwalentowi płomienia"? Oferowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 121:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoodleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.47) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca dostosowanego dla pacjentów o wadze do 250 kg? Oferowany parametr jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 122:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoodleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.48) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego z czterech rodzajów pianek antyalergicznymi, nie zawierających lateksu:

- dolna warstwa - pianka poliuretanowa 30 kg/m³
- warstwa pośrednia - pianka poliuretanowa 35 kg/m³
- górna warstwa - pianka visco 50 kg/m³
- boki materaca – pianka poliuretanowa 40 kg/m³?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 123:

Zadanie nr 1 – Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 3 szt.

Czy (w pkt. 1.53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materaca pokrytego powłoką o właściwościach antyalergicznym (bez właściwości przeciwbakteryjnych, bakteriostatycznych i grzybobójczych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 124:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240V, 50-60Hz? Oferowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 125:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu bez dedykowanej pojemności 10% dla elektrycznej funkcji CPR?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 126:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego możliwość wydłużenia leża o 30 cm? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 127:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego szerokość zewnętrzną 98 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 128:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego centralny hamulec umożliwiający zablokowanie i odblokowanie kół za pomocą dźwigni dostępnych przy kołach od strony nóg? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 129:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka wyposażonego w materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 130:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża (mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża), wysokość minimalna 41 cm (+/- 1 cm), wysokość maksymalna 81,5 cm (+/- 1 cm)? Oferowana wysokość minimalna jest bardzo zbliżona do wskazanej przez Zamawiającego natomiast wysokość maksymalna jest lepsza, niż wskazana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 131:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża (mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża), wysokość minimalna 40 cm (+/- 1 cm), wysokość maksymalna 80,5 cm (+/- 1 cm)? Oferowana wysokość minimalna jest bardzo zbliżona do wskazanej przez Zamawiającego natomiast wysokość maksymalna jest lepsza, niż wskazana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 132:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części segmentu uda w zakresie 0-46° (+/- 2°) i regulację segmentu podudzia manualną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-19° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 133:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment pleców wyposażony w specjalny mechanizm zapobiegający zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 134:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną funkcję CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na panelu sterującym wbudowanym w barierki boczne od strony zewnętrznej przeznaczonej dla personelu? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 135:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się w części oparcia pleców wraz z tym segmentem, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52)? Oferowane rozwiązanie ochroni pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 136:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej przeznaczonej dla pacjenta - po obu stronach łóżka oraz sterowanie elektryczne wszystkich funkcji za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej przeznaczonej dla personelu - po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 137:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża 220 kg pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 138:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.37) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego listwę z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowioną z obu stron leża, bezpieczne obciążenie robocze 2 kg każdy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie i przyzna punkty.

Pytanie nr 139:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.38) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac przeciwoodleżynowy z zastosowaniem w profilaktyce przeciwoodleżynowej, przeznaczonego do zastosowań klinicznych dla pacjentów z przewlekłym bólem z bardzo wysokim ryzykiem powstawania odleżyn jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn do minimum III stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy bardzo wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)? Parametry te określają wartości kliniczne wyższe niż samo określenie skali stopnia odleżyn.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 140:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.38) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego w technologii niepalnej zgodnie z normą UNE – EN 1021-1 “Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu tłący papieros” oraz normą UNE – EN 1021-2 “Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu odpowiada ekwiwalentowi płomienia”? Oferowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 141:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.42) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego z czterech rodzajów pianek antyalergicznymi, nie zawierających lateksu:

- dolna warstwa - pianka poliuretanowa 30 kg/m³
- warstwa pośrednia - pianka poliuretanowa 35 kg/m³
- górna warstwa - pianka visco 50 kg/m³
- boki materaca – pianka poliuretanowa 40 kg/m³?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 142:

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Łóżko szpitalne z materacem – 27 szt.

Czy (w pkt. 3.47) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca pokrytego powłoką o właściwościach antyalergicznymi (bez właściwości przeciwbakteryjnych, bakterioostatycznych i grzybobójczych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 143:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwoodleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka przeznaczonego na oddział intensywnej opieki medycznej wraz z wbudowaną wagą pacjenta klasy III, bez certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

W przypadku łóżek posiadających zintegrowany system ważenia nie ma wymogu, aby były one certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ wbudowana waga jest pomocniczym przyrządem pomiarowym ułatwiającym określenie wagi pacjenta. Oferowany model łóżka spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa, posiada Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta potwierdzającą, że łóżko wyposażone w wagę jest zgodne z m.in. normą EN 45501 dotyczącą metrologicznych aspektów nieautomatycznych przyrządów ważenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 144:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwdleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V, 50-60Hz? Oferowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 145:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwdleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu bez dedykowanej pojemności 10% dla elektrycznej funkcji CPR?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 146:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwdleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość wydłużenia leża o 30 cm? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 147:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwdleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego centralny hamulec umożliwiający zablokowanie i odblokowanie kół za pomocą dźwigni dostępnej od strony nóg na całej szerokości podstawy (jak na zdjęciu poniżej)? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 148:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwdleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 149:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwdleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża (mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża), wysokość minimalna 42,5 cm (+/- 1 cm), wysokość maksymalna 84 cm (+/- 1 cm)? Oferowana wysokość minimalna jest bardzo zbliżona do wskazanej przez Zamawiającego natomiast wysokość maksymalna jest lepsza, niż wskazana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 150:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwdleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża (mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża), wysokość minimalna 41,5 cm (+/- 1 cm), wysokość maksymalna 83 cm (+/- 1 cm)? Oferowana wysokość minimalna jest bardzo zbliżona do wskazanej przez Zamawiającego natomiast wysokość maksymalna jest lepsza, niż wskazana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 151:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części segmentu uda w zakresie 0-45° (+/- 2°) i regulację segmentu podudzia manualną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-18° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 152:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną funkcję CPR, łóżko wykonuje sekwencję ruchów, tj. poziomuje wszystkie segmenty leża oraz w razie potrzeby obniża je, funkcja działa niezależnie od blokad, dostępna jest z jednego przycisku na panelu sterującym wbudowanym w barierki boczne od strony zewnętrznej przeznaczonej dla personelu oraz panelu centralnego dostępnego w szczycie łóżka od strony nóg? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 153:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się w części oparcia pleców wraz z tym segmentem, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52)? Oferowane rozwiązania ochroni pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 154:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia wbudowane są w barierki boczne? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 155:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej przeznaczonej dla pacjenta - po obu stronach łóżka oraz sterowanie elektryczne wszystkich funkcji za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej przeznaczonej dla personelu - po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 156:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego systemu wykrywania ruchów pacjenta opisanego w pkt. 4.37?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 157:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego systemu antyzgnieceniowego opisanego w pkt. 4.41?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 158:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.45) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego listwę z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowioną z obu stron leża? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 159:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.46) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac przeciwoleżynowy z zastosowaniem w profilaktyce przeciwoleżynowej, przeznaczonego do zastosowań klinicznych dla pacjentów z przewlekłym bólem z bardzo wysokim ryzykiem powstawania odleżyn jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn do minimum III stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy bardzo wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)? Parametry te określają wartości kliniczne wyższe niż samo określenie skali stopnia odleżyn.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 160:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.46) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego w technologii niepalnej zgodnie z normą UNE – EN 1021-1 “Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu tłący papieros” oraz normą UNE – EN 1021-2 “Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu odpowiada ekwiwalentowi płomienia”? Oferowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 161:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.49) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca dostosowanego dla pacjentów o wadze do 250 kg? Oferowany parametr jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 162:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.50) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego z czterech rodzajów pianek antyalergicznymi, nie zawierających lateksu:

- dolna warstwa - pianka poliuretanowa 30 kg/m³
- warstwa pośrednia - pianka poliuretanowa 35 kg/m³
- górna warstwa - pianka visco 50 kg/m³
- boki materaca – pianka poliuretanowa 40 kg/m³?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w pytaniu.

Pytanie nr 163:

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym – 5 szt.

Czy (w pkt. 4.55) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca pokrytego powłoką o właściwościach antyalergicznymi (bez właściwości przeciwbakteryjnych, bakteriostatycznych i grzybobójczych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 164:

Zadanie nr 3 Łóżka szpitalne z materacem 27szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji długości łóżka w zakresie od 10-20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 165:

Zadanie nr 3 Łóżka szpitalne z materacem 27szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu wykonany z wysuwanych prętów stalowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Pytanie nr 166:

Zadanie nr 3 Łóżka szpitalne z materacem 27szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym segment pleców nie jest wyposażony w sprężynę gazową ponieważ mechaniczna funkcja CPR pracuje w taki sposób, że segment pleców opuszcza się powoli i z lekkim oporem co zapobiega gwałtownemu opadaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka jak w zapytaniu.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Formularz parametrów technicznych – opisu przedmiotu zamówienia:

- w zadaniu nr 1 pkt. 1.18,
- w zadaniu nr 2 pkt. 2.19,
- w zadaniu nr 3 pkt. 3.16,
- w zadaniu nr 4 pkt. 4.18.

który otrzymuje brzmienie: „Regulacja elektryczna wysokości leża (mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża), wysokość min. w przedziale od 34-40 cm, wysokość max. 75 cm”

W przypadku zmian parametrów produktów zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego - proszę pod danym pakietem formularza cenowego wpisać informację: „dopuszczono zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia.... oraz wpisać parametr”.

W załączeniu:

- zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – Formularz parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia.

*Dyrektor
SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
mgr Krystyna Futyma
/podpis na oryginale/*