



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 4**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/3053/23**

**Data: 02.08.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup zestawu laparoskopowego wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak sprawy: 2851/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

**PYTANIE nr 1**

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy par. 2 ust. 3 oraz par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, ale wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2022 r.? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia (i wszystkich jego części składowych) wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku.**

**PYTANIE nr 2**

2. Dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Każda naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy przedłuży okres gwarancji o czas jego naprawy (dotyczy okresu, w którym urządzenie jest wyłączone z eksploatacji z powodu jego niesprawności), pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy zastępczy zestaw laparoskopowy lub jego część.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.**

**PYTANIE nr 3**

3. Dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów napraw do:

Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (pon-pt) od zgłoszenia do usunięcia awarii lub wady przedmiotu umowy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie nie dłuższym niż 12 dni roboczych (pon-pt) od zgłoszenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.**

**PYTANIE nr 4**

4. Dotyczy wzoru umowy Dot. par. 6 ust. 1 pkt. e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara nie zostanie naliczona”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.**

**PYTANIE nr 5**

5. Dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie mogła przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 5 umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 6**

6. dot. Załącznika nr 3 – Zestaw laparoskopowy z zielenią indocyjaninową,– Tabela Wymagania techniczne.

Prosimy o doprecyzowanie ilości pojemników do sterylizacji optyk w pozycji 13 – czy Zamawiający oczekuje ilości równoważnej z ilością optyk oraz czy też Zamawiający wymaga w każdej z pozycji 8,9,12,14,16 po trzy sztuki?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 pojemników do sterylizacji optyk. Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

**PYTANIE nr 7**

7. Dot. Załącznika nr 3 – Zestaw laparoskopowy z zielenią indocyjaninową,– Tabela Wymagania techniczne.

Czy w punkcie 15 Zamawiający oczekuje maksymalnego ujemnego ciśnienia ssania w przedziale -40 do -70 kPa?

**Odpowiedź: Tak.**

**PYTANIE nr 8**

8. dot. Załącznika nr 3 – Zestaw laparoskopowy z zielenią indocyjaninową,– Tabela Wymagania techniczne.

Proszę o doprecyzowanie pkt 10,11 czy Zamawiający oczekuje +/-5 procent przewidzianej różnicy w długości roboczej optyk?

**Odpowiedź: Tak. Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

**PYTANIE nr 9**

9. Dot. wzoru umowy Par. 2 ust. 7 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści rezygnację z licencji umożliwiające podłączenie DICOM do RIS/PACS?

Oferowane urządzenie nie posiada możliwości wgrania jednej licencji DICOM. Aby uzyskać tę funkcjonalność wymagany jest cyfrowy rejestrator medyczny wraz z licencją DICOM lub system pośredniczący w wymianie informacji między urządzeniem, a systemami RIS/PACS wraz z serwerem i licencją.

**Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia licencji umożliwiającej podłączenie DICOM do RIS/PACS, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, zaoferowania zestawu laparoskopowego, który umożliwia zapisanie obrazu video na zewnętrznym nośniku danych np. na dysku zewnętrznym, pendrive bądź karcie pamięci. Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy oraz Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

**PYTANIE nr 10**

10. Dot. wzoru umowy Par. 2 ust. 7 pkt. 11

Czy Zamawiający posiada licencję DICOM po stronie systemów RIS/PACS?

**Odpowiedź: Nie.**

**PYTANIE nr 11**

11. Dot. wzoru umowy Par. 2 ust. 7 pkt. 11

Proszę o doprecyzowanie jaki ma być zakres integracji jaki ma być zakres integracji podłączenia DICOM z RIS/PACS (czy chodzi o wysyłanie zdjęć i/lub filmów, odbieranie work listy)?

**Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia licencji umożliwiającej podłączenie DICOM do RIS/PACS, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, zaoferowania zestawu laparoskopowego, który umożliwia zapisanie obrazu video na zewnętrznym nośniku danych np. na dysku zewnętrznym, pendrive bądź karcie pamięci. Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy oraz Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

